



Kup, dn. 26 sierpnia 2022 r.

Nr sprawy ZP/15/2022

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 9.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dot. zestaw nr 6 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70 x 180 cm, całkowicie podfoliowany, rozmiar warstwy chłonnej – 60 x 80 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

2. Dot. zestaw nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 35 g/m kw., rękaw zakończony mankietem dzianinowym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

3. Dot. zestaw nr 7 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 35 g/m kw., rękaw zakończony mankietem dzianinowym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

4. Dot. §3 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 5 dni roboczych.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

5. Dot. §5 ust 9 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

*„9. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć Zamawiającemu szkodę poniesioną w związku z wykonaniem zastępczym, to jest zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie i należytej jakości, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany był zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany będzie udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie wykonania zastępczego.”*

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.**

6. Dot. projektu umowy §9 ust. 1 pkt. 1) - Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:

*1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.*

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.**

7. Dot. projektu umowy §9 ust. 1 pkt. 2) - Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:

*2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 1% wartości tej dostawy brutto.*

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.**

8. Dot. projektu umowy §9 ust. 3 - Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu w sposób następujący:
- 3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.*

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.**

9. Dot. projektu umowy - Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.**

10. Dotyczy pkt V.4 i V.5.(2) SWZ - Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, co oznacza, że wykonawca powinien posiadać formularz zgłoszenia/powiadomienia/wpisu do URPL oraz certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności dla oferowanych produktów. Klapka do komory baterii rejestratora pH-Z (zestaw nr 2, poz. 6) nie jest wyrobem medycznym, a częścią zamienną do wyrobu medycznego – rejestratora Digitrapper pH-Z – dlatego producent nie posiada dla tego produktu dokumentów wymaganych przez Zamawiającego (certyfikat zgodności, deklaracja zgodności). Stawka VAT dla tego produktu wynosi 23%. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymagania, aby ww. produkt posiadał formularz zgłoszenia/powiadomienia/wpisu do URPL oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności?

**Odp. Zamawiający, w zakresie zestawu nr 2, poz. 6 odstępuje od wymogu posiadania zgłoszenia/powiadomienia/wpisu do URPL oraz certyfikatu zgodności lub deklarację zgodności.**

11. Dotyczy § 5 ust. 1 i 3 Załącznika nr 7 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy.” - Mając na względzie wymagania dotyczące rękojmi, gwarancji oraz terminów przydatności dla wymaganych elementów przedmiotu zamówienia w zakresie zestawu nr 2, że elementy z poz. 1-4 mają ograniczony (krótszy od wymaganego) termin przydatności do używania (wskazany przez producenta tych wyrobów), który jest po pierwsze liczony od dnia wytworzenia (a nie od daty dostarczenia do końcowego użytkownika), po drugie jest krótszy od wymaganego oraz po trzecie są wyrobami medycznymi zużywalnymi, czyniąc tym samym, że niemożliwym jest spełnienie Państwa wymagań przedmiotowych. Dodatkowo wskazać należy, że w zakresie poz. 1–4 zestawu nr 2, nie można mówić o rękojmi oraz gwarancji w czasookresie 18 miesięcy, gdyż w każdym z tych przypadków są to wyroby medyczne zużywalne, dla których jedynym możliwym wymaganiem jest termin przydatności do używania i w tym okresie producent gwarantuje przydatność wyrobu do bezpiecznego używania. Koniecznym jest również wskazanie, że termin ten wynosi odpowiednio dla wyrobu z poz. 1: 12 miesięcy, a dla wyrobów z poz. 2-4 odpowiednio 6 miesięcy. Mając powyższe na względzie, wnosimy o wyjaśnienie - Czy Zamawiający zaakceptuje wykreślenie § 5 ust. 1 i 3 dla wyrobów z poz. 1–4,

**Odp. Zamawiający, w zakresie zestawu nr 2, poz. 1-4 akceptuje wykreślenie z § 5 ust. 1 i 3.**

12. Czy Zamawiający zaakceptuje dla poz. 1 termin przydatności do używania 12 miesięcy i dla poz. 2-4 termin przydatności do używania 6 miesięcy?

**Odp. Zamawiający, w zakresie zestawu nr 2, poz. 1 akceptuje termin przydatności do używania 12 miesięcy oraz dla zestawu nr 2 poz. 2-4 akceptuje termin przydatności do używania 6 miesięcy**

13. Zestaw 9, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythryl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

**Odp. Zgodnie z zapisem SWZ**

14. Zestaw 9, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu konfekcjonowanego 250g/op., co odpowiada objętości 200ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

15. Zestaw 6, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup>; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m<sup>2</sup>; minimalna chłonność 160 g/m<sup>2</sup>; grubość folii 22 ± 2 μm, 50 listków? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

16. Zestaw 6, poz. 5 - Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

17. Zestaw 6, poz. 6 - Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 cm, z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup>; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m<sup>2</sup>; minimalna chłonność 160 g/m<sup>2</sup>; grubość folii 22 ± 2 μm, 50 listków? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający dopuści podkład bez nadruku z motywem dziecięcym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

18. Zestaw 7, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści fartuch 30 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

19. Zestaw 7, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści fartuch wzmocniony folią? Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup> z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu. Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

20. Zestaw 7, poz. 4-5 - Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw: włókniny polipropylenowej, warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

21. Zestaw 9, poz. 23-26,37 - Czy zamawiający wydzieli poz. 23-26,37 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu.**

22. Zestaw 9, poz. 23,26 - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

23. Zestaw 9, poz. 26 - Czy zamawiający oczekuje wyceny za 3000 szt. = 3000 op. Zawierających po 100 szt. kompresów?

**Odp. Zamawiający oczekuje 3000 opakowań**

24. Zestaw 9, poz. 37 - Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkową ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zamawiający dopuści**

25. Zestaw nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie w Zestawie nr 1, poz. 9 szczypcy biopsyjne z bolczykiem, jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, krawędzie gładkie; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,5mm; osłonka zabezpieczająca z polietylenu bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

26. Zestaw nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zestawie nr 1, poz. 10 i 11 szczypce biopsyjne z zabezpieczającą osłonką z polietylenu zwyczajowo nazywanego teflonem z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia? Teflon® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy DuPont.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

27. Zestaw 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem samoprzylepnym o średnicy 6x8cm?

**Odp. Zamawiający dopuści**

28. Zestaw 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm, z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

29. Zestaw 5, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> ± 2g/m<sup>2</sup> (włóknina polipropylenowa + folia PE)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

30. Zestaw 5, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 196cm H<sub>2</sub>O?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

31. Zestaw 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim, o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

32. Zestaw 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiarów w postaci kolorowej lamówki, adekwatnej do rozmiaru oraz nadruku z rozmiarówką?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

33. Zestaw 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H<sub>2</sub>O?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

34. Zestaw 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z ręcznikami w rozmiarze 30x30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

35. Zestaw 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 etykietami do archiwizacji danych na opakowaniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

36. Zestaw 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z aktualną normą EN 13795-1:2019?

**Odp. Zamawiający wymaga**

37. Zestaw 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 38x49cm z kieszenią 17,5cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

38. Zestaw 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

39. Zestaw 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm z superabsorbentem, wykonany w całości z włókniny, chłonność min 1600ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

40. Zestaw 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalny podkład w rozmiarze 80x210cm o składzie papier (23g/m<sup>2</sup>) + folia PE (17g/m<sup>2</sup>)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

41. Zestaw 6, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający podając jednostkę miary OP ma na myśli OP=1 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

42. Zestaw 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'56 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

43. Zestaw 6, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

44. Zestaw 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

45. Zestaw 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 50szt odcinków na roli z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

46. Zestaw 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład występujący w kolorze niebieskim i białym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

47. Zestaw 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

48. Zestaw 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści podkład dostępny tylko w kolorze białym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

49. Zestaw 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z papieru laminowanego folią?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

50. Zestaw 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład występujący w kolorze białym z motywami dziecięcymi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

51. Zestaw 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm x 50m (perforacja co 38cm), z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

52. Zestaw 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

53. Zestaw 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

54. Zestaw 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 110x210cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

55. Zestaw 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści koc z warstwą zewnętrzną wykonaną z włókniny polipropylenowej 25 g/m<sup>2</sup>, warstwa wewnętrzna z poliestru 80 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

56. Zestaw 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

57. Zestaw 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

58. Zestaw 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

59. Zestaw 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w pasie, oraz dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep?

**Odp. Zamawiający dopuści**

60. Zestaw 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny w kolorach niebieskim i zielonym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

61. Zestaw 9, poz. 12 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku w rozmiarze 10x10cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

62. Zestaw 9, poz. 23 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazy niejałowej 17-nitkowej (zamiast 13-nitkowej), sklasyfikowanej jako wyrób medyczny w klasie I reg. 4? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

63. Zestaw 9, poz. 26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w klasie I reg. 4? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

64. Zestaw 9, poz. 28 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ligniny bielonej sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

65. Zestaw 9, poz. nr 31, 32 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

66. Zestaw 9, poz. nr 33, 34 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania plastrów z opatrunkiem o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

67. Projekt umowy - § 9, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obliczanie ich od następujących wartości:

- §9 ust. 1, pkt 1 od wartości brutto niezrealizowanej części umowy,
- §9 ust. 1, pkt 3 od wartości brutto niedostarczonej części dostawy

**Odp. Zapisy pozostają jak w SWZ.**

68. Zadanie nr 7 poz. 1 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny pp o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> z rękawami zakończonymi gumką.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

69. Zadanie nr 7 poz. 3 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny pp o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

70. Zadanie nr 7 poz. 2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha foliowego przedniak z nazwą producenta na opakowaniu zbiorczym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

71. Zadanie nr 7 poz. 7 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czeków w jednym kolorze niebieskim.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

72. Zadanie nr 7 poz. 7 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czeków w kolorze niebieskim i zielonym w proponowanych proporcjach.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

73. Zestaw nr 5 poz. 1-3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie serwet chirurgicznych zgodnych z normami MDD 93/42, PN EN 13795-1:2019, EN ISO 11135:2014, EN 556-1:2001. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**74. Odp. Zamawiający dopuszcza.**

75. Zestaw nr 5 poz. 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy – min. 41 cm H<sub>2</sub>O. Fartuchy zgodne z normami MDD 93/42, PN EN 13795-1:2019, EN ISO 11135:2014, EN 556-1:2001. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**