



Janusz Droś
Specjalista ds. pożarnictwa i bhp

**PODSTAWOWE PARAMETRY I WYMAGANIA TECHNICZNE -
MASKI CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE I MASKI Z FILTREM FFP2 (N95)**

Zamówienie - I

- ilość sztuk – 2500
- maseczka chirurgiczna (medyczna) z gumką – jednorazowa
- rozmiar uniwersalny dla osoby dorosłej
- minimum 3 warstwy chroniące przed bakteriami i wirusami
- zdolność filtracji na poziomie nie mniejszym jak 95 %
- spełnia europejskie normy EN 14683:2019, certyfikat CE

Zamówienie – II

- ilość sztuk – 600
- maska ochronna z filtrem klasy FFP2 (N95) przeznaczona do użytku codziennego
- parametr izolacji minimum 95 %
- certyfikat CE, spełnia europejskie normy EN 149:2001+A1:2009
- rozmiar uniwersalny
- wielokrotnego użytku, czas noszenia w normalnych warunkach pogodowych min. 6 -8 godzin
- mocowanie na gumki zakładane za uszy
- metalowy pasek w górnej części umożliwiający dopasowanie do twarzy

Dostawa – do 17 marca 2021 r

