



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UNIwersYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel. 042 6776824, faks 042 6789952
E-mail: aleksandra.niedzialkowska@barlicki.pl

Łódź, 21.10. 2019 r.

Znak sprawy: **37/ZP/2019**

Dotyczy: Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę narzędzi okulistycznych i soczewek

Szanowni Państwo!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje:

- 1. Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do 06.11.2019 r. do godz. 09:00.**
- 2. Zamawiający informuje, iż termin otwarcia ofert wyznacza się na 06.11.2019 r. do godz. 10:00.**
- 3. Zamawiający informuje, iż termin wniesienia wadium wyznacza się na 06.11.2019 r. do godz. 09:00.**
- 4. Zamawiający informuje, iż Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.**

1. W dniu 01.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania do SIWZ

PYTANIE 1

Dotyczy Pakietu 1 poz. 38

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w **pakiecie 38** pod pojęciem „Pętla do usuwania ciał obcych” Zamawiający wymaga zaoferowania pętli o konstrukcji w postaci zachodzących na siebie trzech niepołączonych pętli, dostosowujących się do zmiennej średnicy naczyń krwionośnych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 2

Dotyczy Pakietu 1 poz. 64

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w **pakiecie 64** pod pojęciem „Pętla do usuwania ciał obcych ...” Zamawiający wymaga zaoferowania pętli o konstrukcji w postaci zachodzących na siebie trzech niepołączonych pętli, dostosowujących się do zmiennej średnicy naczyń krwionośnych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

2. W dniu 01.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania do SIWZ

PYTANIE 1

Dotyczy SIWZ część XI.1 lit c

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej dostawy głównej, której przedmiotem była/jest dostawa wyrobów medycznych. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z szerokim obrotem wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce między innymi narzędziami okulistycznym. Podmioty do których zwraca się z prośbą o wystawienie referencji, wystawiają je ogólnie na wyroby medyczne, nie zaś szczegółowo na poszczególne przedmioty dostawy. W związku z tym proszę o zmianę zapisu specyfikacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza składanie referencji na dostawy wyrobów medycznych.

PYTANIE NR 2:

Dotyczy Pakietu 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 8 imadło o długości całkowitej 108 mm, długość szczęk 7 mm, zakrzywione, narzędzie tytanowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 3:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 9 pęsetę z zębkiem 1x2 0.7 mm, długość całkowita 100 mm. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 4:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 9 pęsetę z zębkiem 1x2 0.6 mm, długość całkowita 95 mm. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 5:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 9 pęsetę z zębkiem 1x2 0.9 mm, długość całkowita 100 mm. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 6:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 11 imadło proste długość szczęk 9 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie tytanowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 7:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 12 imadło proste długość szczęk 9 mm, długość całkowita 136 mm, narzędzie tytanowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 8:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 14 imadło lekko zakrzywione długość szczęk 10 mm, długość całkowita 135 mm, narzędzie stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 9:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 17 kasetę plastikową do sterylizacji na jedno narzędzie 160x70x25 mm? Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 10:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 17 kasetę plastikową do sterylizacji na jedno narzędzie 152x64x12 mm? Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 11:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 18 kasetę plastikową do sterylizacji na pięć narzędzi 173x110x25 mm? Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 12:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 18 kasetę plastikową do sterylizacji na pięć narzędzi 162x102x19 mm? Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 13:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 20 kasetę plastikową do sterylizacji podwójną 264x162x45 mm? Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.


PYTANIE NR 14:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 21 pęsetę do kapsuloreksji krzyżowa z dwoma znacznikami 2,5 mm oraz 5,0 mm zgięta końcówka 11 mm Obrotowa rączka długość całkowita 119 mm narzędzie tytanowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 15:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 21 pęsetę do kapsuloreksji, 0.9 długość szczęk, zagięta tuba 23G, długość całkowita 120 mm, tytanowa, rysunek przedstawiający pęsetę poniżej:



ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 16:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 26 nożyczki z kulką proste czy zagięte, o długości 115 mm, stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 17:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 27 nożyczki zakrzywione o długości ostrza 14 mm, długość całkowita 90 mm, stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 18:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 27 nożyczki zakrzywione o długości ostrza 23 mm, długość całkowita 105 mm, stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 19:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 27 nożyczki zakrzywione o długości ostrza 12 mm, długość całkowita 110 mm, stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 20:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 28 nożyczki odgięte, długość części tnącej 24 mm, długość całkowita 105 mm, stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 21:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 28 i poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 28 oraz poz 29 peany z ząbkami?

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 22:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 31 pęsetę szwową, platforma 5 mm, długość całkowita 108 mm, stalowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 23:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 31 pęsetę szwową, platforma 6 mm, długość całkowita 100 mm, stalowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 24:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 32**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 32 pęsetę 1x2 0.12 mm ząbki, długość całkowita 110 mm, stalowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 25:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 32**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 32 pęsetę 1x2 0.12 mm ząbki, długość całkowita 100 mm, stalowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 26:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 36**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 36 pęsetę implantacyjną zakrzywioną, długość szczęk 15 mm, długość całkowita 105 mm, stalowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 27:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 37 pęsetę Utrata rękojeść okrągła, długość części roboczej 13 mm, dwa znaczniki 2.5 mm oraz 5.0 mm, długość całkowita 111 mm, tytanowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 28:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 44**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 44 rozwórki oczne, długość całkowita 88 mm, szerokość 15.5 mm, regulowana płynnie wygięta pod kątem 45 stopni, tytanowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 29:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 51**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 51 blefarostat górna platforma z otworem 26 mm, długość całkowita 92 mm, stalowy. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 30:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 57**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 57 nożyczki tęczówkowe 7 mm, tępe na końcach, długość całkowita 54 mm, tytanowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 31:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 57**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 57 nożyczki tęczówkowe 11 mm, tępe na końcach, długość całkowita 54 mm, tytanowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 32:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 69**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 69 haczyk Sinskey wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 33:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 70**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 70 manipulator do soczewek Lester wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 34:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 71**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 71 czoper Nagahara wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 35:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 72**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 72 pęsetę Utrata długość szczęk 12 mm, długość całkowita 100 mm, narzędzie stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 36:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 73**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 73 pęsetę Bonn 1x2 0.12 mm, długość całkowita 75 mm, narzędzie stalowe. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE NR 37:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 74**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 74 pęsetę McPherson długość szczęk 9 mm, narzędzie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: NIE.

PYTANIE NR 38:**Dotyczy Pakietu 1 poz. 80**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 80 soczewki o następujących parametrach:

- asferyczna, bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, jednoczęściowa o następujących parametrach:

MATERIAŁ: KOPOLIMER

ŚREDNICA OPTYCZNA - 6 mm

ZAKRES MOCY : -10D do +40D

ŚREDNICA CAŁKOWITA:

11 MM OD -10.0 DO 15.0D

10.7 MM OD 15.5D DO 22.0D

10.5 MM OD 22.5D DO 40.0D

KSZTAŁT: CZTERY HAPTENY, OSTRA TYLNA KRAWĘDŹ NA PEŁNYM OBWODZIE 360° CZĘŚCI OPTYCZNEJ, ZNACZNIK POŁOŻENIA SOCZEWKI NA CZĘŚCI OPTYCZNEJ

UWODNIENIE: 26%

INDEKS REFRAKCJI: 1.46

ANGULACJA: 0°

z filtrem UV, z funkcją anti-glare, implantacja za pomocą injektora i kardriża dołączonego do soczewki

ODPOWIEDŹ: NIE.

3. W dniu 08.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania do SIWZ

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”.

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie we Wzorze umowy adresu mailowego osoby wyznaczonej do kontaktów odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego, gdyż znacznie usprawni to kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym.

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający dopisuje do § 5 nowy ustęp 6 w brzmieniu

*„6. Adres e- mailowy osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do kontaktu w celu realizacji umowy :
urszula.noculak@barlicki.pl”*

Pytanie 5

Dotyczy § 6 ust. 2 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 1% wartości brutto?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 6

Dotyczy § 6 ust. 3 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości brutto?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 7

Dotyczy § 6 ust. 4 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości brutto?

ODPOWIEDŹ: NIE

4. W dniu 09.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 1 poz. 83

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 85 SOCZEWKI NAGAŁKOWEJ przyrządkowej 30° pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 1 poz. 3

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 wymaga głowic wielorazowych, do resterylizacji?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 3**Dotyczy pakietu 1 poz. 5**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 1 poz. 5 na narzędzie o dł. całkowitej 116 mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 4**Dotyczy pakietu 1 poz. 9:**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 1 poz. 9 na narzędzie o dł. całkowitej 100mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 5**Dotyczy pakietu 1 poz. 19:**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 1 poz. 19 na kasetę plastikową o rozmiarze 254x152x19 mm?

ODPOWIEDŹ: NIE

5. W dniu 11.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania:**Pytanie 1****Dotyczy Pakietu 1 poz. 1**

Czy w pakiecie 1 poz. 1 Zamawiający dopuści cyrkiel o dł. 87mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 2**Dotyczy Pakietu 1 poz. 3**

Czy w pakiecie 1 poz. 3 Zamawiający dopuści głowicę do aspiracji z portem aspiracyjnym 0,35mm, o średnicy zewnętrznej 22GA oraz głowicę do irygacji gładką, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 3**Dotyczy Pakietu 1 poz. 4**

Czy w pakiecie 1 poz. 4 Zamawiający dopuści czoper dł. 121 , pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK. Długość 121 mm.

Pytanie 4**Dotyczy Pakietu 1 poz. 8**

Czy w pakiecie 1 poz. 8 Zamawiający dopuści imadło z długością szczęk 8mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 5**Dotyczy Pakietu 1 poz. 11**

Czy w pakiecie 1 poz. 11 Zamawiający dopuści imadło z dł. szczęk 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 6**Dotyczy Pakietu 1 poz. 12**

Czy w pakiecie 1 poz. 12 Zamawiający dopuści imadło dł. całk. 135mm, szczęki tytanowe o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 7**Dotyczy Pakietu 1 poz. 13**

Czy w pakiecie 1 poz. 13 Zamawiający dopuści dł. całk. 115mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 8**Dotyczy Pakietu 1 poz. 14**

Czy w pakiecie 1 poz. 14 Zamawiający dopuści imadło o długości całkowitej 125mm, długość szczęk 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 9**Dotyczy Pakietu 1 poz. 17**

Czy w pakiecie 1 poz. 17 Zamawiający dopuści kasetę 152x63,5x19mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 10**Dotyczy Pakietu 1 poz. 18**

Czy w pakiecie 1 poz. 18 Zamawiający dopuści kasetę 165x101x19mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 11**Dotyczy Pakietu 1 poz. 19**

Czy w pakiecie 1 poz. 19 Zamawiający dopuści kasetę 254x152x19mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 12**Dotyczy Pakietu 1 poz. 20**

Czy w pakiecie 1 poz. 20 Zamawiający dopuści kasetę 254x152,4x38mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 13**Dotyczy Pakietu 1 poz. 27**

Czy w pakiecie 1 poz. 27 Zamawiający dopuści nożyczki dł.całkowita 115mm, dł.ostrza 13mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 14**Dotyczy Pakietu 1 poz. 28**

Czy w pakiecie 1 poz. 28 Zamawiający dopuści nożyczki o długości części tnącej 21mm, długość całkowita 115mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 15**Dotyczy Pakietu 1 poz. 30**

Czy w pakiecie 1 poz. 30 Zamawiający dopuści pean o długości 75mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 16**Dotyczy Pakietu 1 poz. 32**

Czy w pakiecie 1 poz. 32 Zamawiający dopuści pęsetę o dł. całkowitej 110mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 17**Dotyczy Pakietu 1 poz. 36**

Czy w pakiecie 1 poz. 36 Zamawiający dopuści pęsetę o dł.całkowitej 102mm, długość szczęk 8mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 18**Dotyczy Pakietu 1 poz. 37**

Czy w pakiecie 1 poz. 37 Zamawiający dopuści pęsetę Utrata o dł.całkowitej 107mm, długość szczęk 11mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 19**Dotyczy Pakietu 1 poz. 40**

Czy w pakiecie 1 poz. 40 Zamawiający dopuści produkt w 100 % równoważny tj.: Pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injektorem jednorazowym. Wykonany z polypropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia? W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 20**Dotyczy Pakietu 1 poz. 41**

Czy w pakiecie 1 poz. 41 Zamawiający dopuści szpatułkę o dł.całkowitej 122mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 21**Dotyczy Pakietu 1 poz. 42**

Czy w pakiecie 1 poz. 42 Zamawiający dopuści punch z rękojeścią kwadratową, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 1 poz. 44

Czy w pakiecie 1 poz. 44 Zamawiający dopuści rozwórki o długości całkowitej 76mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 1 poz. 51

Czy w pakiecie 1 poz. 51 Zamawiający dopuści blefarostat górna platforma z otworem 24x16mm, dł.całkowita 92mm?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 1 poz. 57

Czy w pakiecie 1 poz. 57 Zamawiający dopuści nożyczki ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 1 poz. 77

Czy w pakiecie 1 poz. 77 Zamawiający dopuści nóż typu A-OKSatin Crescent zakrzywiony 2,5mm?

ODPOWIEDŹ: NIE

6. W dniu 11.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji nr 3 głowice aspiracyjną i irygacyjną w rozmiarze 20G spełniającą pozostałe wymagane parametry?

ODPOWIEDŹ: NIE.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 1 poz. 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1.poz.76 igły wielorazowego użytku 20G kompatybilną z rękojeścią z pozycji „A”?

ODPOWIEDŹ: NIE

7. W dniu 14.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy rozdziału X siwz:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą co oznacza: „zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych”, w sytuacji gdy oferty są składane elektronicznie przez platformę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w postaci katalogów elektronicznych

Pytanie 2:

Dotyczy §1 ust. 3 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści **§1 ust. 3 projektu umowy** w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia – w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych, z tym jednak zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Zamawiający zobowiązuje się zamówić towar o wartości min. 80% wartości umowy, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o wykonanie Umowy.”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać minimalną wartość zamówień, którą zrealizuje bez względu na okoliczności, w przeciwnych wypadku Wykonawca nie jest w stanie ocenić opłacalności przedsięwzięcia. Zamawiający powinien dokonać zamówienia na kwotę stanowiącą minimum 80% wartości maksymalnej umowy. Wykonawca nie może prawidłowo skalkulować ryzyka i przedstawić swojej oferty, jeśli Zamawiający będzie mógł dowolnie zmniejszyć zamówienie dostaw w zakresie przedmiotu umowy.

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 3:

Dotyczy §5 ust. 1 zdanie 1 i ust. 3 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §5 ust. 1 zdanie 1 oraz ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub asortymentowych w przedmiocie dostawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później jednak niż do 5 dni roboczych (pn – pt, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od **dnia rozpatrzenia reklamacji**, wymieni wadliwy towar na wolny od wad. (...).

3. Wystawienie faktur korygujących nastąpi w ciągu 7 dni od daty **rozpatrzenia reklamacji**.”

Uzasadnienie:

Ustalenie, czy zachodzi konieczność wymiany dostarczonego towaru lub wystawienia korekty faktury wymaga rozpatrzenia reklamacji, wobec czego Wykonawca prosi, by termin na wykonanie ww. obowiązków był liczony od daty rozstrzygnięcia o zasadności lub niezasadności reklamacji.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4:

Dotyczy §5 ust. 4 zdanie 1 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §5 ust. 4 zdanie 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„ W przypadku niedostarczonego w umownym terminie zgodnie z §2 ust. 4 lub dostarczonego wadliwego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej towaru będącego przedmiotem danego zamówienia lub jego odpowiednika, **po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do dostarczenia towaru niedostarczonego lub wymiany towaru wadliwego i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu na wykonanie ww. obowiązków**, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego.”

Uzasadnienie:

Wykonawca zwraca się z prośbą, by Zamawiający zmniejszył po stronie Wykonawcy rygoryzm związany z prawem Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego w przypadku nieterminowej dostawy lub wymiany, w ten sposób, by uprawnienie to aktualizowało się dopiero po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zrealizowania niewykonanego obowiązku i wyznaczenia dodatkowego terminu na jego realizację, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. Jednorazowe uchybienie terminowi, nawet o jeden dzień, nie powinno skutkować dla Wykonawcy tak daleko idącymi konsekwencjami jak konieczność pokrycia różnicy w cenie między towarem oferowanym przez Wykonawcę i towarem zakupionym u podmiotu trzeciego.

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 5:

Dotyczy §5 ust. 5 zdanie 2 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §5 ust. 5 zdanie 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Reklamacja uznana zostanie za złożoną **z chwilą jej otrzymania przez Wykonawcę.**”

Uzasadnienie:

Przyjęcie przez strony, że posiadanie przez Zamawiającego dowodu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego na wskazany w umowie adres e-mail lub nr faxu jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji, może kreować w pewnych sytuacjach fikcję, polegającą na uznaniu reklamacji za złożoną, mimo jej nieotrzymania przez Wykonawcę (np. w przypadku niezależnych od stron awarii sprzętu lub przerwania połączeń). Wykonawca prosi o modyfikację umowy w tym zakresie, w ten sposób, by za dzień złożenia reklamacji strony przyjmowały datę jej faktycznego otrzymania przez Wykonawcę – Wykonawca nie może bowiem rozpatrzyć reklamacji nieotrzymanej, nie mając nawet świadomości jej wysłania przez Zamawiającego. Proponowane przez Zamawiającego w tym zakresie rozwiązanie narusza zasadę kontraktowej równowagi stron.

ODPOWIEDŹ: TAK Jednocześnie Zamawiający ustala nowe brzmienie §5 ust. 5 zdanie 2 wzoru umowy następująco : „Reklamacja uznana zostanie za złożoną z chwilą jej otrzymania przez Wykonawcę.”

Pytanie 6:

Dotyczy §6 ust. 1-4 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 1-4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie ustalonym zgodnie z §2 ust. 4 bądź w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w §5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości **netto** towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie za każdy dzień **zwłoki** jednak nie więcej niż **5%** wartości **netto** towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy **towaru** w wymaganym terminie, a Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w §5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości **netto** niedostarczonej partii przedmiotu umowy. Zastrzeżona kara umowna jest niezależna od obowiązku zwrotu różnicy ceny, określonego w §5 ust. 4 umowy.

3. W przypadku niewykonania umowy lub w przypadku nienależytego wykonania umowy innego niż wskazane w ust. 1 – 2 powyżej Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **5%** wartości **netto** niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w całości w wysokości **5%** wynagrodzenia **netto**, określonego w §1 ust. 1 umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **5%** wartości **netto** niezrealizowanej części umowy.”

Uzasadnienie:



Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar umownych, bowiem w obecnym brzmieniu kary te są w ocenie Wykonawcy zbyt wysokie. Wykonawca zwraca się też z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości netto a nie brutto – wartość podatku VAT jest daniną publiczną i nie stanowi dla Wykonawcy realnego zysku, wartość zamówienia zgodnie z normami ustawy PZP również jest ustalana jako wartość netto a nie brutto. Ponadto, Wykonawca prosi naliczanie kar umownych za „zwłokę” a nie za „opóźnienie” – opóźnienie odnosi się bowiem do każdej nieterminowej realizacji obowiązków umowy, w tym nawet wynikającej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji uchybień, za które nie ponosi winy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 3 i 4 wzoru umowy.

Ponadto Zamawiający ustala nowe brzmienie §6 ust. 1-2 wzoru umowy następująco:

„1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie ustalonym zgodnie z §2 ust. 4 bądź w przypadku braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w §5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 5% wartości brutto towaru niedostarczonego/niewymienionego w terminie.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy towaru w wymaganym terminie, a Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w §5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonej partii przedmiotu umowy. Zastrzeżona kara umowna jest niezależna od obowiązku zwrotu różnicy ceny, określonego w §5 ust. 4 umowy.”

Pytanie 7:

Dotyczy §6 ust. 6 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy powoduje uchylenie obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania, za wyjątkiem kary umownej należnej za odstąpienie od umowy.”

Uzasadnienie:

Odstąpienie od umowy wywołuje skutek z mocą wsteczną, wobec czego umowa taka traktowana jest jakby nigdy nie została zawarta. W związku z tym Zamawiający nie powinien obciążać Wykonawcy karami umownymi za uchybienia postanowieniom umowy, skoro umowa przewiduje odrębną karę za odstąpienie. W razie bowiem odstąpienia od umowy wchodzić będzie w rachubę odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, która pochłania odpowiedzialność za szkodę, wcześniej doznaną, z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, które miało miejsce przed odstąpieniem od umowy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy §5 ust. 1 umowy i §7 ust. 2 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności terminów wymiany towaru wadliwego, wskazanych w treści §5 ust. 1 umowy i §7 ust. 2 umowy oraz o ujednoczenie zapisów, celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią §5 ust. 1 projektu umowy termin na wymianę towaru wadliwego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, zaś według §7 ust. 2 projektu umowy – termin na wymianę towarów objętych gwarancją wynosi 7 dni roboczych. W ocenie Wykonawcy ww. rozbieżność stanowi pole do powstania wątpliwości interpretacyjnych, wobec czego Wykonawca prosi o ujednoczenie lub wyjaśnienie intencji Zamawiającego w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ustala nowe brzmienie §5 ust. 1 wzoru umowy następująco:

1. „W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub asortymentowych w przedmiocie dostawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni roboczych (pn – pt, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia reklamacji przez Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad. Za towar wadliwy uważa się między innymi towar niezgodny asortymentowo lub ilościowo ze złożonym zamówieniem lub uszkodzony”

Pytanie 9:

Dotyczy §8 ust. 3 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §8 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub w części w trybie natychmiastowym w przypadku:

- a. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;**
- b. zwłoki w rozpoczęciu wykonywania umowy przekraczającej 10 dni roboczych lub czterokrotnej zwłoki w wykonywaniu objętych umową dostaw;**
- c. w przypadku stwierdzenia czterokrotnych uchybień postanowieniom umowy, zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę;**
- d. gdy Wykonawca czterokrotnie dostarczy towar nie odpowiadający ustalonej jakości.”**

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zmniejszenie po stronie Wykonawcy rygorystów w zakresie dopuszczalnych uchybień związanych z prawem Zamawiającego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Umowa zawarta na czas określony, w szczególności zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, powinna co do zasady obowiązywać przez okres, na jaki została zawarta. Rozwiązanie takiej umowy powinno stanowić instrument wyjątkowy, dopuszczalny tylko w przypadku istotnych uchybień.

ODPOWIEDŹ: NIE



Pytanie 10:

Dotyczy §9 ust. 2 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści **§9 ust. 2** projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania **którejkolwiek ze Stron umowy** do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń do ich dokonania.”*

Uzasadnienie:

Obecne brzmienie §9 ust. 2 projektu umowy sugeruje, że jedyną stroną umowy uprawnioną do decydowania o wprowadzeniu do jej treści zmian w okolicznościach określonych w ust. 1 powyżej jest Zamawiający. Zmiana umowy powinna następować co do zasady za obojną zgodą stron, a zatem także przy uwzględnieniu stanowiska Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11:

Dotyczy §10 ust. 2-4 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści **§10 ust. 2-4** projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej, o właściwościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. **Jeżeli cena rynkowa odpowiednika towaru zastrzeżonego pierwotnie w umowie jest wyższa od ceny zawartej w ofercie, strony przewidują możliwość proporcjonalnego podwyższenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia.***

*3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przekraczających cen zawartych w ofercie przetargowej o właściwościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. **Jeżeli cena rynkowa odpowiednika towaru zastrzeżonego pierwotnie w umowie jest wyższa od ceny zawartej w ofercie,***

strony przewidują możliwość proporcjonalnego podwyższenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

*4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością **proporcjonalnej zmiany** ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.”*

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zastrzeżenie, że w przypadku skorzystania z możliwości dostarczenia odpowiedników towarów objętych umową, strony przewidują możliwość proporcjonalnego podwyższenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jeśli cena rynkowa odpowiednika jest wyższa niż cena zaoferowana w ofercie przetargowej. Wykonawca prosi też o zastrzeżenie możliwości

zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wielkości opakowania oferowanego towaru – w sposób proporcjonalny. Wykonawca nie ma wpływu na wycofanie produktu ze sprzedaży ani na zmianę wielkości opakowania, wobec czego nie może ponosić straty związanej z tymi okolicznościami.

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 12:

Dotyczy §11 ust. 1 lit. b) oraz ust. 3 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści **§11 ust. 1 lit. b) oraz ust. 3** projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Strony postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zmiany:

(...)

*b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę **albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;***

(...).

*3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia **albo minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie bądź na skutek zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych tych osób.**”*

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu zapewnienie zgodności ww. klauzuli z treścią art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, która dla umów obowiązujących ponad 12 miesięcy przewiduje obowiązek określenia warunków zmiany umowy także w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej.

ODPOWIEDŹ: TAK Jednocześnie Zamawiający ustala nowe brzmienie §11 ust. 1 lit. b) oraz ust. 3 wzoru umowy następująco:

„1. Strony postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zmiany:

(...)

*b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę **albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;***

(...).

*3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o **wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie bądź na skutek zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych tych osób.**”*

Pytanie 13:

Dotyczy §11 ust. 9 projektu umowy

Zwracam się z prośbą o wykreślenie **§11 ust. 9** projektu umowy.

Uzasadnienie:



W przypadku, gdy wątpliwości powzięte przez Zamawiającego okażą się niezasadne – tj. gdy informacje podane przez Wykonawcę w oświadczeniu znajdują potwierdzenie w przedłożonych dokumentach, Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji w postaci przesunięcia terminu obowiązywania zmiany umowy w zakresie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ: NIE

8. W dniu 14.10.2019 r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1

(pakiet nr 1, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści cyrkiel wykonany ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 1 poz. 3

(pakiet nr 1, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści głowicę do aspiracji posiadającą port aspiracyjny 0,35mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 1 poz. 4

(pakiet nr 1, poz. 4) Czy Zamawiający dopuści czoper o długości 116mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 1 poz. 7

(pakiet nr 1, poz. 7) Czy Zamawiający dopuści haczyk posiadający końcówkę 0,25mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 1 poz. 11

(pakiet nr 1, poz. 11) Czy Zamawiający dopuści imadło o długości 110mm, długość szczęk 9,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 1 poz. 12

(pakiet nr 1, poz. 12) Czy Zamawiający dopuści imadło o długości całkowitej 127mm, szczęki tytanowe o długości 11mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 1 poz. 14

(pakiet nr 1, poz. 14) Czy Zamawiający dopuści imadło o długości całkowitej 127mm, długość szczęk 9mm pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 1 poz. 17

(pakiet nr 1, poz. 17) Czy Zamawiający dopuści kasetę plastikową 160 x 70x 25mm?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 1 poz. 18

(pakiet nr 1, poz. 18) Czy Zamawiający dopuści kasetę 160x 70x 25mm?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 1 poz. 19

(pakiet nr 1, poz. 19) Czy Zamawiający dopuści kasetę 265x 160x 25mm?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 1 poz. 20

(pakiet nr 1, poz. 20) Czy Zamawiający dopuści kasetę 265x 160x 25mm?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 1 poz. 31

(pakiet nr 1, poz. 31) Czy Zamawiający dopuści pesetę o długości całkowitej 111mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 1 poz. 32

(pakiet nr 1, poz. 32) Czy Zamawiający dopuści pesetę o długości całkowitej 90mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 1 poz. 36

(pakiet nr 1, poz. 36) Czy Zamawiający dopuści pesetę o długości całkowitej 113mm, długość szczęk 11mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 1 poz. 37

(pakiet nr 1, poz. 37) Czy Zamawiający dopuści pesetę o długości całkowitej 100mm, długość szczęk 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 1 poz. 44

(pakiet nr 1, poz. 44) Czy Zamawiający dopuści rozwórki oczne o długości całkowitej 85mm, szerokość 15mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 1 poz. 51

(pakiet nr 1, poz. 51) Czy Zamawiający dopuści blefarosat z otworem 20x13mm, długość całkowita 94mm?

ODPOWIEDŹ: NIE

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 1 poz. 58

(pakiet nr 1, poz. 58) Czy Zamawiający dopuści nożyczki do witrektomii o długości całkowitej 3,6mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 1 poz. 69

(pakiet nr 1, poz. 69) Czy Zamawiający dopuści manipulator cały wykonany z tytanu?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 1 poz. 70-74

(pakiet nr 1, poz. 70-74) Czy Zamawiający dopuści narzędzia w całości wykonane z tytanu?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 1 poz. 72

(pakiet nr 1, poz. 72) Czy Zamawiający dopuści długość szczęk 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 1 poz. 80

(pakiet nr 1, poz. 80) Czy Zamawiający dopuści soczewki posiadające optykę dwuwypukłą w zakresie dioptrażu +10D do 30D oraz optykę wklęsło-wypukłą w zakresie dioptrażu od -10D do +9,0D oraz 310D do 40,0D?

ODPOWIEDŹ: TAK

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Świątłowska

Kierownik
Oddziału Klinicznego Okulistyki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi

mgr Aneta Olejniczak