

Piła 06.04.2020 roku

EZP.VI-241/39/20/ZO

***Uczestnicy postępowania***

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych pn. **„DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, CIEPLARKI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

**1. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z chłodzeniem z obudową ze stali malowanej proszkowo oraz wnętrzem ze stali nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**2. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z regulowanym zakresem temperatury od +8°C do +60°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 23% dla zadania 3? Jest to urządzenie laboratoryjne, a więc nie przysługuje mu 8%, kolejno w sytuacji, gdy sprzęt jest niezbędny (powoływanie się na ustawę z dnia 02.03.2020), ogranicza to bardzo możliwość udziału Wykonawców w zapytaniu, co doprowadzi do niekorzystnych ekonomicznie wyborów.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

**4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy i/lub obniżyć wysokość kary umownej wskazanej w § 9 pkt 1 wzoru umowy do poziomu 0,5% od niezrealizowanej części dostawy. Tak krótki termin dostawy i wysokie kary w obecnej sytuacji pandemii i dużej niepewności na rynku bardzo znacząco wpłyną na wysokość oferty lub skutecznie uniemożliwią dostęp Wykonawców do tego postępowania.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**5. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie które posiada obudowę ze STALI NIERDZEWNEJ malowanej proszkowo?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**6. Dotyczy zadanie: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

**Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego izolacja wynosi nieco mniej, bo 50 mm?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**7. Dotyczy zadanie: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

**Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur: KOMORA CHŁODNICZA: regulowana w zakresie 0-15°C, KOMORA ZAMRAŻARKI -5-20°C?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**8. Dotyczy zadanie: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

**Czy Zamawiający ze względu na błędny plik umowy jest w stanie zmienić plik na poprawny i przedłużyć termin zadawania pytań do końca dnia? Niemożność zapoznania się z podstawowymi dokumentami nie pozwala na wzięcie udziału. Projekty umowy mimo, iż są szkicem mogą znacząco się różnić.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Termin zadawania pytań zostaje przedłużony do 07.04.2020 r., godz. 12:00.

**9. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie które posiada obudowę ze STALI NIERDZEWNEJ malowanej proszkowo?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.