

Pruszcz Gdański, dn. 20.11.2020 r.

SPPR- 280 /EW/2020

**Dotyczy:**

**Zapytania ofertowego Zakup i dostawa termometrów na podczerwień**

**Nr sprawy: SPPR-271/EW/2020**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na termometr na podczerwień, który nie wymaga kapturków? Termometr na podczerwień umożliwi pomiar bez dotykania obiektu, dzięki czemu zapewnia bezpieczny i higieniczny pomiar.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuści.*

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury wyłącznie na czole?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuści.*

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na termometr bezdotykowy z zakresem: tryb pomiaru temp. ciała: 34,0-42,2°C, tryb pomiaru temp. obiektu: 0-100,0°C ?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuści.*

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na termometr bezdotykowy, którego temperatura przechowywania wynosi od -20°C do +50°C?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuści.*

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na termometr bezdotykowy, który automatycznie wyłącza się po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuści.*

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na termometr bezdotykowy, którego okres gwarancji wynosi 24 miesiące?


**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuści.*

W imieniu

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe  
83-000 Pruszcz Gd., ul. prof. M. Raciborskiego 2A  
REGON 191983891, NIP 593-221-85-62  
cz. I kod res. 000000011696  
Telefon/fax 58 773 30 30

Komisji ds. zapytania ofertowego  
Specjalista  
ds. organizacji i nadzoru

  
Ewa Włodarczyk