

Płock, dn. 29.04.2024 r.

**DA.MP.232.24.2024**

**Akademia Mazowiecka w Płocku**

**Pl. Dąbrowskiego 2**

**09-402 Płock**

tel. (...) 24 366-54-00

<http://www.mazowiecka.edu.pl>

e-mail: [zamowienia@mazowiecka.edu.pl](mailto:zamowienia@mazowiecka.edu.pl)

NIP 774-24-72-620; REGON 611038403

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa sprzętu na potrzeby Akademii Mazowieckiej w Płocku”**.

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, jakie wpłynęły do przedmiotowego postępowania po terminie wskazanym w art. 135 ust. 2, Zamawiający – Akademia Mazowiecka w Płocku jednakże udziela wyjaśnień i treść odpowiedzi udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

**Pytanie nr 1. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat od renomowanego producenta w pełni mobilny w formie laptopa?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przenośny aparat z możliwością zaznaczania, wskazywania narzędów czy też dokonywania pomiarów w formie tracy przy użyciu trackballa, bez możliwości malowania palcem czy też dowolnym przedmiotem, dowolnych kształtów .

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 10 i 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przenośny aparat od renomowanego producenta posiadający prędkość odświeżania w trybie B mode przekraczającą 2000klatek na sekundę z czasem uruchomienia od całkowitego wyłączenia 85 sekund, a z trybu uśpienia 25 sekund. Pragniemy podkreślić, że tak niewielka różnica nie wpłynie na jakość i czas wykonywanych badań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 15

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy posiadający dynamikę systemu 256dB z możliwością zapisu pętli cine w ilości 14 tys klatek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 19

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy znacznie przewyższający parametrami

wymagania zamawiającego z gniazdem HDMI? Pragniemy podkreślić, że złącza HDMI są nowocześniejszym i lepszym rozwiązaniem niż DVI.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 6. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 21

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z możliwością ustawienia dowolnego indywidualnego presetu i przypisaniu go dla każdego lekarza oraz z możliwością spersonalizowania wyglądu pulpitu ale dla wszystkich, a nie indywidualnie. Chcemy podkreślić że najważniejsze w użytkowaniu aparatu jest jakość obrazowania oraz dopasowanie presetów indywidualnie dla lekarza, żeby ograniczyć ilość wykonywanych czynności do osiągnięcia najlepszej jakości obrazu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przenośny aparat od renomowanego producenta wyposażony w 4 złącza typu USB pozwalające na podłączenie dysku zewnętrznego czy pamięci typu pendrive lub przejściówki na karty typu SD ale bez gniazda na karty SD

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przenośny aparat od renomowanego producenta z klawiaturą i przyciskami fizycznymi ułatwiającymi pracę i poprawiającymi komfort użytkowania, ale bez ekranu dotykowego

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9.** Dotyczy DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przenośny aparat od renomowanego producenta w formie laptopa co daje łatwą możliwość zabezpieczenia go do transportu z możliwością regulacji ekranu ale bez możliwości obrotu ekranu o 180 stopni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10.** Dotyczy DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z prędkością CW przy kącie 0 stopni wynoszącą 7m/s?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 11.** Dotyczy DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z automatycznym dopasowaniem skali, prędkości, uchylności, z automatycznymi pomiarami, z automatycznym wstawieniem bramki w naczynie ale bez automatycznego dopasowania wielkości samej bramki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12.** Dotyczy DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 56 i 57

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z głowicą liniową o szerokości czoła 38 mm oraz z zakresem częstotliwości 3-16MHz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13.** Dotyczy DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt nr 72

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy z głowicą kardiologiczną wykonaną w technologii monokrysztu z zakresem pracy od 1 do 5MHz z możliwością ustawienia głębokości do 30cm. Chcemy podkreślić, że taka głębokość aż nadto wystarcza do przeprowadzenia wszystkich badań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 14. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt.

Jednym z najczęściej stawianych wymogów dla aparatów USG jest prędkość odświeżania obrazu 2D. Jest to parametr który w dużej mierze świadczy o klasie aparatu, w związku z tym chcemy dopytać czy Zamawiający wymaga aby prędkość odświeżania obrazu dla tryby 2D wynosiła minimum 2 000 klatek na sekundę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 15. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt.

Czy Zamawiający wymaga przenośnego aparatu opartego na systemie Windows 10 lub nowszym ze wsparciem producenta? Pozwala to na podłączenie różnych urządzeń zewnętrznych np. takich jak drukarka laserowa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 16. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt 21

Czy w związku z personalizacją aparatu Zamawiający będzie wymagał dostępnych na ekranie skrótów dostępu do presetów minimum czterech slotów które użytkownik może

sam zaprogramować. Pozwala to jednym kliknięciem wybranie zarówno presetu jak i sondy. Taka możliwość znacznie przyspiesza i poprawia jakość pracy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 17. Dotyczy** DZIAŁ II SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 4 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1szt. Punkt 35.

Zamawiający wymaga zakresu dynamiki dla obrazu 2D wyświetlanej na ekranie min. 100db w związku z tym chcemy dopytać czy Zamawiający jednocześnie wymaga całkowitej dynamiki aparatu minimum 256db?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

z up. Rektora  
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju  
dr Anna Nowacka