



Kup, dn. 20 kwietnia 2022 r.

Nr sprawy ZP/3/2022

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby projektu rehabilitacji pocovidowej.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dot. zadanie 14 i 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ciśnieniomierz z zakresem pomiaru 0-280 mmHg?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dot. zadanie 14 i 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ciśnieniomierz z funkcją automatycznego wyłączania po 30 sekundach?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dot. wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 1 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści umowy poprzez zmianę zapisu z „(...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5,00% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto (...)” na „(...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5,00% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (...)”

Odp.:

4. Dot. wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 2 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści umowy poprzez zmianę zapisu z „(...) w wysokości 0,25% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto (...)” na „(...) w wysokości 0,25% wartości niedostarczonej części zamówienia brutto (...)”.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

Dotyczy: Zadanie 15. Pulsoksymetr dla dorosłych – 5 sztuk

5. Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem LCD z 3 konfiguracja mi ekranu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Ad. 6 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach 55x120x30mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Ad. 9, Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z podłączeniem do zasilania sieciowego 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, zasilanie z dedykowanego akumulatora lub baterii AA (3 szt.)? W oferowanym pulsoksymetrze na wyposażeniu znajduje się dedykowany akumulator.

Zadanie 20. Pulsoksymetr dla dorosłych – 6 sztuk

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem LCD z 3 konfiguracja mi ekranu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Ad. 6 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach 55x120x30mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Ad. 9, Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z podłączeniem do zasilania sieciowego 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, zasilanie z dedykowanego akumulatora lub baterii AA (3 szt.)? W oferowanym pulsoksymetrze na wyposażeniu znajduje się dedykowany akumulator.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Pytania do opisu przedmiotu zamówienia w części 10 (zadanie 10) - **koncentrator tlenu** - Czy dopuszczają Państwo zakres przepływu tlenu do 5l/min?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Dot. zadania nr 2 - Zamawiający wymaga, aby centrala monitorująca posiadała Możliwość ustawiania wysokości siodełka ergometru z poziomu oprogramowania sterującego (poz. 34 w tabeli opisu przedmiotu zamówienia). Jednocześnie, w opisie cykloergometru (poz. 18) zwarta jest „możliwość doposażenia w elektryczną regulację wysokości siodełka” co sugeruje, że ta funkcja w cykloergometrze nie jest bezwzględnie wymagana na etapie składania oferty i dostawy przedmiotu zamówienia. Z uwagi na fakt, że w takiej konfiguracji sprzętu funkcja ustawienia wysokości siodełka ergometru z poziomu oprogramowania nie będzie możliwa do wykonania w praktyce, kierujemy pytanie: czy Zamawiający wymaga, aby cykloergometr posiadał elektryczną regulację wysokości siodełka?

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga, aby cykloergometr posiadał elektryczną regulację wysokości siodełka.

13. Dot. zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści cykloergometr o wymiarach: 105 x 58 x 114 cm (poz. 19 w tabeli opisu przedmiotu zamówienia)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o zakresie pomiaru 0-280 mmHg?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz wyposażony w zasilanie sieciowe?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Dotyczy pakietu nr 19 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o zakresie pomiaru 0-280 mmHg?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Dotyczy pakietu nr 19 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz wyposażony w zasilanie sieciowe?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie 15. Pulsoksymetr dla dorosłych – 5 sztuk - Do szpitala w Pokoju oraz Zadanie 20. Pulsoksymetr dla dorosłych – 6 sztuk - Do OCR w Korfantowie:

18. Pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr z kolorowym wyświetlaczem LCD z 3 konfiguracjami ekranu?


Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr z czasem pracy na tych samych akumulatorkach 8 h?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

20. Pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 154 mm x 72 mm x 26 mm? Jest to niewielka różnica względem oczekiwań Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.


PROKURANT SAMOISTNY
mgr. Sonia Cebulka