

**Opis przedmiotu zamówienia – Wysokociśnieniowy homogenizator laboratoryjny zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:**

**Oferuję:**

Model/typ.....

Producent/kraj .....

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać „tak”)
1.	Lepkość: < 200 cP	
2.	Maksymalny rozmiar cząsteczek: < 500 µm	
3.	Maksymalna temperatura pracy: < 90 °C	
4.	Wydajność: 9 l/h	
5.	Minimalna wielkość próby: 40ml	
6.	Liczba stopni homogenizacji: dwa	
7.	Maksymalne ciśnienie pracy: 2000 bar	
8.	Maksymalne przeciwciśnienie: 4-5bar	
9.	Zasilanie elektryczne: 3 fazy / 400 V / 50-60 Hz	
10.	Masa własna: do 115 kg	
11.	Temperatura mycia : < 90°C	
12.	Czas mycia: 30 min.	
13.	Temperatura sterylizacji: 140°C	
14.	Czas sterylizacji: 30 min.	
15.	Podłączenia wejścia IN i wyjścia OUT typu Tri-Clamp	
16.	Zestaw narzędzi i części zamiennych niezbędnych do startu, obsługi i utrzymania urządzenia	

*Formularz należy podpisać  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej*