



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-680, REGON: 000916088, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 36 01

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 24-07-2024 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-74/24**

dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu kardiologicznego w tym zewnętrznych cewników prowadzących do zatoki wieńcowej, elektrod do czasowej przezskórnej stymulacji serca, zestawów do wykonywania zabiegu perikardiocentezy, introduktorów naczyniowych.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz.1605 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1 dot. Zadania Nr 3:**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod endokawitarnych o następujących parametrach: Elektrody endokawitarnie do czasowej stymulacji serca kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj. +PACE 101H Osypka i SJM 3085

- elektrody dwubiegunowe o stałej krzywiznie z miękkim końcem,
- średnice do wyboru przez Zamawiającego 5F, 6F,
- długość całkowita 1200 mm
- krzywizny : MPA,MPB
- pamięć kształtu krzywizny w temperaturze ciała,
- koniec dystalny zakończony biegunem metalowym,
- odległość biegunów 10mm
- ring 2 mm, tip 2 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 2 dot. Zadania Nr 4:**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów udowych, znanych i stosowanych w pracowni o poniższych parametrach:

- rozmiar introduktora w zakresie od 5 Fr do 10 F ( co 1 F ) ; o długości 11 cm,
- dla rozmiarów 5 F -10 F przewodnik 0,038" (0,93 mm) oraz igła 18 G (1,28 mm),
- długość przewodnika 45 cm,
- długość igły 7 cm,
- odporność na złamanie i zagięcia,
- przewodnik z końcówką o kształcie „J”
- obecność zastawki hemostatycznej
- oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

***Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.***

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  
z up. Dyrektora Wojewódzkiego  
Szpitala Zespołowego w Toruniu

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
*Anna Wutrych-Krajewska*  
Anna Wutrych-Krajewska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie