

Lubań, dnia 01 marca 2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 6**

**do treści SWZ na „Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów usunięcia zaćmy oraz chirurgii dróg łzowych” nr postępowania ZP/01/2023**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

**Dotyczy pakietu nr 4**

Prosimy o dopuszczenie hialuronianu sodu 1.8 o poniższych parametrach

-masa cząsteczkowa 1. 2 2 m ln D a

-osmolarność 270 400 mOsm/kg

-lepkość ok. 13 0 000 mPas

-pH 6 .8 7 .4

-temperatura przechowywania 2- 25 st. C

-objętość ampułko-strzykawka 1 ml, kaniula 27G

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**