



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 36

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 52 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy zamawiający oczekuje: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 52 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy zamawiający oczekuje: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 52 Poz. 1,2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu zamawiający wymaga by Każde pojedyncze opakowanie pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalało na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, co eliminuje potrzebę użycia nożyczek lub rozrywania wewnętrznej saszetki ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 110 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tej pozycji będzie wymagał: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji

umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję, ale nie wymaga.*

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 110 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tej pozycji będzie wymagał: Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję, ale nie wymaga.*

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 39 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania cytostatyków bursztynowy wykonany z poliuretanu o długości 41 cm, bez PCV. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji nie wymagający koreczka, zacisk zatraskowy. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Standardowe połączenie bez sygnału dźwiękowego. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 39 Poz. 4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw drenów bursztynowych, matowy, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć znajdujący się nie dalej niż 36cm od miejsca podłączenia do pacjenta, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Dren z poliuretanu. Przezierna komora kropłowa. Przyrząd nie zawiera DEHP

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 39 Poz. 4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestawy infuzyjne mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych?

Odpowiedź: *Zestawy infuzyjne nie mają być wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przeciwko mieszaniu się leków w trakcie podaży leków w bolusie, zwłaszcza leków forsownych.*

PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 39 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do przygotowania cytostatyków powinien posiadać zabezpieczenie przed cofnięciem się leku z linii głównej, tj. Powinien posiadać zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, ale wymaga.*

PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 43 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki z płaską membraną z możliwością stosowania do 7 dni lub 700 aktywacji.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry są zgodne z SWZ.*



PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 43 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź: *Tak, zawór nie powinien wywoływać refluksu krwi do światła cewnika.*

PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 43 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wklucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza przedstawienie takiego dokumentu, ale nie wymaga.*

PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 43 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Y z zaworami bezigłowymi, o długości. ok 10cm z możliwością stosowania do 7 dni lub 700 aktywacji.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 43 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź: *Zawór nie powinien wywoływać refluksu krwi do światła cewnika.*

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

