



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/2374-9/2020

Poznań, dnia 24.02.2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z testami do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów”. Nr postępowania: Zp/p/9/2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 - 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Dot. WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW, pkt. 7

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu z w/w poz. bądź dopuszczenie rozwiązania, gdzie panele testowe nie zawierają kodów kreskowych z informacjami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie panele testowe nie zawierają kodów kreskowych z informacjami.

Pytanie 2

Dot. WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW, pkt. 26

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wpięcia w sieć analizatora, jeśli tak, to prosimy o podanie jaki posiada LIS w laboratorium.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia nie wymaga integracji z systemem posiadanym przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje,

że ewentualna integracja z systemem posiadanym przez Zamawiającego będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

Pytanie 3

Dot. WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW, pkt. 29

Zwracamy się z prośbą o podanie jakie konkretnie dwa szkolenia dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej /zakażeń Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia wyjaśnień nie jest w stanie konkretnych dwóch szkoleń. Zamawiający informuje, że dokonując wyboru szkolenia będzie brał pod uwagę wyłącznie szkolenia odbywające się w Polsce.

Zestaw zapytań nr 2

Pytanie 1

Dot. WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW, pkt. 7

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu z w/w poz. bądź dopuszczenie rozwiązania, gdzie panele testowe nie zawierają kodów kreskowych z informacjami.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak samo jak w zestawie pytań nr 1 odp. na pyt. 1.

Pytanie 2

Dot. WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW, pkt. 26

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wpięcia w sieć analizatora, jeśli tak, to prosimy o podanie jaki posiada LIS w laboratorium.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak samo jak w zestawie pytań nr 1 odp. na pyt. 2.

Pytanie 3

Dot. WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW, pkt. 29

Zwracamy się z prośbą o podanie jakie konkretnie dwa szkolenia dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej /zakażeń Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak samo jak w zestawie pytań nr 1 odp. na pyt. 3.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z udzielonymi wyjaśnieniami tj. dokonuje modyfikacji SIWZ - załącznik nr 6a do SIWZ poprzez:

- 1) wykreślenie w § 2 ust. 1 zapisu: „(z ewentualnym podłączeniem do systemu informatycznego)”

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu ul. prof. Ludwika Borkowskiego
dr n. med. Wiesław Zsłonek-Bieleński