

**Wykonanie usługi w postaci odczytów dawek indywidualnych,  
na soczewki oka, pierścionkowych i środowiskowych od promieniowania  
jonizującego gamma lub rtg przy użyciu dawkomierzy  
termoluminescencyjnych**

**1. Warunki zgłaszania ofert przez wykonawców i zasady udzielenia zamówienia**

**Numer ogłoszenia: LR.073.2.2023**

**Data zamieszczenia: 27.11.2023**

**Zamawiający:**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

**Miejsce składania ofert:** Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno – Konferencyjnym – pawilon A-V (Dziennik Podawczy) do dnia 11.12.2023 do godz. 11.00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru ofert, jeżeli:

a). oferta z najkorzystniejszą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b). wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

**Warunki zgłaszania ofert:**

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Wykonawca musi posiadać wiedzę, doświadczenie i przygotowanie zawodowe do wykonania zamówienia
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „**Ogłoszenie: LR.073.2.2023 „Usługa wykonywania odczytów dawek indywidualnych,**

**na soczewki oka, pierścinkowych i środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub rtg przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych”.**

- Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 4 tygodnie od daty złożenia oferty.
- Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 w zw. z art.7 ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
- Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/y podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza.
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.
- Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu który złożył ofertę.

Kontakt w sprawie ogłoszenia – (12) 614 26 71, e-mail: [ior@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:ior@szpitaljp2.krakow.pl)

## 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odczycie dawek indywidualnych, na soczewki oka, pierścionkowych i środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub rtg przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych.

Wymagania dotyczące wszystkich dozymetrów i wymagania dotyczące laboratorium:

1. Dozymetry TLD (termoluminescencyjne)
2. Typ narażenia promieniowanie rtg i gamma
3. Dawkomierze pierścionkowe z regulowaną średnicą nieuszkodzające rękawic
4. Szybkość otrzymywanych wyników pomiarów – max. 4 tygodnie od daty wystania dozymetrów do laboratorium
5. Odczyt kwartalny
6. Laboratorium posiadające akredytację na pomiar dawek od promieniowania jonizującego dla osób narażonych zawodowo i dawek środowiskowych z użyciem dozymetrów termoluminescencyjnych od co najmniej 2 lat

### I. Tabela Cenowa:

/Do wypełnienia przez Wykonawcę/

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot zamówienia - odczyt</i>	<i>Ilość odczytów w ciągu jednego kwartału</i>	<i>Cena jednostkowa pomiaru bez VAT</i>	<i>Stawka VAT w [%]</i>	<i>CENA jednostkowa pomiaru z VAT</i>
<b>1</b>	<b>Dozymetry środowiskowe</b>	<b>14</b>			
<b>2</b>	<b>Dozymetry pierścionkowe</b>	<b>120</b>			
<b>3</b>	<b>Dozymetry oczne</b>	<b>50</b>			
<b>4</b>	<b>Dozymetry indywidualne</b>	<b>300</b>			
<b>RAZEM</b>					