


Modyfikacja nr 1 SWZ
na **DOSTAWĘ AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI**
znak: ZP/29/TP2/2023



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/29/TP2/2023

Zabrze, dnia 20.06.2023r.

WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **DOSTAWA AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI**

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) **modyfikuje treść SWZ w zakresie:**

- Części II SWZ pkt. 1
- Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 1
- Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 11

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski



Załączniki:

1. Część II SWZ pkt 1 po modyfikacji
2. Formularz asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 1
3. Formularz asortymentowo-cenowego w zakresie zadania nr 11

Inspektor

Maria Król

CZĘŚĆ II DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań. Każde zadanie stanowi odrębną ofertę częściową. Wykonawca składa jedną ofertę w zakresie dowolnie wybranej jednej lub kilku części.

Podział przedmiotu zamówienia na części został opisany w pkt. 3.3 SWZ.

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 1 – DOSTAWA PAPIERU KREPOWANEGO

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis charakterystyka	Rozmiar	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy
1	Papier krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony	gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta	120cm x 120cm	Szt.	1000 arkuszy						
2	Papier krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony	gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta	100cm x 100cm	Szt.	12 500 arkuszy						
3	Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony	gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta	75cm x 75cm	Szt.	10 000 arkuszy						
4	Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony	gramatura min. 60g/m2(+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta	60cm x 60cm	Szt.	11 000 arkuszy						

Modyfikacja nr 1 SWZ
na DOSTAWĘ AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI
Znak: ZP/29/TP2/2023

5	Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało-zielony	gramatura min. 60g/m2 (+/-2g), karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, zgodność z normą PN –EN ISO 11607-1 oraz PN EN 868 cz. 2 potwierdzona przez producenta	50cm x 50cm	Szt.	2 500 arkuszy					
RAZEM										

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 11- DOSTAWA TESTÓW DO PLAZMY

L.P.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis charakterystyka	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy
1	Wskaźnik chemiczny do plazmy	Wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu w systemie sterylizacji Sterrad. Substancje testów monitorują penetrację czynnika sterylizującego parą w nadtlenu wodoru/plazmą. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika Opakowanie 250 sztuk.	Op.	4						
2	Test helix do plazmy	Test chemiczny typu helix z przyrządem składającym się z kapsuły oraz rurki od 1,2m śr. Wew. 1- 2mm, (opakowanie 100szt)	Op.	10						
3	Test Biologiczny do plazmy	Amputkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 30 min. Opakowanie 50 sztuk.	Op.	24						
					RAZEM					

