

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

wraz z odpowiedziami Zamawiającego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 17/P/2020

Nazwa zadania: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 7 części.****Wykonawca w niniejszym postępowaniu zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dotyczącymi Części nr 2:**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 93l?
2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości zewnętrznej wynoszącej 82,5 cm?
3. Czy Zamawiający wymaga certyfikatu wydawanego przez Laboratorium Akredytowane?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Nie, wystarczą pomiary wykonane urządzeniem posiadającym wzorcowanie akredytowanego laboratorium.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie stanowią istotnych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące czasu, miejsca i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
Ośrodek Radioizotopów POLATOM  
DYREKTOR

.....mgr. inż. Tomasz Dziel.....

Kierownik Zamawiającego