



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 15.10.2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego II dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 41/PN/2024.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 1320) Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy zadania 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne o rozmiarze 174x122mm i pakowane po 100szt oraz zaoferowanie 25 op? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza elektrody neutralne o rozmiarze 174x122mm i pakowane po 100szt oraz zaoferowanie 25 op.

2) Dotyczy zadania 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści uchwyty monopolarne z kablem 5m, pakowane po 50szt i zaoferowanie 3 op? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 8 w poz. 2 uchwyty monopolarne z kablem 5m, pakowane po 50szt i zaoferowanie 3 op.

3) Dotyczy zadania 3 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Jednorazowa mata na podłogę, o dużej wchłaniałości (minimum 1,4l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. Materiał: Laminat wykonany z chłonnej masy celulozowej połączonej folią polietylenową, rozmiar 81cm x 122cm. Ilość w opakowaniu 25 szt. Produkt podlegający 23% stawce podatku VAT, nie będący wyrobem medycznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** maty o powyższych parametrach.

4) Dotyczy projektu umowy §6 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §6 ust. 10 w sposób następujący :

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w §3 ust. 10 oraz nie będzie w stanie zapewnić odpowiednika, a okres opóźnienia będzie dłuższy niż **48 godzin roboczych**, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) z **obowiązkiem powiadamiania go o takim zakupie**, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym **przy czym różnica ta nie może wynosić powyżej 10 % pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy**, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym

Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na preponowaną zmianę. Zgodnie z SWZ. Jednocześnie wskazujemy że Wykonawca zwrócił się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 6 ust. 10 a powinno być § 6 ust 11 umowy.

5) Dotyczy projektu umowy §6 ust. 10

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §6 ust. 10 w sposób następujący :

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w §3 ust. 10 oraz nie będzie w stanie zapewnić odpowiednika, a okres opóźnienia będzie dłuższy niż 24 godzin **roboczych**, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) z **obowiązkiem powiadamiania go o takim zakupie**, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym.

Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na modyfikację zapisu umowy. Zgodnie z SWZ. Jednocześnie wskazujemy że Wykonawca zwrócił się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 6 ust. 10 a powinno być § 6 ust 11 umowy.

6) Dotyczy projektu umowy §7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7 ust. 1 w sposób następujący:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości **1%** wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **2%** wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

b) za opóźnienie w rozpatrzenia reklamacji w wysokości **1%** od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **2%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia;

c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości **10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów umowy w zakresie §7 ust. 1 w treści zaproponowanej przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje zmian w SWZ (załącznik nr 8) to jest w projekcie umowy i zmienia § 7 ust 1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
 - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
 - b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 1% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 2 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;
 - c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

Zamawiający udostępnia ujednoliconą treść umowy (zmiany na czerwono).

Dotyczy zadania 10

Czy Zamawiający, ze względu na warunki utrzymania gwarancji strzykawki Optivantage, wymaga by wkłady w zadaniu 10, były oryginalne i oczekuje oświadczenia producenta o kompatybilności wkładów ze wstrzykiwaczem kontrastu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wymaga** oświadczenia producenta o kompatybilności wkładów ze wstrzykiwaczem kontrastu. Zamawiający dokonuje zmian zapisów SWZ.

7) Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt a-b

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysługiej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt a-b):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
 - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 3 ust. 6 niniejszej umowy - w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii towaru,

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **0,5 %** wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 7 ust. 1 pkt c); Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości **0,5 %** od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokonuje zmian w SWZ (załącznik nr 8) to jest w projekcie umowy i zmienia § 7 ust 1 Umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
- b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 1% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 2 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;
- c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Zamawiający udostępni ujednoliconą treść umowy (zmiany na czerwono).

8) Dotyczy zadania 30

Czy Zamawiający dopuści test do wymazów z nosa o parametrach:

Grypa A czułość 93,75 % swoistość 96,23%

Grypa B czułość 94,59 % swoistość 97,91%

Sars-Cov-2 czułość 99,07 % swoistość 99,18 %

RSV czułość 97,14 % swoistość 98,7 %?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** testy do wymazów do nosa o powyższych parametrach.

9) Dotyczy zadania 20

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 20 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 20 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 20 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

10) Dotyczy zadania 20

Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów w pakiecie nr 20 z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę wyrobów w pakiecie nr 20 z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

11) Dotyczy zadania 20

(dot. wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie we wzorze umowy klauzuli waloryzacyjnej umożliwiającej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniającej dyspozycję zawartą w przepisach art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmian w projekcie umowy. Zamawiający udostępnia ujednoliconą treść Umowy (zmiany na czerwono).

12) Dotyczy zadania 20

(dot. wzoru umowy §7) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §7 ust. 1 lit. a i b wzoru umowy, w taki sposób, aby kary były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

Obecny zapis jest niezgodny z ustawą p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019). W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określenie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmian w SWZ (załącznik nr 8) to jest w projekcie umowy i zmienia § 7 ust 1 Umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
- b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 1% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 2 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;
- c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

Zamawiający udostępni ujednoliconą treść Umowy (zmiany na czerwono).

13) Dotyczy zadania 20

dot. wzoru umowy §7 ust. 1 lit. a) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary za dostarczenie towaru wadliwego lub nie dostarczenie towaru w terminie wynikającym z zapisów umowy §3 ust. 10 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki? I odstąpi od różnicowania wysokości kar w zależności od ilości dni zwłoki? Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są rażąco wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokonuje zmian w SWZ (załącznik nr 8) to jest w projekcie umowy i zmienia § 7 ust 1 Umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
- b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 1% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 2 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;
- c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

Zamawiający udostępniła ujednoliconą treść umowy (zmiany na czerwono).

14) Dotyczy zadania 20

dot. wzoru umowy §7 ust. 1 lit. b) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji do wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? I odstąpi od różnicowania wysokości kar w zależności od ilości dni zwłoki? Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są rażąco wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaproponowaną zmianę .Zamawiający dokonuje zmian w SWZ (załącznik nr 8) to jest w projekcie umowy i zmienia § 7 ust 1 Umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

- b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 1% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 2 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;
- c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

Zamawiający udostępnia ujednoczoną treść umowy (zmiany na czerwono).

15) Dotyczy zadania 3

Czy Zamawiający dopuści matę o wymiarach 90x116 cm, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni maty, pozwalającą na skuteczne przyleganie do podłoża, nie niszcząc go, nie zostawiając śladu (np. od dodatkowego kleju), bez konieczności dodatkowego przytwierdzenia narożników? Pozostałe jak w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** maty o powyższych parametrach.

16) Dotyczy zadania 30

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w zadaniu nr 30 (szybkie testy) kwota wymaganego wadium wynosi 1 500,00 zł? W zadaniu tym znajduje się tylko 200 sztuk testów. Cena detaliczna testów typu combo 4 w 1 różnych producentów wynosi aktualnie około 10,00-15,00 złotych za sztukę, a zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy pzp wadium nie może wynosić więcej niż 3% wartości zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kwota wadium jest właściwa zamawiający wymaga 5000 szt testów. Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany formularza cenowego w zadaniu 30.

17) Dotyczy zadania 12

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12: wyrób medyczny - zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego pozwalający na uzyskanie nie mniej niż 4 ml osocza bogatopłytkowego z 20 ml krwi obwodowej pacjenta, system daje możliwość dowolnego sterowania stężeniem PRP, możliwość dodatkowego wirowania, posiada europejski certyfikat wyrobu medycznego. Skład zestawu:

Zestaw do pobrania krwi (strzykawka 20 ml, igła z motylkiem)

citra-lock – 5 ml

Tuba separująca - 20 ml

Podstawka do tuby separującej

Korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem

Strzykawka - 10 ml, do podania PRP

Strzykawka - 5 ml, do podania PRP

Igła 08x40mm, do podania osocza – 2 sztuki

Igła 04x19mm, do podania osocza – 2 sztuki

Mata sterylna

Jałowe rękawiczki

Do wykonania zabiegów z wykorzystaniem ww. zestawów nieodpłatnie użyczona jest profesjonalna wirówka posiadająca certyfikat wyrobu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza sterylnego jednorazowego zestaw o powyższych parametrach.

18) Dotyczy zadania 12

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Sterylny jednorazowy zestaw umożliwiający przygotowanie 3-5 ml koncentratu leukocyarno-bogatopłytkowego (PRP) z 27 ml krwi obwodowej przy stężeniu 7-9 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1 mln płytek w mikrolitrze - wymagana wartość potwierdzona i udokumentowana w przeprowadzonych badaniach. Istnieje również możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale od 15 ml do 30 ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 3 do 5 ml PRP - zawiesiny o wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF- β 1, VEGF, EGF.

Element konstrukcji wewnętrznej tuby separującej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej separacji po przeprowadzeniu frakcjonowania. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu. Separator wyposażony jest w specjalną przegrodę, trwale oddzielającą warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza oraz bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów.

Zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do przygotowania PRP: specjalna kapsuła 30 ml, strzykawka 30 ml, strzykawka 5 ml, ACD-A (antykoagulant), motylek do pobrania krwi, 3x igła 18G
Czas uzyskiwania osocza bogato płytkowego nie dłuższy niż 5 min.

Wykonawca zapewnia bezpłatne użyczenie wirówki na czas obowiązywania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza sterylnego jednorazowego zestaw o powyższych parametrach.

19) Dotyczy zadania 13

Pytanie 1 dotyczy zadanie nr 13 poz.1,2.

Czy zamawiający ma na myśli opakowania gdzie op. =10 szt ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli opakowanie =10 szt.

20) Dotyczy Wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na odstąpienie od wymogu wniesienia wadium.

21) Dotyczy projektu umowy § 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 4 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
- b) za opóźnienie w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 2% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 4 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaproponowaną zmianę .Zamawiający dokonuje zmian w SWZ (załącznik nr 8) to jest w projekcie umowy i zmienia § 7 ust 1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy- w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
- b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 1% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 2 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;
- c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

Zamawiający udostępnia ujednoliconą treść umowy (zmiany na czerwono).

22) Dotyczy zadania 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 81 x 121 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** rozmiar 81 x 121 cm.

24) Dotyczy zadania 23 poz 1

Czy Zamawiający dopuści system do płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych, nie zawierający lateksu do kolana i biodra z odsysaniem i własnym oświetleniem. Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie. Zestaw zawiera rękojeść zasilaną bateriami (7 szt.) oraz końcówki: krótką 12 cm z osłoną do płukania powierzchni i długa 22 cm do płukania kanału kości. Parametry techniczne: możliwość ustawienia wysokiej lub niskiej prędkości, zakres prędkości pompowania min. 700 - 1400 ml/min., długość przewodu 3m. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza. Końcówki można wielokrotnie wymieniać podczas zabiegu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** system do płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych o powyższych parametrach

25) Dotyczy zadania 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu chromatograficznego przeznaczonego do wykrywania antygenów białka nukleokapsydu grypy A, grypy B oraz wirusów: syncytialnego układu oddechowego i/lub wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła u ludzi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie testu chromatograficznego przeznaczonego do wykrywania antygenów białka nukleokapsydu grypy A, grypy B oraz wirusów: syncytialnego układu oddechowego i/lub wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła u ludzi.

26) Dotyczy zadania 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o następujących czułościach i swoistościach względem metody porównawczej PCR?

Grypa A czułość 93,02% swoistość 97,26%

Grypa B czułość 93,62% swoistość 97,84%

Sars-Cov-2 czułość 95,00% swoistość 99,75%

RSV czułość 94,12% swoistość 97,87%

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** testy do wymazów o powyższych parametrach.

27) Dotyczy zadania 23 POZ.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego wysokociśnieniowego systemu płukania pulsacyjnego Pulsed Lavage z jednorazową rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem. Zestaw z wbudowanymi bateriami. Dwuelementowa budowa systemu płuczącego – trzon płuczący (elastyczny, giętki) oraz końcówka do ssania mogą być używane niezależnie. Zestaw zawiera min. rękojeść, baterie, dren odprowadzający, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki (z mandrynem czyszczącym) – krótką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osłoną przeciw odpryskom, długość krótkiej końcówki: 11–15cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25–28cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu, lateksu. Pulsacja na poziomie 1500-1700 pulsów/60sek., maksymalna szybkość przepływu: 1100 ml-1400 ml/60sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy: 70 PSI.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** jednorazowy wysokociśnieniowy system płukania pulsacyjnego Pulsed Lavage z jednorazową rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem. Zestaw z wbudowanymi bateriami. Dwuelementowa budowa systemu płuczącego – trzon płuczący (elastyczny, giętki) oraz końcówka do ssania mogą być używane niezależnie. Zestaw zawiera min. rękojeść, baterie, dren odprowadzający, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki (z mandrynem czyszczącym) – krótką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osłoną przeciw odpryskom, długość krótkiej końcówki: 11–15cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25–28cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu, lateksu. Pulsacja na

poziomie 1500-1700 pulsów/60sek., maksymalna szybkość przepływu: 1100 ml-1400 ml/60sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy: 70 PSI.

28) Dotyczy zadania 17 poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** , ale nie wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów.

29) Dotyczy zadania 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczechu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** przyrządu o powyższych parametrach.

30) Dotyczy zadania 17 poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie . Nazwa firmy identyfikuje produkt w przypadku incydentu medycznego.

31) Dotyczy zadania 17 poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale nie wymaga opakowania papier – folia.

32) Dotyczy zadania 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy

regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** powyższych parametrów.

33) Dotyczy zadania 17 poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** , ale nie wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów.

34) Dotyczy zadania 17 poz. 2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier –folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale nie wymaga opakowania papier – folia.

35) Dotyczy zadania 17 poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu.

36) Dotyczy zadania 17 poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu.

37) Dotyczy zadania 27 poz. 1.

Czy Zamawiający w pozycji 1 pod pojęciem krioprobówek „Z zamontowanymi zakrętkami dostępnymi w min. pięciu różnych kolorach” oczekuje zaoferowania min 5 produktów o różnych kolorach zakrętek?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania min 5 produktów o różnych kolorach zakrętek.

38) Dotyczy pkt. 3.14 SWZ oraz 3 ust.9 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu i wykreślenie powyższego zapisu? Ulotki mają być złożone wraz z ofertą a więc Zamawiający będzie już w ich posiadaniu. W takim przypadku bezcelowym jest przesyłanie ulotek z każdą dostawą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgodny** na odstąpienie od wymogu dostarczenia z każdą partią przedmiotu zamówienia ulotek w języku polski.

39) Dotyczy pkt. 4.5 SWZ oraz par. 3 ust.4 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w zakresie naliczania noty obciążeniowej? Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich i Wykonawca nie ma realnego wpływu na to, czy kurier pozostawi paczkę w pomieszczeniu czy też przed wejściem do pomieszczenia, np. gdy będzie ono zamknięte. W związku z tym nieuzasadnione jest obarczanie Wykonawcy dodatkowym kosztem, a tym bardziej a tak wysokiej i równie nieuzasadnionej wysokości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie zapisu w zakresie naliczania noty obciążeniowej. Zamawiający dokonuje zmian w SWZ (załącznik nr 8) to jest w projekcie umowy i zmienia § 3 ust 4 Umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przez dostawę rozumie się przetransportowanie towaru z miejsca składowania lub wytworzenia do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek ze środka transportu i złożenie we wskazanym przez Zamawiającego bądź przedstawiciela Zamawiającego miejscu. W przypadku zlecenia usługi dostarczenia towaru firmie zewnętrznej, np. kurierskiej, Wykonawca ma obowiązek zlecić rozładowanie towaru do wskazanego miejsca. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazaną lokalizacją, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanej dyslokacji na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie noty obciążeniowej na wykonanie usługi transportowej w wysokości 5% wartości netto zamówionej partii towaru.

Zamawiający udostępni ujednoliconą treść umowy (zmiany na czerwono).

40) Dotyczy par. 3 ust.4 umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień

poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **nie wyraża zgody** na o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”. Zgodnie z SWZ

41) Dotyczy par. 4 ust.5 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w taki sposób aby zmniejszenie nie przekraczało 40% wartości umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację zapisu w taki sposób aby zmniejszenie nie przekraczało 40% wartości umowy. Zgodnie z SWZ.

42) Dotyczy par. 6 ust.1 umowy

Zamawiający zapisał w tym punkcie iż termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Biorąc pod uwagę zapisy SWZ oraz samej umowy, z których wynika, że realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych (maksymalnie 4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia) opartych na bieżących potrzebach Zamawiającego, zapis taki jest bezzasadny. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w/w punkcie na zapis, że termin ważności produktów powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaproponowaną zmianę § 6 ust. 1 umowy. Zgodnie z SWZ .

43) Dotyczy zadanie nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 zadania nr 10 poprzez wyrażenie „adapter z rozdzielaczem” ma na myśli złącze/przewód niskiego ciśnienia z trójnikiem Y z podwójnymi zaworami zwrotnymi do tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający ma na myśli złącze/przewód niskiego ciśnienia z trójnikiem Y z podwójnymi zaworami zwrotnymi do tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

44) Dotyczy zadanie nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 10, poz. 2: Przewód niskociśnieniowy zwijany połączeniowy o długości 150cm (+/- 2 cm)? Zgoda na powyższą prośbę umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza przewód niskociśnieniowy zwijany połączeniowy o długości 150cm (+/- 2 cm).

45) Dotyczy zadanie nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 10, poz. 3: Zwinięty przewód Y **250 cm** z 2 zaworami zwrotnymi? Zgoda na powyższą prośbę umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zwinięty przewód Y **250 cm** z 2 zaworami zwrotnymi.

46) Dotyczy zadanie nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu 10, poz. 4: Podwójną strzykawkę MR 60 ml, z przewodem zwijanym Y 250 cm z pojedynczym zaworem zwrotnym oraz dwoma kolcami do napełniania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza podwójną strzykawkę MR 60 ml, z przewodem zwijanym Y 250 cm z pojedynczym zaworem zwrotnym oraz dwoma kolcami do napełniania

47) Dotyczy zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza maty o powyższych parametrach.

48) Dotyczy zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonna od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza maty o powyższych parametrach.

49) Dotyczy zadanie 4 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania o długości 27 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza końcówki do odsysania o długości 27 cm.

50) Dotyczy zadanie 30 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Testu o parametrach - SARS-CoV-2 - 94,05% , grypa A - 95,24% , grypa B - 100%, RSV - 100% - grypa oraz RSV przewyższają wymagania stawiane w SIWZ oraz o swoistości - SARS-CoV-2 - 100% , grypa A -100% , grypa B - 100% , RSV -100%

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **dopuszcza** testy o powyższych parametrach.

51) Dotyczy zadanie 29

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zadaniu 29 zestawy, które nie zawierają szklanych kulek, ale mimo to gwarantują homogenizację próbek oraz spełniają wszystkie cechy i warunki graniczne?

• Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 zadaniu 29 zestawy z innym rodzajem opakowań zbiorczych niż metalizowana folia? Ww. parametry wymagalne wskazuje na konkretne towary, które są dostępne w Polsce wyłącznie u jednego dystrybutora. Taki sposób sformułowania warunków budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności przetargu z zasadami równego traktowania i uczciwej konkurencji, a także może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazanie prawnych, przemawiających ze stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **dopuszcza** w **zadaniu 29 poz. 1** zestawy, które nie zawierają szklanych kulek, ale mimo to gwarantują homogenizację próbek oraz spełniają wszystkie cechy i warunki graniczne.

Zamawiający **dopuszcza** w **zadaniu 29 poz. 2** zestawy z innym rodzajem opakowań zbiorczych niż metalizowana folia.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust 1 PZP dokonuje zmiany treści SWZ tj. ulega zmianie załącznik nr 8 projekt umowy. Nowa treść projektu umowy została umieszczona na stronie postępowania , zmiany zaznaczono na czerwono.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.


DYREKTOR
ZOZ w Bolesławcu
Kamil Barczyk

