



Kraków, dn. 07.04.2022 r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-6/22

Przetarg nieograniczony pn. „**Sukcesywna dostawa odczynników**”

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

### PYTANIA I

1. Prosimy o wyłączenie **pozycji 6, 21 z pakietu 5** utworzenie z niej odrębnego pakietu Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 5 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu (testy, które posiada jedna firma Fabimexu), co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dziecieczszpital.pl, www.dziecieczszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015



Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

**Odpowiedź: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na odczynniki, w żaden sposób nie narusza przepisów PZP. Świadczy o tym ilość ogłoszonych postępowań na odczynniki, jak również fakt, iż każde z ogłoszonych postępowań jest dodatkowo podzielone na pakiety. Pakiet nr 5 zawiera testy immunochromatograficzne, które z uwagi na swój rodzaj i podobieństwo stosowanej metody, zostały do tego pakietu przyporządkowane. Nadmierny podział przedmiotu zamówienia, a tym samym konieczność koordynacji działań różnych Wykonawców, doprowadzałoby do trudności techniczno-organizacyjnych jak również wzrostu kosztów z tym związanych.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 1 na zaferowanie testu o czułości 95,65%, swoistości 91,67% względem metody RT-PCR?

**Odpowiedź: Nie.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 3 na zaferowanie testu o parametrach dla RSV czułość 92,7%, swoistości 98,0% dla Adenovirusa czułość 95,8% swoistość 99,1%?

**Odpowiedź: Nie.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 4 na zaferowanie testu o czułości 96,2%, swoistości 97,8% względem metody mikroskopowej?

**Odpowiedź: Nie.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 13 na zaferowanie testu o parametrach dla RSV czułość 92,7%, swoistości 98%, Adenovirusa czułość 98,2%, swoistość 98,2% oraz dla Influenzy grypy A: czułość 99%, swoistość 98,9%; Influenzy grypy B: czułość 97,7% i swoistość 99,0%?

**Odpowiedź: Nie.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 17 na zaferowanie testu o progu wykrywalności 10 ng/ml oraz o czułości 98%, swoistości 98,7%?

**Odpowiedź: Tak.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 18 na zaferowanie testu o czułości 98,8%, swoistości 98,6% względem metody endoskopowej?

**Odpowiedź: Tak.**



8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 5 poz. 20 na zaferowanie testu o czułości 95,1%, swoistości 97,8%?

**Odpowiedź: Nie.**

## PYTANIA II

Pytania do SWZ:

1. Dot. rozdz. III pkt 4: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi i odstąpi od wymogu złożenia ich wraz z pierwszą dostawą?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów:**

### - w zakresie pkt 4 działu III SWZ, który otrzymuje brzmienie:

**„Ponadto Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu:**

**4.1.1. Instrukcję obsługi dla wdzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim – zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje (dotyczy pakietu nr 1-4).**

**4.1.2. deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu laboratoryjnego (dotyczy pakietu nr 1-4).**

**4.1.3. deklaracje zgodności dotyczące odczynników;**

**4.1.4 formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. )**

**Zamawiający dopuszcza również możliwość całodobowego udostępnienia przez Wykonawcę powyższych dokumentów na stronie internetowej pod adresem: ....., z której będzie można je pobrać<sup>1</sup>.**

**W przypadku braku możliwości pobrania dokumentów przez Zamawiającego pomimo wskazania strony przez Wykonawcę, o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego dostarczenia (nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając dokumenty na adres e-mail: .....**”

### - w zakresie załącznika nr 4 do SWZ – projektu umowy §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

**„Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu:**

**5.1. deklaracje zgodności/certyfikaty CE dotyczące odczynników,**

**5.2. formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności nazwę asortymentu, nr katalogowy itp.).**

**Zamawiający dopuszcza również możliwość całodobowego udostępnienia przez Wykonawcę powyższych dokumentów (pkt. 5.1,5.2) na stronie internetowej pod adresem: ....., z której będzie można je pobrać<sup>2</sup>.**

**W przypadku braku możliwości pobrania dokumentów przez Zamawiającego pomimo wskazania strony przez Wykonawcę, o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego dostarczenia (nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając dokumenty na adres e-mail: .....**”

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-505 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dzieciecyszpital.pl, www.dzieciecyszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015



**- w zakresie załącznika nr 4a do SWZ – projektu umowy dzierżawy §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**  
**„Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu:**

- 1) Instrukcję obsługi dla wydierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim – zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje;**
- 2) deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu laboratoryjnego.**

**Zamawiający dopuszcza również możliwość całodobowego udostępnienia przez Wykonawcę powyższych dokumentów na stronie internetowej pod adresem: ....., z której będzie można je pobrać<sup>3</sup>.**

**W przypadku braku możliwości pobrania dokumentów przez Zamawiającego pomimo wskazania strony przez Wykonawcę, o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego dostarczenia (nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając dokumenty na adres e-mail: .....**”

**W związku z powyższym zmianie ulega także załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.**

2. Dot. załącznika nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do kolumny „Nazwa handlowa” dodatkowej informacji: numer katalogowy, w celu lepszej identyfikacji produktu podczas składania zamówień?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.**

3. Dot. załącznika nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę z ceną netto za opakowanie, z racji tego, że na fakturze podawana jest cena netto za opakowanie?

**Odpowiedź: Szpital jako jednostka służby zdrowia jest przedmiotowo zwolniony z podatku VAT, w związku z tym dla Szpitala istotna jest kwota brutto. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

4. Czy Zamawiający dopuszcza aby w pakiecie nr 4 Oferent zaproponował dzierżawę dodatkowego modułu do już zainstalowanego analizatora ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie pakietu nr 4. Szczegóły unieważnienia postępowania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital>**

5. Dot. pakietu nr 4: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonywania przeglądu analizatora jeśli producent ze względu na zastosowaną technologię konstrukcji sprzętu tego nie wymaga a Oferent potwierdzi ten fakt stosowanym oświadczeniem dołączonym do oferty ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie pakietu nr 4. Szczegóły unieważnienia postępowania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital>**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 9, 31-505 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: [info@dzieciecyszpital.pl](mailto:info@dzieciecyszpital.pl), [www.dzieciecyszpital.pl](http://www.dzieciecyszpital.pl)

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015





Pytania do Umowy (załącznik nr 4 do SWZ):

6. § 1 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu: 6.1. deklaracje zgodności/certyfikaty CE dotyczące odczynników, 6.2. formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. )” Zmawiający uzna również za spełnienie warunku udostępnienie deklaracji zgodności/ certyfikatów CE do całodobowego i bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: .....”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. W związku z tym załącznik nr 4 do SWZ – projektu umowy §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

**„Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu:**

**5.1. deklaracje zgodności/certyfikaty CE dotyczące odczynników,**

**5.2. formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności nazwę asortymentu, nr katalogowy itp.).**

**Zamawiający dopuszcza również możliwość całodobowego udostępnienia przez Wykonawcę powyższych dokumentów (pkt. 5.1,5.2) na stronie internetowej pod adresem: ....., z której będzie można je pobrać<sup>4</sup>.**

**W przypadku braku możliwości pobrania dokumentów przez Zamawiającego pomimo wskazania strony przez Wykonawcę, o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego dostarczenia (nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając dokumenty na adres e-mail: .....**”

7. § 2 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy następować będzie w siedzibie Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia na fakturze, liście przewozowym lub dokumencie dostawy, po dokonaniu odbioru ilościowego przez upoważnionego pracownika laboratorium medycznego Zamawiającego.”? Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu o sformułowanie umożliwiające potwierdzenie faktu realizacji zamówienia poprzez podpisanie przez Zamawiającego listu przewozowego. Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku w zakresie realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. Co do zasady potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie zadanego pytania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym § 2 ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ projekt umowy otrzymuje brzmienie: „Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy następować będzie w siedzibie Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia na fakturze, liście przewozowym lub dokumencie dostawy, po dokonaniu odbioru ilościowego przez upoważnionego pracownika laboratorium medycznego Zamawiającego.”**

8. § 6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”?

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-505 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dzieciecyszpital.pl, www.dzieciecyszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z tym § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”**

9. § 6 ust. 1 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3,5%?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z tym § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”**

10. § 6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

11. § 6 ust. 2 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w § 8 ust. 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. W związku z tym § 6 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.”**

12. § 6 ust. 2 – Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej zgodnie z powyższym pytaniem, to czy wyraża zgodę na wydłużenie terminu od którego będzie liczona wyższa wysokość kary do 5 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

13. § 6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości łącznych kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż treść pytania dotyczy § 6 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ).**

**Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości łącznych kar umownych do wysokości 25%. W związku z tym § 6 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie: „Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 25 % wynagrodzenia brutto.”**

14. § 6 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 5 dni licząc od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych u innego Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

15. § 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę w języku polskim lub w języku angielskim (w przypadku nie zapewnienia ich tłumaczeń przez producentów)”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

16. § 8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi oraz wymianę towaru do 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

17. § 12 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), 4) i 5) obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy w związku ze zmianą przedmiotowych przepisów. Zmiany te zostaną dokonane, jeżeli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz wykazania zmienionej wartości wynagrodzenia leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) obowiązywać będą od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

Pytania do Umowy dzierżawy (załącznik nr 4a do SWZ):

18. § 6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy powstałych niezależnie od Zamawiającego przy uwzględnieniu prawidłowego użytkowania sprzętu, Dzierżawca zawiadamia niezwłocznie Wyzierżawiającego o powstałych wadach lub usterekach, a Wyzierżawiający zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki (w tym również kosztu wymiany danej części).”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

19. § 6 ust. 2 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym § 6 ust. 2 załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy dzierżawy, otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy, Dzierżawca zawiadamia niezwłocznie Wyzierżawiającego o powstałych wadach lub usterekach, a Wyzierżawiający zobowiązuje się do ich bezwzględnie usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki (w tym również kosztu wymiany danej części).”**





20. § 6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę § 6 ust. 4 załącznika nr 4a do SWZ projekt umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia w terminie 2 dni (dotyczy Pakietu nr 1,2), 4 dni roboczych (dotyczy Pakietu nr 3) Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SWZ.”**

21. § 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji ustępów zawartych w § 10?

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia numerację w § 10 załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy dzierżawy, w związku z tym załącznik nr 4a do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.**

22. § 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji ustępów zawartych w § 12?

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia numerację w § 12 załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy dzierżawy, w związku z tym załącznik nr 4a do SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.**

23. § 13 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 24 godzin?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie, w związku z tym §13 ust. 9 załącznika nr 4a do SWZ - projekt umowy dzierżawy otrzymuje brzmienie:**

**„Wydzierżawiający zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia tego Dzierżawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin od dnia wykrycia naruszenia.”**

24. §2 ust.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu: 1) Instrukcję obsługi dla wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim – zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje; 2) deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu laboratoryjnego. Zamawiający uzna również za spełnienie warunku udostępnienie powyższych dokumentów do całodobowego i bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: .....”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu w zakresie załącznika nr 4a do SWZ – projektu umowy dzierżawy §2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:**

**Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu:**

- 1) **Instrukcję obsługi dla wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego w języku polskim – zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje;**
- 2) **deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu laboratoryjnego, będącego przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne sprzętu laboratoryjnego.**

**Zamawiający dopuszcza również możliwość całodobowego udostępnienia przez Wykonawcę powyższych dokumentów (pkt. 5.1,5.2) na stronie internetowej pod adresem: ....., z której będzie można je pobrać<sup>5</sup>.**





***W przypadku braku możliwości pobrania dokumentów przez Zamawiającego pomimo wskazania strony przez Wykonawcę, o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego dostarczenia (nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając dokumenty na adres e-mail: .....***

25. §6 ust. 5 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od zapisu konieczności zapewniania niezbędnych przeglądów okresowych? Oferowany analizator zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Aparat ten wykonują serię automatycznych testów kontrolnych przed każdym rozpoczęciem analizy. W przypadku, gdy jakikolwiek parametr wykracza poza określoną specyfikację, sygnalizowana jest awaria. W rzadkich przypadkach błędu aparatu lub oprogramowania kontrole zostaną unieważnione, a Użytkownik zostanie powiadomiony o problemie.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §6 ust. 5 załącznika nr 4a do SWZ projekt umowy dzierżawy:***

***„Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania corocznego przeglądu dzierżawionego sprzętu, potwierdzonego Certyfikatem bezpieczeństwa i wpisem w paszport techniczny (dotyczy Pakietu nr 1,2).”***

***Ponadto, Zamawiający dodaje w zakresie §6 załącznika nr 4a do SWZ projekt umowy dzierżawy kolejny ustęp nr 6, który otrzymuje brzmienie:***

***„Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania przeglądu dzierżawionego sprzętu, potwierdzonego Certyfikatem bezpieczeństwa i wpisem w paszport techniczny. Minimalna liczba przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta (dotyczy Pakietu nr 3).”***

### PYTANIA III

**Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ, Dział XV - “Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, pkt. 3.1.2.1.1.**

Prosimy o doprecyzowanie czy 0 punktów zostanie przyznane kiedy termin dostawy będzie wynosił 2 dni lub więcej?

***Odpowiedź: Nie. 0 punktów zostanie przyznane, gdy Wykonawca zaoferuje 2 - dniowy termin dostawy.***

**Pytanie nr 2 – Zał. nr 4, projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresu email, na który takie dokumenty będą mogły być wysyłane?

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym:***

***- w załączniku nr 4 do SWZ (projekt umowy) w §5 dodaje się punkt nr 6, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę w formacie „PDF” drogą elektroniczną na adres e-mail: [info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl)”***

***- załącznik nr 4a do SWZ (projekt umowy dzierżawy) w zakresie §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że ustalona w ust. 1 kwota płatna będzie przelewem na konto Wydierżawiającego w terminie do 30 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Wydierżawiającego. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę w formacie „PDF” drogą elektroniczną na adres e-mail: [info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl)”***



II. Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zmienia treść SWZ w zakresie:

1) Załącznika nr 1 do SWZ – formularz oferty, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

2) Pkt 3 Dział XIV SWZ Sposób obliczenia ceny, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca obliczając cenę oferty brutto, powinien dokonać wyliczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wykonawca powinien w załączniku nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) podać cenę jednostkową brutto, którą następnie należy pomnożyć przez ilość asortymentu, otrzymując wartość brutto dla całej danej pozycji. Wartość brutto należy przenieść do pkt 1 formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.”

3) Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

3) Załącznika nr 4a do SWZ – projekt umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

*Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty – po zmianie
- ✓ Załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy – po zmianie
- ✓ Załącznik nr 4a do SWZ – projekt umowy dzierżawy – po zmianie

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy**

**im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: [info@dziecieczszpital.pl](mailto:info@dziecieczszpital.pl), [www.dziecieczszpital.pl](http://www.dziecieczszpital.pl)

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015