



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 07.09.2020 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.**

**WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 121**

Zamawiający w zadaniu nr 121 wymagał „Czujnik Spo2 w technologii Nellcor, **dla pacjenta >30 kg i <3 kg wykonany z pianki z zapięciem typu Velcro** (do łatwej aplikacji czujnika) opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe Opisy na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym w języku polskim. opakowanie 24 szt. jednopacjentowy.” Wykonawca firma EMPIREUM Piotr Dopieralski, zaproponował „Czujnik SpO2 j.u. Nellcor piankowy CR003-5301CA”. Zamawiający zwrócił uwagę, że Wykonawca podał numer katalogowy czujnika gąbkowego, nadto wg załączonego do oferty katalogu wynika, że czujnik piankowy o wymaganych rozmiarach występuje w dwóch różnych pozycjach, już to wskazuje, że produkt zaoferowany przez Wykonawcę EMPIREUM Piotr Dopieralski nie spełnia wymogów SIWZ, co w konsekwencji spowodowało ją do oferty odrzuconej na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawca firma SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k. w zadaniu nr 121 zaoferował „Czujnik SPO2 SJRD/N9-01” zgodnie z dołączonym katalogiem oraz informacjami zasięgniętymi ze strony Wykonawcy, wynika, że produkt o tym numerze katalogowym opisany jest jako „czujnik materiałowy (pianka na rzep)”, czyli zgodny z zapisami SIWZ.

**KOMENDANT**

  
**plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

M.J. 91/ 810 59 82