

Do wszystkich zainteresowanych

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą), ogłoszonego w dniu 28 sierpnia 2023r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na **dostawę defibrylatorów z monitorem funkcji życiowych**

Nr sprawy: [ZP.330.3.2023](#)

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający **dodaje** w treści dodatku nr 3 do SWZ nowy **punkt: XII ppkt 2** o następującej treści:

XII	KOMUNIKACJA / TRANSMISJA DANYCH	
2	Zamawiający wymaga, aby producent zaferowanych defibrylatorów udostępnił Zamawiającemu API/SDK (application programming interface / software development kit) w celu pozyskiwania surowych danych do dalszej indywidualnej obróbki. Powyższe niezbędne jest do integracji defibrylatorów z systemami informatycznymi posiadanymi przez Zamawiającego.	TAK

Na podstawie art. 286 ust. 7 Ustawy dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dokonana zmiana staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Biorąc pod uwagę wprowadzoną zmianę w treści SWZ, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, t.j. na dzień **12 września 2023r., godz. 09:00.**

Otwarcie ofert rozpocznie się w tym samym dniu o godz. 09:05.

Na podstawie art. 286 ust. 5 Ustawy Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.

Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieścił również w **Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, analogicznie, zmianie ulega również:

- treść Rozdziału XVIII pkt 1 SWZ w sposób następujący:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni od** dnia upływu terminu składania ofert, tj. do **dnia 11 października 2023** roku. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- treść Rozdziału XIX pkt 2 SWZ *Sposób oraz termin składania ofert* w sposób następujący:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca winien złożyć za pośrednictwem: platformazakupowa.pl, bezpośrednio ze strony prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/798523> **do dnia 12 września 2023 roku, godz. 09:00.**
- treść Rozdziału XIX pkt 23 SWZ *Termin otwarcia ofert* w sposób następujący:
Otwarcie ofert następuje (rozpocznie się) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **12 września 2023r. o godz. 09:05**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Załączniki do pisma:

- **dodatek nr 3 do SWZ** (opis przedmiotu zamówienia) **uwzględniający wprowadzoną zmianę.**
- **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.09.2023r.** (zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana terminu związania ofertą).

Z poważaniem,

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Szmit

Pismo zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania znajdującej się pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/798523> w dniu 05 września 2023r.