

Znak sprawy: 212-P-23

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o zamówienie publiczne**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w Trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Aparatura i sprzęt medyczny" – znak sprawy 212-P-23.

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania nr 1**

**Dotyczy: Pakiet 1 – Wózki reanimacyjne – 16szt,**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.  
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.
2. Czy (w pkt. 4 i 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach 720 x 620 x 1065 mm (wysokość do blatu 985 mm)?
3. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik z pokrywą na worek na odpady (jak na zdjęciu poniżej)?



4. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego z boku w trzy uchylne, uniwersalne, tworzywowe pojemniki (jak na zdjęciu poniżej)?



5. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę na leki z 10 pojemnikami tj. dwa rzędy po 5 pojemników (jak na zdjęciu poniżej)?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody
2. Zamawiający nie wyraża zgody
3. Zamawiający nie wyraża zgody
4. Zamawiający nie wyraża zgody
5. Zamawiający nie wyraża zgody

## Pytania nr 2

Poz. 8 Fotele dializacyjne - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach długość 200 cm / Szerokość siedziska/całkowita 57/90 cm oraz grubości materaca 5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

## Pytania nr 3

Pytanie dotyczy: Część 1: Wózki reanimacyjne – zgodnie z Załącznikiem nr 7 Opis przedmiotu zamówienia\

Czy zamawiający dopuści Wózek reanimacyjny

- a) z blatem z wgłębieniem, z tworzywa ABS oraz galeryjką z trzech stron wymiarach 630x570 mm
- b) o wymiarach gabarytowych tj blat 630x 570 mm z szafką + odboje + uchwyt do prowadzenia wózka o wymiarach 780x660x950 mm
- c) Czy Zamawiający dopuści wózek z szafką z blachy ocynkowanej malowaną farbą proszkową w uzgodnionych kolorach

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

#### Pytania nr 4

Pytanie nr 1 do pakietu nr 6 poz. 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie w którym maksymalna moc cięcia monopolarnego to  $100W \pm 20\%$  ? pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 6 poz. 15

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie w którym maksymalna moc koagulacji monopolarnej to  $80W \pm 20\%$  dla koagulacji delikatnej oraz  $50W \pm 20\%$  dla koagulacji intensywnej ?

Pytanie nr 3 do pakietu nr 6 poz. 15

Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie w którym maksymalna moc koagulacji bipolarnej to  $80W \pm 20\%$  ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę
2. Zamawiający wyraża zgodę
3. Zamawiający wyraża zgodę

#### Pytania nr 5

1. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 1 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 9 ust. 1:

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

a) zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia brutto \*) (dla danego pakietu) **należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin zakończenia, **jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy;**

b) zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub wymiany na nowe urządzenie - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto \*) (dla danego pakietu) **należnego za wadliwą część przedmiotu umowy** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin zakończenia, **jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy;**

c) odstąpienie/rozwiązanie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z własnej woli, w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto \*) (dla danego pakietu) określonego w § 4 ust. 1

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody
2. Zamawiający nie wyraża zgody

#### Pytania nr 6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje:

1) Niezależny jezdny zespół pomiarowy do urodynamiki, składający się z trzech głównych modułów:

- bezprzewodowego interfejsu cewników – moduł pacjenta, który dzięki eliminacji kabli, pozwala pacjentowi na swobodne przemieszczanie się (możliwość zastosowania ambulatoryjnego),
  - bezprzewodowego procesora urodynamicznego – moduł centralny wyposażony w pompę infuzyjną i stację ładowania modułu pacjenta,
  - bezprzewodowego przetwornika wagowego. Każdy z trzech modułów komunikuje się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth z laptopem/komputerem stacjonarnym.
- 2) Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych.
- 3) Komputer przenośny laptop lub zestaw stacjonarny o poniższych parametrach (minimalnych):
- Windows 10 Home Edition, 64 bit
  - Intel i3, 2,00 GHz
  - RAM 4 GB
  - HDD 120 GB
  - Zintegrowana karta Bluetooth
  - Ekran 15''
  - Drukarka
- 4) Możliwość przeprowadzania badań przy pomocy cewników wodnych oraz powietrznych.
- 5) Cystometria wodna i mikcyjna: Ilość kanałów min 3 kanały: Pomiar ciśnienia brzuszego: 0 - 320 cm H<sub>2</sub>O. Pomiar ciśnienia śródpełcherzowego: 0 - 320 cm H<sub>2</sub>O. Pomiar ciśnienia wypieracza: 0 - 320 cm H<sub>2</sub>O. Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza: 0-140 ml/min. Pomiar objętości podanej do pęcherza: 0-1500 ml. Pomiar EMG +/- 1000μV, częstotliwość 20-1200 Hz. Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora. Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza. Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza. Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku). Pomiar podatności pęcherza. Protokoły z badań: uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW), cystometria (CMG) + Valsalva + LPP, analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją).
- 6) Bezprzewodowy przepływomierz, przetwornik wagowy, funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. Pomiar: przepływu maksymalnego i średniego, czasu mikcji, czasu przepływu, objętości i przyspieszenia. Zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s] 0 – 50. Zakres pomiaru objętości przepływu [ml] 0 – 1200 ml. Maksymalny czas przepływu [sek.] 7200.
- Powyższe parametry oferowane w miejsce parametrów wymaganych w pozycji 5-25 Zestaw do badań urodynamicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający określił minimalne wymagania dla dostarczanego sprzętu medycznego w załączniku nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem dopuszczenia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca spełni minimalne wymagania oraz przedstawi dokumenty potwierdzające ich spełnienie w minimalnym zakresie. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 7.

### Pytania nr 7

czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści:

- taborety tapicerowane 20szt z regulacją siedziska za pomocą dźwigni pod siedziskiem?
- taborety tapicerowane z oparciem 2szt z regulacją wysokości siedziska za pomocą dźwigni pod siedziskiem?

W pakiecie nr 8 - dwa fotele do dializ - czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do dializ o wymiarach 202x67cm, o dopuszczalnym obciążeniu 150kg, z elektryczną regulacją wysokości za

pomocą pilota, z regulacją segmentu pleców i nóg za pomocą sprężyn gazowych, z matercem piankowym grubości 6-7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytania nr 8**

czy w pakiecie 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej jakości fotela dializacyjnego o poniższych parametrach:

- długość 202 cm
- dopuszczalne obciążenie 150 kg
- elektryczna regulacja wysokości
- regulacja segmentu pleców i nóg za pomocą sprężyny gazowej
- grubość materaca 6/7 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytania nr 9**

PAKIET 12

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 10 głowicę kamery sterylizowaną za pomocą metody plazmowej kompatybilnej z systemem Sterrad?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  
Zamawiający nie posiada wskazanej technologii sterylizacji

#### **Pytania nr 10**

**dot. opis przedmiotu zamówienia**

##### **Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 -Wózek reanimacyjny 16 szt.**

Czy Zamawiający zamiast wysokości wózka 900mm (+/- 50 mm) dopuści wymiar 1000 mm ?  
Wymiar ten będzie bardziej ergonomiczny i tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego.

##### **Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 -Wózek reanimacyjny 16 szt.**

Czy Zamawiający dopuści 3 szuflady o tej samej wysokości frontów i jedną (dolną) wyższą od pozostałych z przeznaczeniem na ambu dla dorosłych i dzieci? Taki układ bardzo się sprawdza, ponieważ pozwala na swobodne zagospodarowanie przestrzeni szuflad do indywidualnych potrzeb każdego z oddziałów/ użytkowników.

##### **dot. SWZ, IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu instalack, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu w zakresie pakietu nr 1 i 3 ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia opisany we wskazanych pakietach jest dostarczany złożony, gotowy do użytku i nie wymaga przeszkolenia.

**dot. termin wykonania umowy ws zapis umowy § 1 ust.2 lit e)**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zamówienie będzie realizowane jednokrotnie w terminie do 6 tygodni (dot. pakiet 1 i 3) od zawarcia umowy, czy sukcesywnie na podstawie złożonych zamówień.

2. W przypadku określenia realizacji w postaci dostaw sukcesywnych prosimy o potwierdzenie że termin realizacji będzie zgodny z SWZ, tj. do 6 tygodni od złożonego zamówienia.

3. W przypadku określenia realizacji w postaci dostaw sukcesywnych prosimy o wskazanie minimalnej ilości logistycznej dla jednej dostawy realizowanej w zakresie pakietu 1 i 3. Jest to niezbędne do prawidłowego skalkulowania rzetelnej oferty cenowej.

**dot. umowa zał. nr 5- § 8**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dla asortymentu, dla którego producent nie przewidział konieczności wykonania przeglądów gwarancyjnych i technicznych, zapisy ich dotyczące z § 8 ust. 4 i 8 nie będą miały zastosowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

**dot. opis przedmiotu zamówienia**

1. Zamawiający wyraża zgodę

2. Zamawiający wyraża zgodę

**dot. SWZ, IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1**

1. Zamawiający wyraża zgodę

**dot. termin wykonania umowy ws zapis umowy § 1 ust.2 lit e)**

1. Zamawiający wykreśli zapis § 1 ust. 2 lit. e) z załącznika 5a – Istotne postanowienia umowy

**dot. umowa zał. nr 5- § 8**

1. Zamawiający potwierdza iż dla asortymentu, dla którego producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych i technicznych, zapisy ich dotyczące z § 8 ust. 4 i 8 nie będą miały zastosowania.

**Pytania nr 11**

Działając na podstawie art. 135 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnoszę zapytanie dotyczące Załącznika nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 4 - Głowica sektorowa do aparatu USG .

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego głowice sektorową fabrycznie nową wyprodukowaną w 2022 roku? Rok produkcji nie wpływa na jakość obrazowania wykonanych badań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytania nr 12**

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 10 głowicę kamery, która nie wymaga sterylizacji ale może być używana z rękawem sterylnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytania nr 13**

*Dotyczy: pakietu nr 7 – Aparat do badań urodynamicznych*

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby aparat do badań urodynamicznych posiadał możliwość wykonywania testu profilometrii cewkowej (UPP), ergo czy oferowany zestaw ma zawierać profilometr (mechanizm ciągnący) oraz aktywną opcję profilometrii cewkowej w oprogramowaniu?

W wierszu nr 10 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: „Możliwość kontroli: jednego przepływu, czterech ciśnień, pompy wodnej, mechanizmu ciągnącego, kanału EMG”, co sugeruje, że Zamawiający wymaga aby mechanizm ciągnący (profilometr) był w oferowanym zestawie. Z kolei w wierszu nr 6 Zamawiający wymaga „2 przetworników ciśnienia”, co sugeruje że funkcja profilometrii cewkowej (oprogramowanie i profilometr) nie są wymagane, ponieważ aparaty do badań urodynamicznych posiadające możliwość wykonywania profilometrii cewkowej muszą być wyposażone w 3 kanały pomiaru ciśnienia (a tym samym 3 przetworniki).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dwa przetworniki ciśnienia, funkcja profilometrii cewkowej (oprogramowanie i profilometr) nie są wymagane

#### **Pytania nr 14**

Pakiet 10 – Aparaty EKG – 4szt.

Aparaty EKG - 4 szt.

##### **Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności Aparat EKG: prezentujący na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w następujących układach: 12 x1,6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1, 3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5 ?

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności Aparat EKG posiadający wbudowana drukarkę na papier termiczny szer. 210 mm?

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności Aparat EKG wyposażony w papier termiczny, składany w formacie A4 zamiast rolek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający określił minimalne wymagania dla dostarczanego sprzętu medycznego w załączniku nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem dopuszczenia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca spełni minimalne wymagania oraz przedstawi dokumenty potwierdzające ich spełnienie w minimalnym zakresie.

2. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytania nr 15**

Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy o grubości 9,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry zostaną zachowane

#### **Pytania nr 16**

**Dotyczy Pakietu nr 9**

1. Czy ze względu na chwilowy brak dostępności pozycji Dźwigni Albarrana Załącznika nr 5 OPZ, Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tego produktu z pakietu nr 9?
2. (Dot. Załącznika nr 5 OPZ poz. Wyposażenie - pakiet 9,) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji czy nie została popełniona omyłka pisarska w pkt. 1 i 4 pozycji Wyposażenie i dwa razy został wpisany ten sam asortyment tj. Elektroda koagulacyjna typu kulka, śr. 5mm, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr oraz elementem pracującym monopolarnym firmy Karl Storz posiadany przez Zamawiającego, jednorazowa, sterylna (opak. – 10 szt.) – 1 opak. oraz czy w miejscu powielonego produktu powinna być Elektroda koagulacyjna monopolarna, wałek śr. 5 mm, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, sterylna, (op - 10 szt.) – 1 opak?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania pętli i noży do uretrotomu, który nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 8 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 15 dni roboczych?
5. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w §9 ust. 2 zapisu dotyczącego łącznych maksymalnych kar umownych na: „ Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony wynosi 15% wartości brutto umowy”
7. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary, o której mowa we wzorze umowy §9 ust. 1 ppkt. a) do 0,5% za każdy dzień zwłoki ponad umowny termin zakończenia? Ustalone kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia Dźwigni Alberrana. Aktualizacja załącznika nastąpi wraz z publikacją Wyjaśnień treści SWZ
2. Pozycja „elektroda koagulacyjna typu kulka”... została powielona i należy uwzględnić ją 1 raz. Zamawiający nie wymaga innego typu elektrod, w tym w/w typu wałek. Aktualizacja załącznika nastąpi wraz z publikacją Wyjaśnień treści SWZ
3. Zamawiający wyraża zgodę
4. Zamawiający wyraża zgodę
5. Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.
6. Zamawiający nie wyraża zgody
7. Zamawiający nie wyraża zgody

## Pytania nr 17



Pytanie nie dotyczy Zamawiającego Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. Treść wniosku również nie jest tożsama ze specyfikacją opublikowaną przez Zamawiającego, dlatego też wskazane pytania nie będą publikowane na Stronie Zamawiającego.

### **Pytania nr 18**

Dotyczy Pakietu nr 6

Pytanie 1 do pakietu 6 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie : Waga apratu nie więcej niż 11 kg , wymiary nie większe niż (szer. 43 cmx wys. 15 cm. X gł. 40 cm) ?

Pytanie 2 do pakietu 6 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie : Maksymalna moc cięcia monopolarnego min.250(W) dostępna dla wszystkich rodzajów cięcia ?

Pytanie 3 do pakietu 6 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie : Ciecie monopolarne z 9 efektami ?

Pytanie 4 do pakietu 6 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Koagulacji monopolarnej : Łagodna ,forsowan, sprej. ?

Pytanie 5 do pakietu 6 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min. 120 (W) dla koagulacji delikatnej oraz min 75(W) dla koagulacji intensywnej ?

Pytanie 6 do pakietu 6 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie : Maksymalna moc koagulacji bipolarnej 120 (W)

Pytanie 7 do pakietu 6 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :  
Gniazda; Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego oraz kabli do elektrody neutralnej płaskiej ?

Pytanie 8 do pakietu 6 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :  
Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm<sup>2</sup>, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. -2 opakowania ?

Pytanie 9 do pakietu 6 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Wielorazowy przewód elektrod jednorazowych neutralnych dł. 4,5m -2 szt. ?

Pytanie 10 do pakietu 6 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 16mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm; - 6 szt. ?

Pytanie 11 do pakietu 6 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Elektroda igłowa, prosta, jednorazowego użytku, długość 69mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 19mm, Ø igły 0,8mm / opakowanie 5 szt. -8 op. ?

Pytanie 12 do pakietu 6 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Elektroda nożowa, prosta, długość 60mm, trzonek Ø2,4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; - 5 szt. ?

Pytanie 13 do pakietu 6 pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø2mm, trzonek Ø2,4mm; -5 szt. ?

Pytanie 14 do pakietu 6 pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Elektroda pętlowa druciana, długość 49mm, pętla Ø5mm, trzonek Ø2,4mm;- 5 szt. ?

Pytanie 15 do pakietu 6 pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Pinceta bipolarna , prosta, końcówki 1mm, tępe, długość 195 mm- 2 szt. ?

Pytanie 16 do pakietu 6 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Kabel bipolarny do podłączenia pincet dł 4,5 m 2 szt. ?

Pytanie 17 do pakietu 6 pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie :

Pinceta bipolarna , jednorazowa, prosta, końcówki 1mm, długość 155mm z przewodem podłączeniowym min 3 m wtyczka 2 pin. – 25 sztuk ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody

2-6. Zamawiający określił minimalne wymagania dla dostarczanego sprzętu medycznego w załączniku nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem dopuszczenia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca spełni minimalne wymagania oraz przedstawi dokumenty potwierdzające ich spełnienie w minimalnym zakresie. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 7.

7. Zamawiający nie wyraża zgody

8. Zamawiający określił minimalne wymagania dla dostarczanego sprzętu medycznego w załączniku nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem dopuszczenia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca spełni minimalne wymagania oraz przedstawi dokumenty potwierdzające ich spełnienie w minimalnym zakresie. Wszelkie funkcjonalności wykraczające ponad minimalne wymagania zamawiającego są zatem dopuszczalne, o ile nie stoją w sprzeczności z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 7.

9. Zamawiający wyraża zgodę

10. Zamawiający wyraża zgodę

11. Zamawiający wyraża zgodę

12. Zamawiający wyraża zgodę

13. Zamawiający wyraża zgodę

14. Zamawiający wyraża zgodę

15. Zamawiający wyraża zgodę

16. Zamawiający wyraża zgodę

17. Zamawiający wyraża zgodę

### **Pytania nr 19**

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące Pakietu nr 6 przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 6 Pytanie - formularz ofertowy (rok produkcji)

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z rokiem produkcji 2023 oraz 2024 ze względu na przełom roku 2023/2024 producent nie jest w stanie na dzień składania określić czy dostarczany aparat będzie produkcji 2023 czy 2024.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

**Zamawiający informuje, iż koryguje omyłkę pisarską Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 7 (Zestaw do badań urodynamicznych), pkt 5: powinno być: 1 przetwornik wagowy, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Zamawiający informuje, iż koryguje omyłkę pisarską Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia, pakiet 2 (Laser do leczenia jaskry), zmianie ulegają ilości Sondy do lasera z wiązką mikropulsową oraz Sondy do lasera z wiązką ciągłą z transilluminiacją (zgodnie z zapisami Formularza ofertowego), pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Aktualizacja załącznika nr 7 zostanie opublikowana wraz z Wyjaśnieniami treści SWZ.**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.