



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 18.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 10/2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby OIOM i bloków operacyjnych na okres 4 miesięcy dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 8**

**1) Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45°, płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących i dezynfekujących na bazie chlorheksydyny w saszetce, żel nawilżający. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**2) Zadanie nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45°, płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących i dezynfekujących na bazie nadtlenu wodoru w saszetce, żel nawilżający. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**3) Zadanie nr 6, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**4) Zadanie nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Utrata wilgoci: min. 12,8mg przy Vt500ml
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**5) Zadanie nr 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Utrata wilgoci: min. 12,8mg przy Vt500ml
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**6) Zadanie nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę intubacyjną?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**7) Zadanie nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**8) Zadanie nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**9) Zadanie nr 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę intubacyjną?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**10) Zadanie nr 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**11) Zadanie nr 7, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z odsysaniem w rozmiarach 4,0-9,0?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**12) Zadanie nr 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 60cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**13) Zadanie nr 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z kolorowymi naklejkami do oznaczenia daty wymiany zestawu, w zamian za oznaczenie czasu użycia na opakowaniu jednostkowym?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**14) Zadanie nr 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 45°?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**15) Zadanie nr 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z suwakiem zamykanym liniowo oddzielający cewnik od pacjenta?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

---

**16) Zadanie nr 7, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 1,6m z rurą oddechową o długości do 1,0m lub obwód z 2 rurami o długości do 1,8m i rurą oddechową o długości do 1,2m, do wyboru przez Zamawiającego, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**17) Zadanie nr 7, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i noworodków?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82