



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

zoz@zozmswiakielce.pl



www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 3 sierpnia 2023 r.

Znak postępowania: **08/ZO/2023**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł wg instrukcji na „zakup i sukcesywną dostawę produktów do dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz leczenia ran dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II - GAZIKI

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie rozdz. 8 ust. 14 ZAPYTANIA OFERTOWEGO, udziela wyjaśnień na pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści gazik o wymiarach 65x30mm (rozłożony), (rozmiar złożony 32x30mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza gazika o wymiarach 65x30mm(rozłożony), (rozmiar złożony 32x30mm)

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści gazik o wymiarach 160x100mm, (rozmiar złożony 40x50mm) pakowany po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gazik w postaci złożonej co najmniej 50X40 mm pakowany po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Załączniku 2 dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm (40x45mm), a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm (40x45mm), a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gazik w postaci złożonej 40x45 mm, pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

Z-CIA DYREKTORA
ds. administracyjno - gospodarczych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

Szymon Mazarkiewicz

(podpis osoby upoważnionej)