



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 412) na „Sukcesywne dostawy materiałów ortopedycznych wraz z depozytem i użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 17/PN/2023.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 412), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w ramach zadania nr 1 poza parametrami SIWZ asortyment równoważny o cechach:

Poz 1. Trzpień wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryty hydroksyapatytem na całej długości (z wyjątkiem szyjki), w części bliższej poziome, w części dystalnej pionowe ożebrowanie dla lepszej stabilności, dostępny w 10 rozmiarach w długościach 113-163mm (8-14mm dystalnie).
W 2 kątach CCD 134° (standardowy) i 131° (laterlizowany);

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 2. Trzpień przynasadowy (dopuszczony do procedury H14) pokryty w części bliższej porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w części dalszej matowy; wersja standardowa 131° i lateralizowana 127,5°;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 3. Trzpień wykonany ze stopu FeCrNiMnMoNbN, polerowany, gładki, standardowy z kątem CCD 134°

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 4. Trzpień wykonany ze stopu FeCrNiMnMoNbN, polerowany, gładki, lateralizowany z kątem CCD 131°

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 5. Oferowany trzpień tożsamy z trzpieniem z pozycji 1. Wspólne instrumentarium dla pozycji 1, 3, 4. Brak opcji waryzowanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 6. Panewka hemisferyczna pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem. W sferze równikowej brzeżne poszerzenie o wartości 1,7mm dla lepszej fiksacji w pierścieniu kostnym panewki. Nie wymaga zaślepki otworu centralnego – zaślepiany specjalną wypustką wbudowaną we wkładki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 7. Panewka hemisferyczna, wykonana technika addytywną o porowatości ok 65% i średniej wielkości porów 640µm; średnice zewnętrzne 44-72mm. Posiada 3 fabrycznie zaślepienie otwory (zaśleпки do usunięcia śródoperacyjnego i zastąpienia śrubami panewkowymi). Nie wymaga zaślepki otworu centralnego – zaślepiany specjalną wypustką wbudowaną we wkładki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 8. Panewka polietylenowa w rozmiarach 44-58mm na głowy 32 w opcji symetrycznej i z 20° nadbudową antyluksacyjną. Dostępna w średnicach wewnętrznych 28mm symetryczna dla rozmiarów 40-58mm oraz z 20° nadbudową antyluksacyjną w rozmiarach 44-58mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 9. Panewka hemisferyczna wielootworowa, wykonana technika addytywną o porowatości ok 65% i średniej wielkości porów 640µm. Panewka posiada 4 otwory w strefie górnej oraz po 2-3 otwory w strefie kości kulszowej i łonowej. Otwory nie są zaślepienie. Nie wymaga zaślepki otworu centralnego – zaślepiany specjalną wypustką wbudowaną we wkładki. Dostępna w średnicach zewnętrznych 44-72mm skalowane co 2mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 10. Głowy ceramiczne Biolox Delta w średnicach 28-32-36mm w minimum 3 długościach szyjki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 13. Wkładki z polietylenu crosslinkowanego symetryczne i z 20° nadbudową antyluksacyjną

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wkładki z polietylenu crosslinkowanego symetryczne i z 20° nadbudową antyluksacyjną.

Poz 15. Głowy bipolarne wykonane z AISI 316/L w średnicach 41-57mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 17. Augmenty panewkowe wykonana technika addytywną z proszku Ti6Al4V dostępne w średnicach 50-54-58-62mm w wysokościach 12 i 18mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza augmenty panewkowe wykonane techniką addytywną z proszku Ti6Al4V dostępne w średnicach 50-54-58-62mm w wysokościach 12 i 18mm.

Poz 18. Panewkowy kosz rewizyjny wykonany z czystego tytanu w średnicach 50-54-58-62-64mm, posiada haczyk na otwór zasłonowy i 2 płyty na kość biodrową. Otwory do fiksowania śrubami wewnątrz sfery kosza oraz w płytach biodrowych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza panewkowy kosz rewizyjny wykonany z czystego tytanu w średnicach 50-54-58-62-64mm, posiadający haczyk na otwór zasłonowy i 2 płyty na kość biodrową. Otwory do fiksowania śrubami wewnątrz sfery kosza oraz w płytach biodrowych.

Poz 19. Panewkowy kosz rewizyjny wykonany z czystego tytanu w średnicach 50-54-58-62-64mm, posiada haczyk na otwór zasłonowy i 2 płyty na kość biodrową. Otwory do fiksowania śrubami wewnątrz sfery kosza oraz w płytach biodrowych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza panewkowy kosz rewizyjny wykonany z czystego tytanu w średnicach 50-54-58-62-64mm, posiadający haczyk na otwór zasłonowy i 2 płyty na kość biodrową. Otwory do fiksowania śrubami wewnątrz sfery kosza oraz w płytach biodrowych

Poz 20. Kable do cerclage, fi 2,0mm, długości 750mm, plecione 7x7

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o powyższych parametrach.

Poz 23. Cement kostny 40g (2 opakowania)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza cement kostny 40g (2 opakowania).

2) Dotyczy §1 ust. 1 wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu umowy w Par. 1 ust. 1 dla Pakietu nr 3 którego przedmiot stanowi dostawa narzędzi do elektrochirurgii oraz dzierżawa generatora hybrydowego energii do zastosowań chirurgicznych (12m.), co nie jest zgodne z obecnym brzmieniem zapisu Par. 1 ust. 1

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż doprecyzował zapisy dotyczące przedmiotu umowy w §1 ust. 1 wzoru umowy.

3) Dotyczy §5 wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisów dotyczących płatności miesięcznych czynszu dzierżawy zgodnie z zał. nr 2.3 do SWZ pkt. - Dzierżawa generatora hybrydowego energii do zastosowań chirurgicznych (12m.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że uzupełnił §4 wzoru umowy o zapisy dotyczące płatności miesięcznych czynszu dzierżawy.

4) Dotyczy formularza cenowego – zał. nr 2.3 do SWZ oraz §2 wzoru umowy

W formularzu cenowym - zał. Nr 2.3 do SWZ poz. Dzierżawa generatora hybrydowego energii do zastosowań chirurgicznych (12m.) należy wycenić koszt dzierżawy generatora hybrydowego na okres 12 miesięcy, natomiast okres realizacji umowy jest dłuższy i będzie trwał do 31.12.2024r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga podania w Formularzu cenowym kosztów dzierżawy za 1 miesiąc, przy czym samodzielnie przeliczy wartość dzierżawy na czas trwania umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta w trakcie rozpoczętego miesiąca, koszt dzierżawy zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania umowy z uwzględnieniem, iż każdy miesiąc ma 30 dni kalendarzowych (włączając w koszty dzierżawy dzień zawarcia umowy).

5) Dotyczy §6 wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż zapisy Par. 6 dotyczą sukcesywnych dostaw towaru lub instrumentarium z pakietu nr 2 oraz o dodanie zapisów dotyczących serwisu i warunków gwarancyjnych urządzenia medycznego będącego przedmiotem dzierżawy w Pakiecie nr 3 tj., którego eksploatacja podlega innym zasadom niż drobny sprzęt medyczny tj.:

1. W przypadku usterki gwarancyjnej Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia

2. Na czas naprawy przekraczający 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy

3. Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, elementu, w trakcie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązanie do wymiany tego elementu na nowy
4. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę wynosi max. 48 godzin w dni robocze
5. W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami Producenta, zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż uzupełnił §6 wzoru umowy o zapisy odnośnie gwarancji i serwisu dzierżawionych urządzeń.

6) Dotyczy §7 ust. 1 pkt a) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący tj. obniży kary umowne do 0,5% oraz 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 18 niniejszej umowy- w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt d. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na obniżenie kar umownych i zmiany zapisów §7 ust. 1 pkt a).

7) Dotyczy §7 ust. 1 pkt b) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący tj. obniży kary umowne do 0,5% oraz 2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

b) za opóźnienie w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na obniżenie kar umownych i zmiany zapisów §7 ust. 1 pkt b).