

AZP.2411.18.2021.BK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: prośby o złożenie oferty na zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem lampy i encodera do mammografu Inspiration dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

1. Pytanie dot. Załącznika nr 1, część I Lampa Prosimy o modyfikację zapisu „Zasilanie 40 KV” na „Napięcie nominalne 40 KV”.

Ad.1) Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pytanie dot. Załącznika nr 1, część I Lampa Prosimy o modyfikację wymaganej wartości pojemności cieplnej lampy na : 2 430 000 HU.

Ad.2) Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pytanie dot. Załącznika nr 1, część I Lampa Prosimy o modyfikację zapisu „Filtr anody Mo/Mo; Mo/Rh; W/Rh” na „Kombinacje anoda/filtr Mo/Mo; Mo/Rh; W/Rh”.

Ad.3) Zamawiający wyraża zgodę.

4. Pytanie dot. Projekt umowy, §2, ust. 2 Prosimy o dodanie w ustępie 2 następującego zapisu: „Gwarancją Wykonawcy nie są objęte: 1) uszkodzenia i wady urządzeń, innych wyrobów i prac wynikłe na skutek: a) eksploatacji urządzeń, wyrobów i prac przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń lub wyrobów, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 3) materiały eksploatacyjne.”

Ad.4) Zamawiający wyraża zgodę.

5. Pytanie dot. Opis przedmiotu zamówienia część III, pkt 5 oraz Projekt umowy, §2, ust. 2 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie certyfikatu dla aparatu Mammomat Inspiration? Lampa i encoder będące przedmiotem postępowania, są składowymi aparatu i nie wymagają odrębnej certyfikacji, gdyż zostały uwzględnione w ocenie zgodności wyrobu „Mammomat Inspiration”.

Ad.5) Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia :

Lampa nie może być rekondycjonowana.

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **08.03.2021 r.**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 08.03.2021 do godz. 9:00**

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu **08.03.2021 o godz. 10:00.**

Z poważaniem



KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Klimczak

2