

Nr sprawy: 37/PNE/SW/2023

Sosnowiec, dnia 12.07.2023r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. „Dostawa implantów.”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1

Czy w pakiecie 1 Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do stosowania w tętnicy biodrowej, udowej podobojczykowej z systemem wprowadzającym o długości 80, 120 cm rozmiar 5-14 mm kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i introduktorem 5 i 6F, długości stentu: długości 20,40, 80,100 120,150,200 cm stent o minimalnej skraccalności wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektor

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem
Agnieszka Kozak