



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-96/23

Tarnów, 2024-01-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę wideobronchoskopu 1 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 – wideobronchoskop** - Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów. Czy Zamawiający dopuści 2 programowalne przyciski z możliwością rejestracji zdjęć i filmów?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 – wideobronchoskop** - System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora. Czy zamawiający dopuści lekki i ergonomiczny system dwukonektorowe połączenie endoskopu? Nie ma to żadnego znaczenia dla wykonywania badań i na dobro pacjenta.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 – wideobronchoskop** - Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni. Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Pentax.
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 – wideobronchoskop** - Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego. Czy zamawiający dopuści obrazowanie w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 – wideobronchoskop** - Możliwość obrazowania w min 6 wąskich pasmach światła (podać ilość pasm). Czy zamawiający dopuści obrazowanie w 3zakresach wąskich pasmach światła?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 – wideobronchoskop** - Możliwość sterylizacji plazmowej plazmą nadtlenu wodoru w temperaturze maksymalnie do 54° C Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu w warunkach:
Temperatura 55 st.C
Wilgotność względna do 50%
Stężenia tlenu etylenu 20v/v%
Czas ekspozycji 4 godz.
Napowietrzenie 12 godz.?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5 – wideobronchoskop** - Pełna współpraca z oferowanym torem wizyjnym oraz posiadany torem EPK-i5000. Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? W związku z tym, że zamawiany jest cały zestaw wraz z procesorem, czy zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z torem wizyjnym EPK-i5000? Wymagana kompatybilność wskazuje ewidentnie na tylko jednego oferenta czyli firmę Pentax co utrudnia uczciwą konkurencję.
8. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych-** Pełna współpraca z oferowanym oraz posiadany przez Zamawiającego endoskopami typu EB-J10, EB-70K, EB-75K. Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? W związku z tym, że zamawiany jest cały zestaw wraz z procesorem i wideobronchoskopem czy zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności . Wymagana kompatybilność wskazuje ewidentnie na tylko jednego oferenta czyli firmę Pentax co utrudnia uczciwą konkurencję.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych-** Menu funkcyjne w języku polskim i minimum 5 innych. Czy zamawiający dopuści meni funkcyjne w języku angielskim, natomiast meni pacjenta w 28 językach?



10. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych-** Funkcja wyświetlania w czasie rzeczywistym 2 obrazów na monitorze (jeden w świetle białym, drugi w świetle filtrowanym). Czy zamawiający zrezygnuje z tej funkcji na rzecz modyfikowanego światła?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych-** Wbudowane źródło światła ksenon min 300W. Czy zamawiający dopuści LED-owe zintegrowane źródło światła z gwarancją pracy 10.000 tys godzin. . Co pozwoli Zamawiającemu zaoszczędzić zakup 20 żarówek xenonowych gdzie szacunkowy łączny koszt żarówek to ok. 70 000 zł?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych-** Wyjścia typu:
Minimum:
1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD)
1x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync)
1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD
3 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min dwa umieszczone na panelu przednim)
2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD
Czy zamawiający dopuści Wyjścia typu:
Minimum:
• 1x Y/C (NTSC oraz PAL – do wyboru)
• 2x DVI
• 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim)
• 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD
1x Composit 1xVGA
13. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych-** Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim lub przycisku endoskopu do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG). Czy zamawiający może udzielić odpowiedzi ? Jaka jest zasadność parametru " Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim lub przycisku endoskopu do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG), jeżeli procesor obrazu będzie wykorzystywany w pracowni bronchoskopii? Czy ten parametr ma służyć do zablokowania konkurencji aby nie mogła zaoferować korzystniejszego finansowo procesora obrazu?.
14. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych -** Pełne menu procesora w języku polskim (ustawienia oraz wpisywanie pacjenta)
Czy zamawiający dopuści menu pacjenta w języku polskim, pozostałe menu w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w języku angielskim?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych -** Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo.
Czy zamawiający zrezygnuje z podglądu sekwencji i zapisu z filmu?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych -** Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów). Czy zamawiający dopuści programowalność na 2 przyciskach endoskopu?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych -** Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na minimum 3 pola dotykowego panelu sterującego. Czy zamawiający dopuści programowalność na 1 przycisku na panelu sterowania procesorem?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych -** Pompa insuflacyjna z minimum pięciostopniową. Czy Zamawiający dopuści cztero-stopniową regulację pracy pompy insuflacyjnej?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych -** Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany w zakresie minimum 6,5 - 7,2 l/min



Czy Zamawiający dopuści procesor wyposażony w wbudowaną pompę pracującą w 3 zakresach i maksymalnym ciśnieniu 65 kPa?

20. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Funkcja obrazowania w stopniach
- detekcji (minimum 3 stopnie)
 - zarysu tkanki (minimum 3 stopnie)
 - weryfikacji zmiany (minimum 3 stopnie)

Czy zamawiający poprzez zawarte w tym punkcie parametry będzie wymagał aby procesor posiadał funkcje które są przypisane do oddzielnego procesora sztucznej inteligencji (takie jak detekcja i weryfikacja zmiany). A tym samym dopuści oddzielny procesor realizujący te funkcje. Żadna wiodąca firma produkująca sprzęt endoskopowy tj. Olympus, Pentax i Fujifilm nie posiada procesora obrazu z tymi funkcjami umieszczonego w jednej obudowie. Dostępne są tylko dodatkowe modułowe rozwiązania oddzielnego procesora.?

21. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Możliwość zaprogramowania minimum 3 funkcji obrazowania na panelu przednim dla diagnostyki drzewa oskrzelowego. Czy zamawiający dopuści na 1 przycisku na panelu przednim?

22. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Możliwość zapamiętania min 1000 zabiegów w pamięci urządzenia

Czy zamawiający dopuści możliwość zapisywania każdego zabiegu na pamięci zewnętrznej USB z parametrami

- imię i nazwisko pacjenta
 - data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
 - nazwa procesora
 - numer seryjny procesora i endoskopu
- bez określonego min. ilościowego pacjenta.

Producent nie jest w stanie zagwarantować wymaganego 1000 zabiegów gdyż nie jest w stanie przewidzieć ilości wykonanych zdjęć przypisanych do jednego pacjenta.?

23. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Współpraca z różnymi typami endoskopów video w tym: bronchoskopy, bronchoskopy sztywne, laryngoskopy, głowice EUS/EBUS. Czy zamawiający dopuści współpracę bez bronchoskopów sztywnych?

24. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Możliwość rozbudowy o współpracę z różnymi typami endoskopów optycznych w tym: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy, cystoskopy, laryngoskopy, optyki sztywne dowolnego producenta, optyczne aparaty bronchoskopowe, URS. Czy zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o videogastroskopy, videokolonoskopy, videodunoskopy, videobronchoskopów, videolaryngoskopy?

25. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Możliwość podłączenia minimum 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora. Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia minimum jednego przycisku nożnego?

26. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Programowalność funkcji sterowania procesorem dostępna z dotykowego panelu
Czy zamawiający dopuści programowalność funkcji sterowania procesorem, dostępnych z tradycyjnego panelu?

27. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Dostęp z panelu dotykowego do funkcji:

Minimum:

Zoom

Kontrast

Wyostrenie obrazu

Wycięcie pasma światła

Regulacja pompy

Eksport zdjęcia do USB

Marker kątnicy

Czy zamawiający dopuści wszystkie te funkcje z klawiatury sterującej?



28. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: AUTO, PAEK, AVE?
29. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Automatyczny lub ręczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu). Czy zamawiający dopuści brak balansera bieli na wyposażeniu? Producent nie wymaga przeprowadzania każdorazowo balansu bieli przed wykonaniem badania.
30. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu. Czy zamawiający dopuści możliwość zapisania 45 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego?
31. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Wózek do zestawu endoskopowego** - Centralna listwa zasilająca z min 7 gniazdami. Czy zamawiający dopuści listwę z 6 gniazdami?
32. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Wózek do zestawu endoskopowego** - Waga wózka do 70 kg
Czy zamawiający dopuści wagę wózka endoskopowego 80 kg?
33. **Dotyczy Załącznika Nr 5 - Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych** - Funkcja obrazowania uwydatniająca gęstość czerwieni w naczyniach krwionośnych
Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?
34. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.9** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów i nadanie poniższego brzmienia:
„Wykonawca udziela:miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 24 miesiące) na warunkach karty gwarancyjnej na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na dostarczony przedmiot zamówienia - w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SWZ. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za wady.”
35. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.11** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów i nadanie poniższego brzmienia:
„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy gwarancyjnej na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia bądź dostarczenia do serwisu Wykonawcy (przesyłką kurierską na jego koszt) jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 12 dni roboczych od dnia zgłoszenia bądź dostarczenia do serwisu jeżeli zaistnieje taka konieczność.”
36. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji o ile naprawa trwała powyżej 12 dni roboczych.”
37. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15 a** - Zwracamy się z wnioskiem o zapłatę kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy
38. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15 b i c** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 2% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
39. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15 d** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„...Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.”
40. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:
„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”
41. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.16** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt. 24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”



42. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.22** - Prosimy o rezygnację z zapisu lub zmianę zapisu na następujący
„W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową z koniecznością uzyskiwania upoważnień sądowych.”
43. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.24 a** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”
44. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.24 b** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”
45. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.24 c** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
46. **Dotyczy warunków umowy pkt. 24.26** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.8 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów“

zmienia na zapis o treści:

„Min. 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów“

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wideobronchoskopu, który posiada system dwukonektorowe połączenie endoskopu.

Ad.3

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wideobronchoskopu, który nie posiada obrotowego konektora w zakresie min 180 stopni redukującego ryzyko skręcenia światłowodu.

Ad.4

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wideobronchoskopu, który posiada tryb obrazowania w filtracji cyfrowej dla drzewa oskrzelowego.

Ad.5

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.17 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Możliwość obrazowania w min 6 wąskich pasmach światła (podać ilość pasm)“

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość obrazowania w min 3 wąskich pasmach światła (podać ilość pasm)“



Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.10

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który nie posiada funkcji wyświetlania w czasie rzeczywistym 2 obrazów na monitorze (jeden w świetle białym, drugi w świetle filtrowanym), posiada natomiast modyfikowane światło.

Ad.11

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada LED-owe zintegrowane źródło światła z gwarancją pracy 10.000 tys. godzin.

Ad.12

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada wyjścia typu minimum:

- 1x Y/C (NTSC oraz PAL – do wyboru)
 - 2x DVI
 - 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim)
 - 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD
- 1x Composit 1xVGA

Ad.13

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który nie posiada funkcji maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisanej do klawisza na panelu przednim lub przycisku endoskopu do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG).

Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.17

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.47 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na minimum 3 pola dotykowego panelu sterującego“

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na minimum 1 pola dotykowego panelu sterującego“

Ad.18

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.48 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Pompa insuflacyjna z minimum pięciostopniową regulacją pracy“

zmienia na zapis o treści:

„Pompa insuflacyjna z minimum czterostopniową regulacją pracy“

Ad.19

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada wbudowaną pompę pracującą w 3 zakresach i maksymalnym ciśnieniu 65 kPa.



Ad.20

Zamawiający informuje, iż dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który funkcje detekcji i weryfikacji zmiany realizuje poprzez oddzielny procesor.

Ad.21

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.52 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Możliwość zaprogramowania minimum 3 funkcji obrazowania na panelu przednim dla diagnostyki drzewa oskrzelowego“

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość zaprogramowania minimum 1 funkcji obrazowania na panelu przednim dla diagnostyki drzewa oskrzelowego“

Ad.22

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada możliwość zapisywania każdego zabiegu na pamięci zewnętrznej USB z parametrami:

- imię i nazwisko pacjenta
- data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
- nazwa procesora
- numer seryjny procesora i endoskopu

bez określonego min. ilościowego pacjenta.

Ad.23

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który nie posiada współpracy z bronchoskopami sztywnymi.

Ad.24

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada możliwość rozbudowy o videogastroskopy, videokolonoskopy, videodunoskopy, videobronchoskopów, videolar yngoskopy.

Ad.25

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.62 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Możliwość podłączenia minimum 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora“

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość podłączenia minimum 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora“

Ad.26

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada programowalność funkcji sterowania procesorem dostępną z tradycyjnego panelu.

Ad.27

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada dostęp z kalwiatury sterującej do funkcji:

Minimum:

- Zoom
- Kontrast
- Wyostrenie obrazu
- Wycięcie pasma światła
- Regulacja pompy
- Eksport zdjęcia do USB

Marker kątnicy

Ad.28

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który posiada układ regulacji jasności AUTO, PAEK, AVE.



Ad.29

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który nie posiada balansera bieli na wyposażeniu.

Ad.30

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.73 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego“

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość zapisania min 45 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego“

Ad.31

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.90 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Centralna listwa zasilająca z min 7 gniazdami“

zmienia na zapis o treści:

„Centralna listwa zasilająca z min 6 gniazdami“

Ad.32

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.95 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

zapis o treści:

„Waga wózka do 70 kg“

zmienia na zapis o treści:

„Waga wózka do 80 kg“

Ad.33

Zamawiający dopuści również zaoferowanie procesora obrazu, który nie posiada funkcji obrazowania uwydatniającej gęstość czerwieni w naczyniach krwionośnych.

Ad. 34

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.9 SWZ.

Ad. 35

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.11 SWZ **zapis o treści:**

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„24.11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 12 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

Ad. 36

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.14 SWZ **zapis o treści:**

„24.14. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 7 dni roboczych.”

zmienia na zapis o treści:

„24.14. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 12 dni roboczych.”

Ad. 37

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 a) SWZ.

Ad.38 i Ad.39

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 SWZ **zapis o treści:**

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,w terminie, o którym mowa w pkt. 24.11. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 roboczych dni od daty zgłoszenia.”

Ad. 40

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ w zakresie podanym w pytaniu.



Ad. 41

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.16 SWZ **zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad. 42

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.22 SWZ.

Ad. 43, Ad.44 i Ad.45

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.24 SWZ **zapis o treści:**

„24.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Ad. 46

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.26 SWZ.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.5, Ad.17 Ad.18, Ad.21, Ad.25, Ad.30-Ad.32, Ad.35, Ad.36, A.38, Ad.39, Ad.41, Ad.43-Ad.45 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 05.02.2024r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 05.02.2024r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.05.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., 24.11., 24.14, 24.15, 24.16., 24.24, Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

