

Pełczyce, 14.08.2024 r.

RIP.271.9.2024

[www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

### **ODPOWIEDZI NA WNIOSEK**

Dot. postępowania: Wyposażenie placówki Senior+ w Pełczycach

Zamawiający – Gmina Pełczyce, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na wniosek.

#### **Pytanie z dnia 12.08.2024 r.**

Pyt. dotyczące części 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wagę osobową medyczną kolumnową z legalizacją ze wzrostomierzem oraz bmi I bsa+ z dokładnością odczytu 100 g w całym zakresie pomiaru oraz maksymalnym obciążeniem 300 kg?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem wyposażenia wagi w podświetlany wyświetlacz LCD.

W imieniu Zamawiającego

Roksana Wichłacz -Zastępca Burmistrza Pełczyc