



## Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 7, Nr sprawy: ZP-24-148BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

### Pytanie 1

#### Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych o poniższym opisie:

- wykonany z PCV
- jednorazowego użytku
- powierzchnia satynowa (zmrożona)
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- zamknięty koniec zgłębnika z 4 otworami bocznymi
- koniec zgłębnika wyposażone w reduktor Luer
- znacznik głębokości na długości: 460mm, 560mm, 660mm, 760mm
- linia RTG na całej długości zgłębnika
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany folia-papier
- rozmiary: 10,12,14,16,18?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 2

#### Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany w całości z poliuretanu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 3

#### Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przepływ min. 80 ml/min (światło dystalne) oraz min. 245 ml/min (światło proksymalne/środkowe)?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 4

#### Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik występujący w 3 długościach: 13 cm, 16 cm oraz 20 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 5

#### Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w zestawie 1 rozszerzacz?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



### Pytanie 6

#### Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w zestawie 1 rozszerzacz?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 7

#### Pakiet nr 6 poz. 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowo (High Flow), bez otworów bocznych długości 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radioceniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- rozszerzadło 13 Fr
- wyprodukowany w Niemczech

2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

### Pytanie 8

#### Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radioceniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający



- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 9

##### Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 poz. 1 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 10

##### Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści cewniki renomowanego producenta firmy Teleflex / Arrow bez paska znacznikowego pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 11

##### Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści na zasadzie równoważności długości cewników: 19, 23, 28, 33 i 44 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**