



Grudziądz, dnia 03.10.2024 r.

ZP-2451/24

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/77/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/77/PN/24)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

*Zapytanie nr 1:*

*Dotyczy zadania 21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 21 jak poniżej.**

*Zapytanie nr 2:*

*Pytanie 1, dot. Pakiet 21 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek medycznych wykonanych z trzech warstw włókniny: PP 20 g/m<sup>2</sup> + warstwa filtracyjna 20 g/m<sup>2</sup> + PP 20 g/m<sup>2</sup>, poziom filtracji bakterii BFE 99,7%, ciśnienie różnicowe 28,5 Pa/cm<sup>2</sup>, czystość mikrobiologiczna < 2,7 CFU/g. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 21 jak poniżej.**





Zapytanie nr 3:

Dotyczy zadania nr. 27:

Czy Zamawiający, wskazując w specyfikacji "ilość j.m. 50", rozumie przez to 50 opakowań po 10 sztuk, co łącznie daje 500 sztuk cewników, czy też należy to rozumieć jako 50 sztuk cewników tj. 5 opakowań?

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w specyfikacji zaistniała pomyłka a Zamawiający miał na myśli 50 sztuk cewników. Ponadto Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 27 jak poniżej.**

Zapytanie nr 4:

Dotyczy zadania nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej o wymiarach 0,9x38mm- pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 6 jak poniżej.**

Zapytanie nr 5:

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji, **w Zadaniu nr 5** dopuści równoważny próżnościąg położniczy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku lub atraumatyczną miseczką w kształcie „dzwonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu? Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 jak poniżej.**





Zapytanie nr 6:

Dotyczy zadania 4, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10 sztuk z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**


W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 4 jak poniżej.**

Zapytanie nr 7:

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o parametrach

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia



ROZMIAR	OBWÓD GŁOWY
S	200 – 280 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 8:

Zadanie 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zastawkę Heimlicha o podanych parametrach



**Skład:**

1. Pompka:

- Połączona z workiem bioczym
- możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego do 180mbar
- kompatybilna z drenami CH15- CH21
- zastawka antyzwrotna przy połączeniu z workiem oraz przy łączniku do drenu
- wyposażona w element do podwieszenia

2. Worek zbiorczy:

- pojemność 500ml
- skalowany co 50ml
- miejsce do opisanania
- tylna ściana biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści
- zawór spustowy typu T
- wzmocnione otwory do podwieszenia

- Sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany podwójnie:
  - opakowanie zewnętrzne: papier/folia
  - opakowanie wewnętrzne: folia



**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

*Zapytanie nr 9:*

*Zadanie 21, pozycja 1*

*Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 sztuk z przeliczeniem podanych ilości?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 21 jak poniżej.**

*Zapytanie nr 10:*

*Zadanie 24, pozycja 1*

*Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10sztuk z przeliczeniem podanych ilości?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 24 jak poniżej.**

*Zapytanie nr 11:*

*Zadanie 24, pozycja 1*

*Czy Zamawiający dopuści koszulę dziecięcą o długości 72cm i szerokości 50cm, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?*





**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 24 jak poniżej.**

*Zapytanie nr 12:*

*Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 zestawu do biopsji wątroby z igłą biopsyjną o dł. 90 mm i strzykawką aspiracyjną 10 ml? Pozostałe wymagania bez zmian.*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 6 jak poniżej.**

*Zapytanie nr 13:*

*Dotyczy zadania nr 27*

*Czy Zamawiający, wskazując w specyfikacji "ilość j.m. 50", rozumie przez to 50 opakowań po 10 sztuk, co łącznie daje 500 sztuk cewników, czy też należy to rozumieć jako 50 sztuk cewników tj. 5 opakowań?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w specyfikacji zaistniała pomyłka a Zamawiający miał na myśli 50 sztuk cewników. Ponadto Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 27 jak poniżej.**

*Zapytanie nr 14:*

*Dotyczy zadania nr 22, poz.1 – Dostawy linii próbkujących do kapnografów*

*Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie linii próbkujące do pomiaru EtCO2 w strumieniu bocznym, typu Microstream /Oridion / Medtronics, nosowe, dla dorosłych lub dla dzieci do wyboru przez Zamawiającego, pomiar krótkoterminowy (do 8 h), dla Pacjentów intubowanych; długość rurki 2,0m*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 22 jak poniżej.**





Zapytanie nr 15:

Dotyczy zadania nr 22, poz.2 – Dostawy linii próbkujących do kapnografów

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie linii próbkujące do pomiaru EtCO<sub>2</sub> w strumieniu bocznym, typu Microstream /Oridion / Medtronic, nosowe, dla dorosłych lub dla dzieci do wyboru przez Zamawiającego, pomiar krótkoterminowy (do 8 h), dla Pacjentów niezaintubowanych; długość rurki 2,0m.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 22 jak poniżej.**

### MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy**” (znak sprawy: **Z/77/PN/24**), w następującym zakresie:

– w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 4, 5, 6, 21, 22, 24, 27 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 4, 5, 6, 21, 22, 24, 27 jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

– złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

– naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.



**REGIONALNY  
SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY**  
IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO



**GRUDZIĄDZ**  
miasto otwarte

**Regionalny Szpital Specjalistyczny  
im. dr. Wł. Biegańskiego**  
ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudziądz  
NIP: 876-20-08-352 REGON: 870298738  
tel. 56 641 4444  
kancelaria@bieganski.org