

## **Wymagania do pojemników:**

**Pojemniki na próbki histopatologiczne, wypełnione w ½ objętości buforowanym formaldehydem. formaldehyd buforowany 10%**

Każdy pojemnik ma zawierać etykietę z oznakowaniem :

- Ilość i stężenie formaldehydu (Nomenklatury zgodną z FP i Ph.Eur)
- Miejsce na adnotacje lub dane pacjenta (nie dotyczy objętości 20ml i 35ml)
- Datę ważności i nr. serii na każdym Pojemniku
- Piktogramów i ostrzeżenia (GHS 08, GHS 07)
- Oznaczenia dla wyrobów medycznych IVD
- Danymi wytwórcy oraz objętością formaldehydu

Zgodnie z normami wewnątrzszpitalnymi etykiety pojemników o stężeniu 10% powinny być oznaczone kolorem zielonym.

Pojemnik ma być bezpieczny szczelnie połączony z pokrywą.

Model fizyczny (próbkę) należy opisać numerem postępowania i dostarczyć do Działu Zamówień

Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa, 5 ,

51-149 Wrocław. Próbkę zostaną zwrócone na wniosek Dostawcy po rozstrzygnięciu postępowania