



Nr sprawy: 7/PNE/DOT/2024

Sosnowiec, dnia 16.04.2024 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **„Dostawa robota chirurgicznego wraz z instalacją i wyposażeniem”**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

#### ZESTAW 4

##### Pytanie 1

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w załączniku 2 do SWZ, określając parametr jako wymagany, (tj. parametry w punktach 1,2,3,4,5,6,10,11,14,15,16,19,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,42,43,44,45,46,47, 48, część B punkt 1) Zamawiający przyjmuje, że parametry o punktach 3, 4, 5, 6, są, poza ich wymagalnością, także parametrami, których spełnienie podlega punktowaniu zgodnie z kolumną tabeli o nazwie „Parametr punktowany”. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku tychże parametrów Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunki wskazane w kolumnie tabeli nr 2 „Opis parametru” – tj. parametr wymagany, a także przedstawić czy i w jakim zakresie spełnia bądź nie spełnia opis wskazany w kolumnie nr 4 „Parametr punktowany” - tj. parametr punktowany

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe**

**Zatwierdził**

**DYREKTOR**

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agnieszka Kozak

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5

im. Św. Barbary w Sosnowcu

