

Wykaz prac wchodzących w zakres usługi.

- 1) Dokonywanie okresowej konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z instrukcją obsługi
 - instalacji tlenowej wraz z rozdzielniami 1 x na 6 m-cy
 - źródeł zasilania instalacji próżniowej, powietrza **nie rzadziej niż 1 x w roku**
 - instalacji zgazowania ciekłego tlenu, rozprężalni oraz próżni 1 x na rok
 - punktów poboru gazów medycznych, 1 x na 6 m-cy
 - odciągów gazów poanestetycznych 1 x na 6 m-cy
 - dozowników tlenu 1 x na 6 m-cy
 - gniazd 1 x na 6 m-cy
 - reduktorów tlenu i sprężonego powietrza 1 x na 6 m-cy
 - regulatorów ssania 1 x na 6 m-cy
 - szafek zaworowo-informacyjnych 1 x na 1 m-c
- 2) Wykonywanie pomiarów szczelności instalacji gazowych – 1 x na rok (zakończone protokołem);
- 3) Uczestnictwo w przeglądach i kontrolach z Urzędu Dozoru Technicznego;
- 4) Prowadzenie książki dozoru urządzeń, dziennika pracy konserwatora;
- 5) Przestrzeganie przepisów BHP, PIP, ppoż. i stosowanie zasad bezpiecznej higieny pracy przy urządzeniach zagrożonych wybuchem i pożarem przy zastosowaniu właściwych narzędzi, odzieży ochronnej i roboczej;
- 6) Zabezpieczenie gotowości do przyjazdu konserwatora na teren obiektu szpitala; dostępność pod nr tel. lub e-mail
- 7) Przyjmowanie meldunków o usterekach instalacji i urządzeń;
- 8) Zgłaszanie awarii i niedomagań instalacji gazów medycznych oraz źródeł zasilania w godzinach min. od 7.00 - 17.00 w dni robocze
- 9) Czas reakcji serwisu 24 godziny od powiadomienia przy czym w przypadku zgłoszenie awarii w ostatni dzień roboczy przed dniami ustawowo wolnymi (sobota, niedziela ,dni świąteczne) czas reakcji serwisu przedłużony jest na pierwszy dzień roboczy następujący po dniach wolnych.
- 10) Składanie protokołów dotyczących bieżącego stanu aparatury i instalacji gazów medycznych po każdym przeglądzie, konserwacji, naprawie (nie później niż 24 godziny po wykonaniu usługi);
- 11) Szkolenie pracowników Szpitala w zakresie obsługi urządzeń do gazów medycznych;
- 12) Wszystkie materiały niezbędne do wykonania napraw, przeglądów i prac konserwacyjnych zapewni Wykonawca każdorazowo w uzgodnieniu z Zamawiającym.