



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 30.11.2023 roku

FZP.III-241/94/23/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: DOSTAWA WYROBÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA LABORATORIUM

Szpital Specjalistyczny w Piłe informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęło następujące pytanie:

1) Pytanie

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 3.1-3.16 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o większej czułości (niższa wartość progów odcięcia cut-off) w stosunku do czułości podanych w SIWZ, tj.: amfetamina 300ng/dl, metamfetamina 300ng/dl, THC 25ng/dl, kokaina 100ng/dl, benzodiazepiny 200ng/ml, fentanyl 20ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów o czułości podanej w zapytaniu ofertowym

2) Pytanie

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć ilość testów zaoferowanych w poszczególnych pozycjach Zadania nr 2 na liczbę opakowań w sytuacji, w której wynik dzielenia liczby testów przez liczbę opakowań nie jest liczbą całkowitą?

Odpowiedź: Zaokrąglić w górę

3) Pytanie

Czy w Zadaniu nr 2 poz. 3.1-3.16 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów paskowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów kasetkowych