



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Oznaczenie sprawy: 20/PZP/2023/TP

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu**”

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W odpowiedzi na prowadzone postępowanie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie OPZ przedstawionego przez Państwa oraz wskazanie prawidłowości prowadzonego postępowania.

Nasze wątpliwości budzi bowiem fakt, że w planowanej realizacji projektu na zakup urządzeń zrobotyzowanych, zgodnie z posiadaną Nam wiedzą oraz na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wyjaśnień dotyczących interpretacji robota:

„Uprzejmie informujemy, że dokumentacja konkursowa oparta jest na definicji, zgodnie z którą za robota rehabilitacyjnego uważa się praktycznie każdą reprogramowalną, elastyczną platformę, umożliwiającą fizyczną interakcję robota z pacjentem oraz wykonywanie wspomagania czynności energetyczno-ruchowych, opartych na ruchach lokomocyjnych i manipulacjach wykonywanych przez robota częściami ciała pacjenta w celach terapeutycznych (ang. robot mediated therapy).

Na potrzeby przedmiotowego konkursu należy przyjąć, że do robotów rehabilitacyjnych należy zaliczyć zasilane elektrycznie roboty stacjonarne, egzoskielety oraz niektóre roboty wykorzystywane w telerehabilitacji. Nie będą się do nich zaliczały roboty terapeutyczne, oddziałujące tylko na zdolności poznawcze i samopoczucie pacjenta, roboty służące poprawie komunikacji, uczenia się, diagnostyki czy samoobsługi oraz roboty o konstrukcji wyłącznie mechanicznej (oparte np. na oporze elastycznym).”

Ponadto:

„Robotem rehabilitacyjnym można nazwać reprogramowalne platformy umożliwiające fizyczną interakcję z pacjentem ORAZ manipulujące elementami ciała pacjenta w celach terapeutycznych (ang. Robot mediated therapy).”

W związku z przytoczonymi definicjami ze strony Ministerstwa Zdrowia prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie urządzenia, które planują Państwo zakupić tj. Bieżnia antygravitacyjna wypełnia funkcję robotyczną i prosimy o wskazanie w jakim zakresie powinny one taką funkcję spełniać by wypełnić kryteria konkursu. Jakakolwiek bieżnia bez dynamicznego systemu odciążenia czy mechanizmu samodzielnie wprowadzającego kończyny dolne w sposób bierny lub wspomagany ruch nie będzie bowiem w tym momencie nosiła możliwości uznania jej za robota. Niestety ale w tej sytuacji mamy wrażenie, że zostali Państwo wprowadzeni w błąd przez któregoś z dostawców, a urządzenia opisane OPZ z definicji nie wpisują się w zakres konkursu.

Odpowiedź: Dziękujemy za przesłane informacje. Wg wiedzy Zamawiającego do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze, które zgłoszą zakup co najmniej jednego robota. W SWZ Zamawiający zawarł więcej niż jedną taką pozycję. Ponadto bieżnia antygravitacyjna spełnia kryteria robotyczne. MZ - wspomaga (odciążenie 80%) lokomocyjne czynności energetyczno-ruchowe w celu terapeutycznym, jest zasilana elektrycznie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Z poważaniem,