



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 08.04.2022 r.

ZP.261.15.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-93866c80-b4c5-11ec-9f44-6e63702cb2f7

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę szwów chirurgicznych**.
Znak sprawy ZP-TP/15/22

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający w części nr 5 dopuści również obok istniejących zapisów, szwy wchłaniające w czasie 60 – 90 dni, polifilamentne, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane ekaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, wykazujące podtrzymanie tkankowe rzędu 65% po 14 dniach, 40 % po 21 dniach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dotyczy części nr 1: poz. 8a. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów? Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dotyczy części nr 5 poz. 1 a, b, c. Czy Zamawiający dopuści podwiązki nie umieszczone na rolce przy zachowaniu pozostałych parametrów? poz. 2d. Czy Zamawiający dopuści podwiązki o długości nici 6x45cm z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz przy zachowaniu pozostałych parametrów? poz. 2e. Czy Zamawiający dopuści podwiązki o długości nici 2x70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w dokumentach zamówienia, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia dokonanych zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ oraz zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i nr pytania).