

Warszawa, 07.08.2023 r.

BF-2.262.21.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wniosek Nr 1 dotyczy Części II zamówienia - Komory Klimatycznej

Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Czy termin wzorcowania zawiera się w terminie dostawy.

Wyjaśniam

Prawidłowo wykonana usługa wzorcowania urządzenia powinna odbyć się w miejscu jego montażu. Wzorcowanie winno odbywać się w środowisku pracy urządzenia, po jego dostawie, instalacji, rozruchu i kalibracji.

Nadmieniam, że czas wykonania wzorcowania przez Laboratorium akredytowane to ok. 8 tygodni.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że termin wzorcowania zawiera się w terminie dostawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SWZ, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 18 sierpnia 2023 r. o godz. 11:15

Z poważaniem,

Dyrektor Departamentu Laboratoriów

Ewa Mrówka

