



Toruń, 24.04.2024 r.

KPIM/217/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (19)

1089. Lp. 7 - Czy Zamawiający dopuści materacyk w 2ch rozmiarach: ok. 485 x 745 mm lub ok. 470 x 750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1090. Lp. 9 - Czy Zamawiający dopuści płynną regulację nachylenia materacyka od +/- 10 stopni. Pragniemy zauważyć że żaden z oferentów nie posiada regulacji od +100 do - 100.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

1091. Lp. 10 i Lp. 11 - Czy Zamawiający dopuści nieodchylany promiennik, gdyż stanowisko zaprojektowane jest tak by dostęp był możliwy z każdej strony, bez potrzeby odchylania promiennika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Sondej-Orłowska