



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

**Sprostowanie z dn. 28.07.2022 r. w zakresie Pytania nr 32
Odpowiedź na Zapytanie 34**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1– dotyczy Pakietu 1 Poz.1-7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z samodomykającym się koreczkiem portu górnego jak na zdjęciu, z portem zakończonym koreczkiem luer-lock?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2– dotyczy Pakietu 1 Poz. 4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarze 18G 1,3x45?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarze 16G 1,7x45?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez portu górnego w rozmiarze 24G 0,7x19mm, przepływ 23ml/min



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 3 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji czy do transfuzji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekują przyrządu do infuzji.

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje strzykawkę do tuberkuliny czy insuliny?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawkę do tuberkuliny.

PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 5 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowanie po 60 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowanie po 25 sztuk i ich wycenę za opakowanie wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50 ml do leków światłoczułych posiadające pojedynczą skalę pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 11 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 3 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 13 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 20 ml w op. a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 14-15 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 50 ml w op. a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 8,17 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dwoma końcówkami luer pakowane w opakowaniu a'25?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 8,17 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje strzykawki Janeta 100 ml z końcówką cewnikową z dodatkową (nakładaną) końcówką Luer?

Odpowiedź: Poz 8- bez końcówki dodatkowej, poz 17 z nakładaną końcówką Luer-Lock.

PYTANIE nr 16 – dotyczy Pakietu 8 Poz. 1-3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne bezpieczne z osłoną aktywowaną jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji w rozmiarach jak w SWZ?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 17 – dotyczy Pakietu 10 Poz. 11 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez średnicy na ścianie zewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 18 – dotyczy Pakietu 10 Poz. 13-16 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia wykonane z PCV bez zawartości ftalanów o długości 500mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 19 – dotyczy Pakietu 11 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 20 – dotyczy Pakietu 12 Poz. 9-16 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana wykonane z elastycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 21 – dotyczy Pakietu 12 Poz. 28 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 22 – dotyczy Pakietu 12 Poz. 30-31 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści woreczki jałowe w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 23 – dotyczy Pakietu 13 Poz. 1-4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 24 – dotyczy Pakietu 13 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o głębokości nakłucia 1,8mm lub 2,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nakłuwacz o głębokości nakłucia 1,8mm, ale nie wymaga. Zamawiający nie dopuszcza nakłuwacza o głębokości nakłucia 2,4mm.

PYTANIE nr 25 – dotyczy Pakietu 13 Poz.4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz jak na zdjęciu o głębokości nakłucia 1,8mm lub 2,4mm?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nakłuwacz o głębokości nakłucia 1,8mm, ale nie wymaga. Zamawiający nie dopuszcza nakłuwacza o głębokości nakłucia 2,4mm.

PYTANIE nr 26 – dotyczy Pakietu 15 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych typ Quincke w rozmiarze 26G x 120mm z igłą prowadzącą 20G x 34mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 27 – dotyczy Pakietu 15 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych z igłą prowadzącą 20G x 34mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 28 – dotyczy Pakietu 15 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń o opisie:

W skład zestawu wchodzi:

- Strzykawką niskooporową o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na toku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radioceniującym zapobiegającym uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaśkowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 29 – dotyczy Pakietu 15 Poz. 4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w/w w pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 30 – dotyczy Pakietu 17 Poz. 1-4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści igłę do diagnostycznej punkcji lędźwiowej z końcówką luer- lock?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 31 – dotyczy Pakietu 18 Poz. 1-5 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści dreny o długości drenu 45 cm i długości ramion 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE nr 32 – dotyczy Pakietu 18 Poz. 6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Jaki zestaw Zamawiający używa?

Odpowiedź: Zamawiający używa zestaw drenów do drenażu KLP 2 butlowy z regulacją, REF 0203-X2TU.

PYTANIE nr 33 – dotyczy Pakietu 18 Poz. 7- Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 34 – dotyczy Pakietu 18 Poz. 7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 45x49cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE nr 35 – dotyczy Pakietu 18 Poz. 7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 36 – dotyczy Pakietu 18 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści końcówkę z otworami bocznymi CH-24?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE nr 37 – dotyczy Pakietu 19 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości całkowitej 5,3 cm i długości całkowitej powierzchni zaciskającej – 3,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 38 – dotyczy Pakietu 19 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikujące w kolorze niebieskim lub różowym (do wyboru przez Zamawiającego) z nadrukiem: nazwisko, łóżko, płeć, datę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 39 – dotyczy Pakietu 20 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 535 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 40 – dotyczy Pakietu 42 Poz. - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'800 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 41 – dotyczy Pakietu 44 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści silikonowe sondy Sengstakena w rozmiarach: CH 16, CH18, CH20?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 42 – dotyczy Pakietu 46 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy o pojemności 500ml, dren o długości 1250mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 43 – dotyczy Pakietu 56 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplową w o długości 6 cm (całościowo elastyczna, bez podziału na dolną i górną część), z dwukanałowym ostrym kolcem, odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką, sterylizowane tlenkiem etylenu, długość drenu min. 150cm z zakończeniem luer-lock, filtr hydrofobowy umieszczony pomiędzy komora o kolcem, filtr hydrofilny na końcu komory kroplowej, bez zastawki bezigłowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 44 – dotyczy Pakietu 70 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 45 – dotyczy Pakietu 70 Poz.4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści przedłużać o długości 150 cm zamiast 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 46 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 2m ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 47 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania 74 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 48 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści cewnik, w którym część nosowa jest wytworzony z miękkiego PCV, miększego niż reszta drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 49 – dotyczy Pakietu 74 Poz.3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu, w którym dwa „tubusy” mają długość 7 mm w odległości 7 mm od siebie, łącznik zakładany na reduktor tlenowy o średnicy wew. 8,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 50 – dotyczy Pakietu 74 Poz.4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści cewniki do tlenu o długości 2,1m lub 4,26m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki tlenu o długości 2,1 m.

PYTANIE nr 51 – dotyczy Pakietu 74 Poz.5 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści maski z drenem 2,1 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 52 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 5-7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu w rozmiarach: S, M, L, XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 53 – dotyczy Pakietu 76 Poz. 5 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści szynę Zimmera o długości 24 x 4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 54 – dotyczy Pakietu 76 Poz. 6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści szynę Zimmera o długości 400 x 40 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 55 – dotyczy Pakietu 77 Poz. 6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych sztuk?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 56 – dotyczy Pakietu 77 Poz.6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści kieliszki bez przykrywki o pojemności 30 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 57 – dotyczy Pakietu 77 Poz. 7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'2100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych sztuk?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 58 – dotyczy Pakietu 77 Poz. 11 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarze 200-280 mm oraz 240-340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 59 – dotyczy Pakietu 77 Poz.11 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarze 200-280 mm oraz 260-340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 60 – dotyczy Pakietu 77 Poz. 14 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści pojemnik do kału 25 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów z wymaganiami zawartymi w SWZ.

PYTANIE nr 61 – dotyczy Pakietu 77 Poz. 15-16 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek za opakowanie a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 62 – dotyczy Pakietu 77 Poz. 31 -Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści żel do rurek intubacyjnych, jałowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 63 – dotyczy Pakietu 77 Poz. 32 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach M,L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 64 – dotyczy Pakietu 78 Poz. 15 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 107x25?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 65 – dotyczy Pakietu 78 Poz. 27 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30 mm z czerwoną kratką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 66 – dotyczy Pakietu 88 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości 188mm, długość aplikatora 20mm, szerokość aplikatora 5-7mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 67 – dotyczy Pakietu 88 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne typu wachlarz dł. 205mm, dł. włókien 27mm, szerokość włosia 20mm, sterylna ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 68 – dotyczy Pakietu 91 Poz. 6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą pojemność 900 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 69 – dotyczy Pakietu 91 Poz. 7-8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści pojemność 875 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 70 – dotyczy Pakietu 96 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę myjek za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 71 – dotyczy Pakietu 97 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści gąbkę do mycia w rozmiarze 20x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 72 – dotyczy Pakietu 108 Poz. 1-2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający ma na myśli wypełnienie poliestrowe?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE nr 73 – dotyczy Pakietu 108 Poz. 1-2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 13795:2011?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 74 – dotyczy Pakietu 108 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 120 x 110 cm, w miejsce 110 x 105 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 75 – dotyczy Pakietu 110 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 76 – dotyczy Pakietu 110 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 77 – dotyczy Pakietu 112 Poz. - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści osłonkę na głowicy o grubości 0,075 mm, długości 195 mm i średnicy 34?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 78 – dotyczy Pakietu 124 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3x12 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 79 – dotyczy Pakietu 124 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3,13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 80 – dotyczy Pakietu 149 Poz. 1-2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 81 – dotyczy Pakietu 150 Poz. 1-2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 82 – dotyczy Pakietu 150 Poz. 1-2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od normy EN13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 83 – dotyczy Pakietu 150 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m². Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 84 – dotyczy Pakietu 150 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 85 – dotyczy Pakietu 150 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 86 – dotyczy Pakietu 151 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści fartuch z gumkami, gramatura 25g/m²?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 87 – dotyczy Pakietu 15 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem, gramatura 25g/m²?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 88 – dotyczy Pakietu 151 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 89 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 90 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści mankiet o szerokości 7,5cm?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 91 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na standardowy rzep o wymiarach: lewy rzep 3x13cm i prawy 3x7cm?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 92 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści fartuch z kolorową lamówką przy szyi identyfikującą rozmiar fartucha? Oznaczenie rodzaju w postaci nadruku umożliwiające identyfikację przed rozłożeniem.

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 93 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie drobnoustrojów 4,16 lb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 94 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 95 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na mokro 154,8 ka i na sucho 155,4 kpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 96 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści fartuch o czystości pod względem cząstek stałych 3.04 IPM? Parametr pylenia nie jest opisywany w aktualnym wydaniu normy PN-EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 97 – dotyczy Pakietu 153 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankiem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 98 – dotyczy Pakietu 158 Poz. 1-4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści cewniki ze standardowym konektorem i w rozmiarach od CH6 do CH22?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

Z poważaniem