

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 215 000 euro) na zadanie p.n. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego: młyn planetarno – kulowy z wyposażeniem”, nr rej.: DZP.382.1.74.2023.

### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. 2023/BZP 00404055 Dostawa sprzętu laboratoryjnego: młyn planetarno- kulowy z wyposażeniem (DZP.382.1.74.2023) Czy wraz z młynem wymagają Państwo dostarczenia naczynia mielącego? Jeśli tak, proszę określić jego pojemność i materiał wykonania. Czy wraz z młynem wymagają Państwo dostarczenia kul mielących? Jeśli tak, proszę określić średnicę i ilość.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch naczyń mielących o poj. 250 ml każde, materiał wykonania: agat. Zamawiający nie wymaga dostarczenia kul mielących.

### II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez dodanie do załącznika 2 – Opis przedmiotu zamówienia pozycji: „**Naczynie mielące (2 szt.) – poj. 250 ml, agat\***”. W załączeniu ujednolicony załącznik 2.

**POWYŻSZA ZMIANA SWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ  
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*Z-ca Przewodniczącej Komisji*

*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*