



Poznań, dnia 23.01.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-08/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę wyrobów medycznych (38 części).**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Zestaw nr 1:**

Część 3, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część 3, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część 3, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści dopuści kompresy 17 nit. 12 warstwowe?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Część 3, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści dopuści kompresy 17 nit. 12 warstwowe?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zestaw nr 2:**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16, poz. 1 dopuści Filtr z korzystniejszą mniejszą przestrzenią martwą 18ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie filtra z przestrzenią martwą 18ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**





2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16, poz. 2 dopuści Filtr o korzystniejszych parametrach: wyższa, korzystniejsza wydajność nawilżania 33mgH<sub>2</sub>O/l przy Vt 50 ml, zakres objętości oddechowej już od 20 ml, czyli korzystniej, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie filtra o wydajności nawilżania 33mgH<sub>2</sub>O/l przy Vt 50 ml, i zakresie objętości oddechowej już od 20 ml pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16, poz. 3 oczekuje celulozowego - plisowaną warstwa czy piankowego wydzielonego wymiennika ciepła i wilgoci, czy dopuszcza obydwa?

**Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania filtra zgodnie z SWZ.**

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16, poz. 3 dopuści korzystniejszą wydajność nawilżania 37,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie filtra o wydajności nawilżania 37,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 500 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

### Zestaw nr 3:

#### Część 8

1/ Prosimy o doprecyzowanie, czy obie wersje przedłużacza (jasny i bursztynowy) mają być przezierne w celu wizualizacji drogi podawanego płynu?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

2/ Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku wątpliwości czy zaoferowany asortyment spełnia wymagania, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do przedłożenia próbek?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego.

**Odp.: Zgodnie z SWZ i dopuszczeniami.**

#### Część 9, poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy "kolec mikro" oznacza kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę, która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiołki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwległymi umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości, tak jak w obecnie stosowanych produktach?

**Odp.: Zamawiający wymaga, żeby kolec MICRO z poz. 2 i 3 był mniejszy w stosunku do kolca STANDARDOWEGO z poz. 1 o parametrach i właściwościach zgodnie z SWZ.**

#### Część 9, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrządy (tak jak obecnie stosowane) mają posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

**Odp.: Przyrządy mają posiadać filtr o wymaganej wielkości, Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań w zakresie formy i budowy filtra, zgodnie z SWZ.**

#### Część 29

1/ Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowego o długości komory min.60mm w części przezroczystej, spełniającego pozostałe wymogi swz.





**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowego o długości komory min.60mm w części przezroczystej, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.**

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kropłową bez zawartości bez PCV?

**Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z SWZ i dopuszczeniami.**

3) Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku wątpliwości czy zaoferowany asortyment spełnia wymagania, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do przedłożenia próbek?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ona opakowaniu jednostkowym przedłużacza ma być fabrycznie naniesiony wskaźnik sterylizacji

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

#### Część 35

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od 0,6m do dł. 1,8m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 0,5L, rura z workiem połączone, mikrobiologicznie czyste, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Zestaw nr 4:

##### Część 31

Czy Zamawiający wymaga cewnika o powierzchni zmrożonej aksamitnej z nadrukowanym rozmiarem i nazwą producenta?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

#### Zestaw nr 5:

##### Część nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-300ml?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

##### Część nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o złączach 22M/15F-22F/15M?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

##### Część nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

##### Część nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 70g?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

##### Część nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G o długości 88mm oraz w rozmiarze 22G o długości 88mm?





**Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 18G o długości 88mm, Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 22G o długości 88mm - zgodnie z SWZ.**

**Część nr 20, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowania nebulizatora o pojemności 6ml.**

**Część nr 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń karbowany, nierozciągliwy?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Część nr 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga łącznika prostego bez portów, czy łącznika ze złączem kątowym z portami do bronchoskopii i odsysania?

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Część nr 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń ze złączami 15F/22M (od strony pacjenta) i 22F (od strony urządzenia)?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń ze złączami 15F/22M (od strony pacjenta) i 15M (od strony urządzenia)?

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Część nr 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń z portem do bronchoskopii o średnicy ok. 9,0mm?

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Część nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ostry kolec komory, ścięty stożkowo, jednokanałowy?

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Część nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 4cm?

**Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zestawu, w którym długość komory kroplowej mieści się w przedziale 5-6cm.**

**Część nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z niewielką zawartością ftalanów?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część nr 34, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)





- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zamknięty system do odsysania o wyżej wymienionych parametrach pod warunkiem zaferowania systemów dedykowanych do użycia- odsysania z rurki intubacyjnej oraz z rurki tracheotomijnej (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeby).**

#### **Część nr 35, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o średnicy rur 15mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

#### **Część nr 35, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z PP i EVA?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaferowanie układu oddechowego wykonanego z PP i EVA, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów.**

#### **Część nr 35, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z workiem o pojemności 1l?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

#### **Część nr 35, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy nie posiadający kapturka zabezpieczającego?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

#### **Zestaw nr 6:**

1. Czy Zamawiający w Części nr 12 dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**





2. Czy Zamawiający w Części nr 12 dopuści igłę w rozmiarze 0,45x13?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**
3. Czy Zamawiający w Części nr 12 dopuści opakowanie a'100 sztuk?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie a'100 sztuk pod warunkiem przeliczenia wymaganej ilości.**
4. Czy Zamawiający w Części nr 17 dopuści igłę w rozmiarze 18G x 3 1/2" 1,2x88mm, zamiast 1,2x90mm? Pozostałe rozmiary zgodnie z SWZ.  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie igły w rozmiarze 18G x 3 1/2" 1,2x88mm. Pozostałe rozmiary i parametry zgodnie z SWZ.**
5. Czy Zamawiający w Części nr 32 dopuści opakowanie a'25 sztuk?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza opakowanie a'25 sztuk pod warunkiem przeliczenia wymaganej ilości.**

**Zestaw nr 7:**

Część 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o wydajności nawilżania 37,3 mgH<sub>2</sub>O przy Vt 500 o wadze 26,2 g?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie filtra o wydajności nawilżania 37,3 mgH<sub>2</sub>O przy Vt 500 o wadze 26,2 g, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Część 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej >45 ml?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

Część 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 200-1500 ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie filtra o objętości oddechowej 200-1500 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Część 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr z zaworem bezpieczeństwa 45 cm H<sub>2</sub>O dla noworodków i 50 cm H<sub>2</sub>O dla dzieci?

**Odp.: Zamawiający wymaga w zadaniu zaoferowanie resuscytatora o określonych w SWZ parametrach, dopuszcza (nie wymaga), aby zaoferowany resuscytator posiadał zawór bezpieczeństwa 45 cm H<sub>2</sub>O dla noworodków i 50 cm H<sub>2</sub>O dla dzieci, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zestaw nr 8:**

**Część 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x9cm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 1, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów ginekologicznych pakowanych a'25szt pod warunkiem przeliczenia zamawianej ilości.**

**Część 6**

Czy Zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą kohezyjną wykonaną z wiskozy, bawełny i nylonu?





**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaofiarowanie opaski podtrzymującej kohezyjnej wykonanej z wiskozy, bawełny i nylonu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów SWZ, w tym istotne dla Zamawiającego są wysoka rozciągliwość, samoprzylepność i właściwości kohezyjne.**

**Część 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Część 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Część 21**

Czy Zamawiający oczekuje port bezigłowy?

**Odp.: Zamawiający oczekuje zaofiarowania przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SWZ.**

**Część 22, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o złączach 22M/15F-15M, spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 30**

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie cewników wyłącznie w rozmiarach: 6,8,10 o długości 600mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 35**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy posiadający właściwości:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości max 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości max 100 cm
- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra oraz łącznik
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 38, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę standardowej grubości wzmocnioną?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**





**Część 38, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm wzmocnioną?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 38, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o grubości 0?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 38, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 38, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę pogrubioną?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 38, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie szwu chirurgicznego, o wyżej wymienionych właściwościach dot. absorpcji i podtrzymania tkankowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Część 38, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z polidioxanonu, profil podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach, całkowite wchłanianie 180-210 dni?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część 38, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, profil podtrzymywania ok. 50-60% po 7 dn, 20-30% po 14 dn., całkowite wchłanianie 90-120 dni?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie szwu chirurgicznego, o wyżej wymienionych właściwościach dot. absorpcji i podtrzymania tkankowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Część 38, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o grubości 0, długości 70cm oraz z igłą o długości 36mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

