



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/83/2022
ZP.261.5.2022

Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2022/S 025-060759 z dnia 04.02.2022 r. na zakup materiałów medycznych [Nr postępowania: 5/ZP/2022].

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Części 1 „Akcesoria do defibrylatora LifePak 15”:

1) **PYTANIE:** poz. 16,17,18 – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy akcesoria z części 1 pozycje 16,17,18 będą stosowane w urządzeniu LifePak 15 posiadających technologię SpO2 Masimo SET, a akcesoria z pozycji od 16 do 18 mają być kompatybilne i wykonane w tej samej technologii co urządzenia SpO2 Masimo SET. Czy na wezwanie Zamawiającego dostawca będzie musiał przedstawić pismo potwierdzające kompatybilność z urządzeniami, wystawione przez autoryzowany serwis Masimo lub producenta technologii Masimo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że dostawca będzie zobligowany do przedstawienia pisma potwierdzającego kompatybilność z urządzeniami.

2) **PYTANIE:** poz. 16,17,18 - Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment prosimy o potwierdzenie czy kabel z pozycji 16 podłączenie do urządzenia LifePak 15 posiada wtyczkę w kolorze białym czy czerwonym oraz wskazanie długości kabla 120 cm czy 305 cm? Również prosimy o wskazanie połączenia kabla z czujnikami z pozycji 17 i 18. Występowały 3 rodzaje połączeń Masimo SET: L-NCS, M-LNCS lub najnowsze RD? Prosimy również o podanie czy czujniki z pozycji 17 i 18 mają być czujnikami jednopacjentowymi czy wielorazowymi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że kabel posiada wtyczkę w kolorze czerwonym, długość kabla 120cm, połączenie M-LNCS, czujniki wielorazowe.

Dotyczy Części 2 „Akcesoria do defibrylatora Zoll”:

3) **PYTANIE:** poz. 10,11,12,13,14 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy akcesoria z części 2 pozycje 10,11,12,13,14 będą stosowane w defibrylatorach Zoll posiadających technologię SpO2 Masimo SET, a akcesoria z pozycji od 10 do 14 mają być kompatybilne i wykonane w tej samej technologii co urządzenia SpO2 Masimo SET. Czy na wezwanie Zamawiającego dostawca będzie musiał przedstawić pismo potwierdzające kompatybilność z urządzeniami, wystawione przez autoryzowany serwis Masimo lub producenta technologii Masimo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że dostawca będzie zobligowany do przedstawienia pisma potwierdzającego kompatybilność z urządzeniami.

4) **PYTANIE:** poz. 4 - W związku z zaprzestaniem produkcji akcesoriów do defibrylatora Zoll M-series zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z tej części poniższych pozycji:

Kabel zasilający do defibrylatora Zoll M-series z wtyczką 2-bolcową. Pozostanie przy tym zapisie uniemożliwi nam złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

5) PYTANIE: poz. 10,11,12,13,14 - Aby precyzyjnie dobrać odpowiedni asortyment prosimy o potwierdzenie czy kabel z pozycji 13 i 14 podłączany do defibrylatorów Zoll posiada wtyczkę w kolorze białym czy czerwonym oraz wskazanie długości kabla 120 cm czy 305 cm? Również prosimy o wskazanie połączenia kabla z czujnikami z pozycji 10,11,12. Występowały 3 rodzaje połączeń Masimo SET: L-NCs, M-LNCS lub najnowsze RD?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że kabel posiada wtyczkę w kolorze czerwonym, długość kabla 120cm, połączenie LNCS, czujniki wielorazowe.

6) PYTANIE: poz. 21 - Prosimy o doprecyzowanie czy defibrylator do którego Zamawiający wymaga torby posiada na wyposażeniu łyżki twarde, czy ma być to torba do defibrylatora bez łyżek?

ODPOWIEDŹ: Defibrylator do którego Zamawiający wymaga torby, nie posiada na wyposażeniu łyżek twardych.

7) PYTANIE: poz. 22 - W związku z zaprzestaniem produkcji akcesoriów do defibrylatora Zoll M-series zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z tej części poniższych pozycji: Pokrowiec (torba) do defibrylatora M-series... Pozostanie przy tym zapisie uniemożliwi nam złożenie oferty w zakresie tej części.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

8) PYTANIE: poz. 22 - Prosimy o doprecyzowanie czy defibrylator do którego Zamawiający wymaga torby posiada na wyposażeniu łyżki twarde, czy ma być to torba do defibrylatora bez łyżek?

ODPOWIEDŹ: Defibrylator do którego Zamawiający wymaga torby posiada na wyposażeniu łyżki twarde.

Dotyczy Części 5 „Akcesoria do respiratora Medumat i urządzeń Corpuls”:

9) PYTANIE: poz. 5,6,7 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy akcesoria z części 5 pozycje 5,6,7 będą stosowane w urządzeniu Corpuls 1 i Corpuls 3 posiadających technologię SpO2 Masimo SET, a akcesoria z pozycji od 5 do 7 mają być kompatybilne i wykonane w tej samej technologii co urządzenia SpO2 Masimo SET. Czy na wezwanie Zamawiającego dostawca będzie musiał przedstawić pismo potwierdzające kompatybilność z urządzeniami, wystawione przez autoryzowany serwis Masimo lub producenta technologii Masimo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że akcesoria opisane powyżej będą stosowane w urządzeniu Corpuls 1 i Corpuls 3 posiadających technologię SpO2 Masimo SET oraz że dostawca będzie zobligowany do przedstawienia pisma potwierdzającego kompatybilność z urządzeniami.

10) PYTANIE: poz. 1,2,5,13 - Jako bezpośredni dystrybutor produktów Masimo prosimy Zamawiającego o przeniesienie pozycji 16, 17, 18 z Części 1, pozycji 10, 11, 12, 13, 14 z Części 2, pozycji 5, 6, 7 z Części 5 do Części 13. W wyniku tego przeniesienia w pakiecie 13 będą akcesoria jednego producenta firmy Masimo. To pozwoli złożyć Zamawiającemu korzystniejszą ofertę bezpośrednio od dystrybutora Masimo na terenie Polski.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przeniesie pozycji z Części (Pakietu). Na tym etapie postępowania, nie ma możliwości przeniesienia pozycji i tworzenia kolejnych Części.

11) PYTANIE: poz. 14 - Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w związku z zmianami w zakresie elementów eksploatacyjnych Zamawiający dopuści baterię litowo-jonową, która również jak poprzednia wersja pozwala na pracę do 120 minut?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Dotyczy Części 8 „Akumulatory i mocowanie do ssaka Boscarol”:

12) PYTANIE: poz. 3,4 - W związku z zaprzestaniem produkcji uchwytów dedykowanych do określonego modelu ssaka i produkcją jednego uniwersalnego uchwytu karetkowego dla dwóch urządzeń Ob1000 i Ob2012, prosimy Zamawiającego o możliwość połączenia tych dwóch pozycji w jedną brzmiącą: „Mocowanie ścienne, karetkowe do ssaka Boscarol OB2012/OB100, umożliwiające ładowanie w karetce pod napięciem 12V, posiadające kabel o długości min 120 cm zakończony wtyczką typu lexel.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Dotyczy Części 11 „Czujniki do pulsoksymetru Nonin”:

13) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o masie ciała 3-20 kg, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

14) PYTANIE: poz. 1 - W związku z aktualną produkcją czujników NONIN dla niemowląt w przedziale wagowym 2-20kg, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności takiego właśnie czujnika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Dotyczy Części 14 „Pojemniki i worki na odpady medyczne”:

15) PYTANIE: poz. 5 - Czy zamawiający dopuści owalny pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 0,7L, wysokości 120mm, o średnicy górnej/dolnej 100/95 z otworem wrzutowym 40mm ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

16) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik o pojemności 0,5-0,8l., wysokości całkowitej 11,50 cm, średnica dolna 10,2 cm, średnica górna 13,50 cm, otwór wrzutowy 6 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza pojemnika opisanego powyżej.

17) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści owalny pojemnik o pojemności 0,7l., wysokości całkowitej 12 cm, owal 10cm x 5,5 cm, otwór wrzutowy 3,7 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

18) PYTANIE: poz. 5 - Czy zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 1L, wysokości 140mm, o średnicy górnej/dolnej 109/92,5 wyposażony w rozetkowy otwór oraz dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe bądź permanentne zamknięcie pojemnika zaopatrzone we wtopioną podczas rozdmuchu etykietę typu BML z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na bezproblemowe wpisanie danych odpadów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

19) PYTANIE: poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik o pojemności 1l., wysokości całkowitej 12,50 cm, średnica dolna 10,2 cm, średnica górna 14 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza pojemnika opisanego powyżej.

20) PYTANIE: poz. 6 - Czy zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 1L, wysokości 120mm, o średnicy górnej/dolnej 120/110 z otworem wrzutowym 90mm ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

21) PYTANIE: poz. 6 - Czy zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 1L, wysokości 140mm, o średnicy górnej/dolnej 109/92,5 wyposażony w rozetkowy otwór oraz dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe bądź permanentne zamknięcie pojemnika zaopatrzone w wtopioną podczas rozdmuchu etykietę typu BML z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na bezproblemowe wpisanie danych odpadów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

22) PYTANIE: poz. 7 - Czy zamawiający dopuści owalny pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 2L, wysokości 220mm, o średnicy górnej/dolnej 100/105 z otworem wrzutowym 90mm ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

23) PYTANIE: poz. 7 - Czy zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 2L, wysokości 246mm, o średnicy górnej/dolnej 109/95 wyposażony w rozetkowy otwór oraz dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe bądź permanentne zamknięcie pojemnika zaopatrzone w wtopioną podczas rozdmuchu etykietę typu BML z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na bezproblemowe wpisanie danych odpadów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

24) PYTANIE: poz. 8 - Czy zamawiający dopuści owalny pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 5L, wysokości 190mm, o średnicy górnej/dolnej 230/200 z otworem wrzutowym 90mm ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

25) PYTANIE: poz. 9 - Czy zamawiający dopuści płachtę foliową czarną o wymiarach 120x220?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie płachty opisaną powyżej.

Dotyczy Części 15 „Pościel, ręczniki medyczne i koce ogrzewające”:

26) PYTANIE: poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca ogrzewającego jednorazowego użytku: warstwa zewnętrzna: włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m², warstwa wewnętrzna: poliester z wiskożą o gramaturze 60g/m², z przeszyciami wzdłuż koca; szwy

ultradźwiękowe; wymiary koca: 220 cm x 110 cm (długość x szerokość)? Dopuszczenie zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

27) **PYTANIE:** **poz. 1** - Czy zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z laminatu polipropylenowo - foliowego w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pokrowca na nosze opisanego powyżej.

28) **PYTANIE:** **poz. 1** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby rogi pokrowca były zaokrąglone?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu aby rogi pokrowca były zaokrąglone

29) **PYTANIE:** **poz. 2,3,5** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na włókninę nałożona była warstwa antyelektrostatyczna.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu aby na włókninę nałożona była warstwa antyelektrostatyczna.

30) **PYTANIE:** **poz. 2,3,5** - Czy zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókniny typu SMS w kolorze niebieskim?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

31) **PYTANIE:** **poz. 4** - Czy zamawiający dopuści poszwę pakowaną a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

32) **PYTANIE:** **poz. 5** - Czy zamawiający dopuści poszwę pakowaną a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

33) **PYTANIE:** **poz. 5** - Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 100x200cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

34) **PYTANIE:** **poz. 5** - Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x210cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza prześcieradeł w rozmiarze 90x210cm.

35) **PYTANIE:** **poz. 6** - Czy zamawiający dopuści ręczniki wykonane z wysokiej jakości celulozy o gramaturze 50g/m², w rozmiarze 40x70cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

36) **PYTANIE:** **poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110 x 220?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

37) **PYTANIE:** **poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający wykonany z dwóch warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m² z poliestrowym wypełnieniem o gramaturze 60 g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

38) PYTANIE: poz. 7 - Czy zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru 80 g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

39) PYTANIE: poz. 7 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wydzieli pozycji z Części (Pakietu). Na tym etapie postępowania, nie ma możliwości wydzielenia pozycji i tworzenia kolejnych Części.

Dotyczy Części 16., Rękojeści laryngoskopu”:

40) PYTANIE: poz. 1 - Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści rękojeść wyposażoną w diodę LED 3V o jasności 9500 lux?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

41) PYTANIE: poz. 2 - Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści rękojeść wyposażoną w diodę LED 3V o jasności 9500 lux?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

42) PYTANIE: poz. 1,2 - Czy Zamawiający dopuści rękojeść z diodą LED 3,0V?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

43) PYTANIE: poz. 1,2 - Czy Zamawiający dopuści rękojeść z Xenonem 2,5V?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza rękojeść opisaną powyżej.

44) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękojeść o średnicy 20mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

45) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rękojeści z oświetleniem ksenonowym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy zapisów SWZ

46) PYTANIE: rozdz. IV pkt 3.2 - Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu uwzględnionego w pkt 3.2 dotyczącym folderów produktów w zakresie części 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 . Wiele z pozycji, które wymaga Zamawiający to elementy wyposażenia urządzeń głównych do których Producenci i Dystrybutorzy nie posiadają kart katalogowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

47) PYTANIE: rozdz. IV pkt 3.1 - Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu uwzględnionego w pkt 3.1 dotyczącego dostarczenia deklaracji zgodności CE. Nie wszystkie produkty uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia są wyrobami medycznymi, co wiąże się z brakiem takich dokumentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy zapisów Wzoru umowy:

48) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §5 ust. 5a do 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

49) PYTANIE: § 4 pkt 24 - Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu dotyczącego dostarczenia instrukcji obsługi oraz kart katalogowych. Postępowanie dotyczy elementów wyposażenia urządzeń do których producent nie posiada odrębnych instrukcji obsługi i folderów. Pozostanie przy tym zapisie uniemożliwi nam złożenie oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

50) PYTANIE: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o szacunkowe określenie ilości dostaw w zakresie części 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w SWZ wskazał łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia, z jednoczesnym określeniem kwot dotyczących poszczególnych jego części. Zamawiający nie ma obowiązku szacunkowego określania ilości dostaw w zakresie wskazanych w pytaniu części. Zgodnie z par. 4 ust. 3 projektu umowy, ilości zamawianych produktów wskazywane będą sukcesywnie w poszczególnych zamówieniach składanych w trakcie realizacji zamówienia.

PYTANIE: § 5 ust. 5 lit. - Czy Zamawiający dokona modyfikacji wysokości kar umownych w zapisach umowy :

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne:

a) za każdorazową zwłokę w realizacji złożonego zamówienia w wysokości **0,1 % wartości brutto** złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu każdorazowej zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad w przypadku uznania reklamacji – w wysokości 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia, w zakresie której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki,

c) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

Sprawę prowadzi:

Julia Wizlińska Motyka

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 243