



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.06.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 9/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gamma kamery do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

1. Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt II.1:

„Dostosowanie systemu PACS, RIS do obsługi nowego urządzenia DICOM. Wszelkie wymagane prace rekonfiguracyjne oraz niezbędny sprzęt po stronie dostawcy tj. zachowanie konfiguracji węzła dicomowego (IP, port aet) z urządzenia podlegającego wymianie”

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia zakupu licencji? Jeśli tak:

a) prosimy o wskazanie ilości wymaganych licencji

b) prosimy o wskazanie dostawcy oprogramowania i udostępnienie wykonawcom oferty na zakup licencji w celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji

Odp.: Zamawiający nie wymaga zakupu licencji. Dostawcą oprogramowania RIS/ PACS jest firma PIXEL.

Zamawiający nie posiada ofert na zakup licencji

3. Dotyczy: zał. nr 7 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy § 4 ust. 2:

Wykonawca przez okres trwania gwarancji zapewnia bezpłatnie serwis sprzętu, przeglądy i legalizacje urządzeń – ostatni wykonany 15 dni przed upływem okresu gwarancji, a po jej ustaniu serwis oraz przeglądy sprzętu dokonywane będą na koszt Zamawiającego, w tym nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta:

W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne okresowe przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Po upływie gwarancji okresowe przeglądy są płatne - na zlecenie i koszt Zamawiającego. W związku z tym, prosimy o zmianę wskazanego postanowienia poprzez wykreślenie słów:

„w tym nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta”.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy: zał. nr 7 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy § 5 ust. 1 pkt. 3):

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu w § 1 ust. 3, jednak nie więcej niż 5% wartości umowy :

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

5. Dotyczy: zał. nr 7 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy § 5 ust. 1 pkt. 4):

Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy liczonej za każdy dzień zwłoki od terminów wskazanych w § 4 ust. 3

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1% ceny brutto określonej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy liczonej za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy: zał. nr 7 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy § 5 ust. 3:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie czynności przeglądów gwarancyjnych wskazanych w 4 ust. 2 w wysokości 1000 zł za każdy niewykonany przegląd:

W obecnym brzmieniu ww. postanowienia, Wykonawca mógłby zostać obciążony karą również w przypadku gdy niewykonanie czynności przeglądów gwarancyjnych nastąpiło w wyniku np. braku napięcia, czy braku dostawy izotopów od zewnętrznego dostawcy. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie, że ww. kara ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy niewykonanie czynności przeglądów gwarancyjnych wskazanych w 4 ust. 2 nastąpiło wyłącznie z winy wykonawcy.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

7. Dotyczy: zał. nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt I.2:

Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie systemu "fabrycznie nowego" oznacza, że Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie systemu, który jest nierekondycjonowany, składa się w całości z nowych części, podzespołów i modułów i wcześniej żadna z części, podzespołów i modułów oferowanego urządzenia nie była używana.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zgodnie ze zobowiązaniami Zamawiającego wynikającymi z umowy Planu Modernizacji Technicznej Ministerstwa Obrony Narodowej sprzęt i jego wszystkie elementy zakupywane w ramach dotacji muszą być nowe nieużywane i nierekondycjonowane.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82

Z upoważnienia
Komendanta

mgr Krzysztof JURKOWSKI