



**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.**

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 02.07.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214 tys. euro na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 48 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/03/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 22-30.06.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na analizator, w którym zasada odczytu opiera się na fotometrii reflektancyjnej z zastosowaniem źródła światła LED + fotodetektora?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na analizator z możliwością wybrania 4 opcji klarowności moczu? – z możliwością edycji ich nazw, wybraniem klarowności domyślnej bez flagowania wyników patologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na analizator z możliwością zmiany czułości dla każdego pola testowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wyraża zgodę na analizator z możliwością manualnego wprowadzania barwy oraz klarowności moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wyraża zgodę na czytnik, gdzie kalibracja czytnika jest automatyczna z wbudowanym wzorcem, co znacznie ułatwia pracę na aparacie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czytnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 14

Dotyczy: wzór umowy - § 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników na których zamieszczona jest informacja w języku angielskim – nazwa handlowa oraz nazwa producenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona, może zostać wezwany do złożenia niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymogów przedmiotowych określonych przez Zamawiającego: ulotki metodyczne (instrukcje użycia) oferowanych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, pasków testowych i ulotki informacyjne (instrukcje) oferowanych analizatorów, czytnika i ich wyposażenia (monitor, drukarka, zasilacz UPS, czytnik kodów) oraz sprzętu dodatkowego (wirówka, drukarka sieciowa, urządzenie wielofunkcyjne), w zakresie wszystkich części postępowania.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, na własny koszt dostarczył materiały źródłowe oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim (np. katalogi, foldery, specyfikacje produktu/ulotki).

Biorąc pod uwagę powyższe, zamawiający dokonał modyfikacji dodatku nr 5 do SIWZ (wzoru umowy), który to jest załącznikiem do pisma.

Pytanie nr 15

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Dotyczy Części Nr 1, pkt. 3 parametrów granicznych Tabeli nr 1, Załącznik nr 1a - chemia, dodatek nr 2 - formularz asort.-cenowy- CZĘŚĆ NR 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora o maksymalnej wydajności części biochemicznej na poziomie 400 ozn./godz (ozn. fotometryczne i ISE) oraz maks. 340 ozn. fotometrycznych/godz.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza oferowaną wydajność analizatora.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 16

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Dotyczy Części Nr 1, pkt. 7 i 22 parametrów granicznych Tabeli nr 1, Załącznik nr 1a - chemia, dodatek nr 2 - formularz asort.-cenowy- CZĘŚĆ NR 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Dotyczy Części Nr 1, pkt. 9 parametrów granicznych Tabeli nr 1, Załącznik nr 1a - chemia, dodatek nr 2 - formularz asort.-cenowy- CZĘŚĆ NR 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby elektrody wymieniane niezależnie od siebie były bezobsługowe tzn. nie wymagały uzupełniania płynów czy wymiany membran, niezależnie kto tą czynność wykonuje (operator czy serwis wykonawcy), co jest związane z przestojem w pracy aparatu?

Odpowiedź:

Elektrody wymieniane niezależnie od siebie, w pełni bezobsługowe.

Pytanie nr 18

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Dotyczy Części Nr 1, pkt. 1 parametrów granicznych odczynników Tabeli nr 2, Załącznik nr 1a - chemia, dodatek nr 2 - formularz asort.-cenowy- CZĘŚĆ NR 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg odczynniki "gotowe do użycia" , Zamawiający wymaga takich reagentów które przed wstawieniem na pokład analizatora nie wymagają żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych: rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników?

Odpowiedź:

Tak, gotowych do wstawienia do analizatora.

Pytanie nr 19

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Dotyczy Części Nr 1, Załącznik nr 2a - badania chemia, dodatek nr 2 - formularz asort.-cenowy- CZĘŚĆ NR 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego liczba badań na 4 lata, zawiera już ilości odczynnika potrzebne do wykonania kalibracji i wewnętrznej kontroli jakości? Jeśli nie, to czy należy te testy doliczyć?

Odpowiedź:

Podana liczba badań zawiera testy kalibracyjne i wewnętrznej kontroli jakości badań.

Pytanie nr 20

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

**Dotyczy Części Nr 1, Załącznik nr 2a - badania chemia, dodatek nr 2 - formularz asort.-
cenowy- CZĘŚĆ NR 1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontroli parametrów w płynie mózgowo-rdzeniowym czasowo jedynie na jednym poziomie (patologia)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kontroli parametrów w płynie mózgowo-rdzeniowym czasowo jedynie na jednym poziomie (patologia).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kontroli parametrów w płynie mózgowo-rdzeniowym o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 21

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Prosimy o wyrażenie zgody by okres ważności towaru licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego wynosił min. 4-5 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym informuje, że dokonał zmian zapisów §5 ust. 3 wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) oraz dodatek nr 1 do siwz (formularz oferty) stanowi załącznik do pisma.

Zamawiający dokonał tym samym zamiany zapisów rozdz.3 pkt 2. 7) siwz w sposób następujący:

Przed zmianą było:

W produktach objętych terminem przydatności dostarczony wyrób musi posiadać minimum 6 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, chyba że w opisie parametrów technicznych dla poszczególnych części wskazany został inny termin.

Po zmianie jest:

W produktach objętych terminem przydatności dostarczony wyrób musi posiadać minimum 4 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, chyba że w opisie parametrów technicznych dla poszczególnych części wskazany został inny termin.

Pytanie nr 22

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga rozwiązania zapewniającego 100% -owe zabezpieczenie przed błędem przeniesienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza mycie sond pobierających.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania wskazanego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 23

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Prosimy o wyrażenie zgody by dostawianie kalibratorów i mat.zużywalnych było możliwe w trybie stand by pracy analizatora.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę by dostawianie kalibratorów i mat.zużywalnych było możliwe w trybie stand by pracy analizatora.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania wskazanego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dla jednego parametru (prokalcytonina) kontroli jednoparametrowej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na jednoparametrową kontrolę prokalcytoniny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania wskazanego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 25

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Prosimy o wyrażenie zgody, aby funkcja automatycznych powtórek analiz i "reflex test" realizowana była poprzez zewnętrzne oprogramowanie / LSI?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania wskazanego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 26

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Prosimy o wyrażenie zgody by przy oznaczeniach prokalcytoniny, rozcieńczenia wykonywane były manualnie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na manualne rozcieńczenia prokalcytoniny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania wskazanego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 27

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania wskazanego rozwiązania w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 28

Dotyczy Systemu diagnostycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu w ginekologii onkologicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że test b-HCG total, będzie stosował jako test ciążowy i marker nowotworowy.

Pytanie nr 29

Dotyczy Systemu do badania moczu

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie posiadającego podajnika na 10 pasków testowych, kalibrowanego przy pomocy specjalnych pasków kalibracyjnych i posiadającego pamięć 1000 wyników pacjentów oraz 300 wyników kontrolnych bez pamięci 20 kalibracji?

Oferowany analizator ma zainstalowany na stałe pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji - stąd nie jest potrzebna pamięć aż 20 kalibracji, ponadto paski testowe można podawać na podajnik ręcznie co 6 sekund, dzięki czemu wydajność aparatu wynosi 600 oznaczeń na godzinę.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 30

Dotyczy Systemu do badania gazometrii, równowagi kwasowo zasadowej, elektrolitów i kooksymetrii

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora mierzącego wapń zjonizowany w zakresie 0,1-2,5 mmol/L, pracującego w oparciu o kasetę odczynnikową stabilną 42 dni na pokładzie aparatu i przechowywaną w temperaturze pokojowej, kartridż z czujnikami pomiarowymi stabilny w aparacie przez 28 dni oraz oddzielną kasetę z materiałem kontrolnym stabilną na pokładzie aparatu 3 miesiące i przechowywaną podobnie jak kartridż z czujnikami pomiarowymi w lodówce?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 31

Dotyczy Systemu do badania gazometrii, równowagi kwasowo zasadowej, elektrolitów i kooksymetrii

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na jakich poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga automatycznej kontroli jakości prowadzonej codziennie na jednym poziomie materiału kontrolnego (tj. niskim lub normalnym lub wysokim) naprzemiennie. Na żądanie operatora musi być możliwa dodatkowa, realizowana natychmiast po jej zadaniu, kontrola jakości na wskazanym poziomie materiału kontrolnego (tj. niskim, normalnym lub wysokim).

Pytanie nr 10

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, w związku z czym dokonał zmian w wzorze umowy, w którym w w/w zapis wprowadzono w § 15 ust.8.

Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 11

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

Dotyczy: załącznik nr 1 część nr 4 pkt 10

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną kontrola jakości prowadzona była codziennie 1 raz na każdym z 3 poziomów materiału kontrolnego tj. niskim, normalnym i wysokim?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga automatycznej kontroli jakości prowadzonej codziennie na jednym poziomie materiału kontrolnego (tj. niskim lub normalnym lub wysokim) naprzemiennie. Na żądanie operatora musi być możliwa dodatkowa, realizowana natychmiast po jej zadaniu, kontrola jakości na wskazanym poziomie materiału kontrolnego (tj. niskim, normalnym lub wysokim).

Pytanie nr 13

Dotyczy: załącznik nr 1 część nr 4 pkt 15

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator, w którym materiały zużywalne przechowywane są w temperaturze pokojowej za wyjątkiem kasetki zawierającej sensory. Kasetka wymagająca przechowywania w lodówce to pudełko o wymiarach zaledwie 8,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm. Przechowywana w lodówce kasetka z sensorami może zostać zainstalowana w naszym analizatorze od razu po wyjęciu z lodówki bez dodatkowych czynności ze strony personelu w związku z czym pozostaje to bez wpływu na proces wymiany materiałów używalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający wyraża zgodę na podajnik pasków bez użycia gumek z możliwością załadowania do podajnika 1 paska jednorazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podajnika pasków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Dotyczy wzoru umowy:

(§4 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od **wartości NETTO** niezrealizowanej dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy wzoru umowy:

(§ 4 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu podłączenia do systemu LIS (HIS), oraz miejsca instalacji (np. ZDL, IP, SOR, Oddział, inne).

Odpowiedź:

Integracja z systemem HIS/LIS w laboratorium.

Pytanie nr 33

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki jest sposób komunikacji z systemem LIS (HIS) - bezpośrednio, integracja z linią komunikacyjną wymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS, integracja z linią komunikacyjną niewymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS.

Odpowiedź:

Integracja z linią komunikacyjną wymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS.

Pytanie nr 34

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Zwracamy się z prośbą o wskazanie rodzaju analizatora do konfiguracji w systemie – analityczny, mikrobiologiczny czy serologiczny.

Odpowiedź:

Integracja analizatora w systemie analitycznym.

Pytanie nr 35

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Czy Zamawiający wymaga / przewiduje konfigurację stacji roboczych (wymagające - rozpakowania, podłączania do sieci, konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania aplikacyjnego)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga konfiguracji stacji roboczych.

Pytanie nr 36

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Czy Zamawiający wymaga / przewiduje podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych jak np. drukarki, czytniki kodów kreskowych (prosimy o wyszczególnienie jakie i ile)?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga konfiguracji urządzeń peryferyjnych.
Do każdego analizatora wymagana jest stacja robocza – komputer, monitor, klawiatura, mysz, drukarka laserowa I czytnik kodów kreskowych.

Pytanie nr 37

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia innych czynności, takich jak np. serwis systemu LIS, szkolenia użytkowników?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia innych czynności, takich jak np. serwis systemu LIS, szkolenia użytkowników.

Pytanie nr 38

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Czy Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i czy są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania.

Pytanie nr 39

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Czy Zamawiający posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową.

Pytanie nr 40

Dotyczy podłączenia do systemu LSI

Czy, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, aby przystąpić do realizacji zlecenia, będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty (jeśli tak, to jakie)?

Odpowiedź:

Może być wymagana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta z Zamawiającym, instrukcje obsługi I protokoły transmisji danych wpinanych do systemu analizatorów.

Pytanie nr 41

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 42

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ponadto, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz

podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 43

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?

Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 44

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 45

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 2 ust. 13, 15 - 16, Par. 6 ust. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 46

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 2 ust. 18, 21, Par. 6 ust. 6 - 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 47

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 2 ust. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 48

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym dokonał zmian w wzorze umowy. Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz, stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 49

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt przekazany został w ramach zawieranej umowy dzierżawy? Koszt zostanie wliczony do czynszu dzierżawnego.

Umowy o zamówieniach publicznych są z definicji umowami odpłatnymi (Art. 2 Pkt 13, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 50

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 51

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 52

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „natychmiastowego” sformułowaniem „bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych”. Zmiana zapisu będzie sprzyjała jasnemu ukształtowaniu obowiązków stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 53

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 54

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 55

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 10 ust. 2- 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 56

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 12 ust. 1 lit. b - e Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 57

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 58

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 13 ust. 1 - 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 59

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 13 ust. 2 - 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 60

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 13 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Kara umowna z tego tytułu została określona w Par. 13 ust. 5

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 61

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 13 ust. 6 lit. a - d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 62

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 13 ust. 6 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Kara umowna z tego tytułu została określona w Par. 13 ust. 6 lit. d

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 63

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 13 ust. 6 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5) . W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 64

Dotyczy Załącznik nr 5 - wzór umowy

Par. 16 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, z którym będzie zawarta umowa podpisze porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, wg własnego wzoru.

Wzór porozumienia stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 65

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

W związku z możliwością zaoferowania w postępowaniu przetargowym analizatora biochemicznego wyposażonego w wielorazowe kuwety kwarcowe, a tym samym analizatora, którego kuwety kwarcowe są myte w sposób automatyczny na pokładzie analizatora prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, którego zużycie wody jest adekwatne do zastosowanej w nim technologii mycia oraz zaoferowanie stacji uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do potrzeb analizatora. Zarówno części zużywalne stacji jak i jej serwis będzie po stronie wykonawcy. Oferowana stacja uzdatniania wody umożliwi także wykorzystywanie produkowanej wody destylowanej do innych potrzeb laboratoryjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Instalacja stacji wody odbywa się bez konieczności wykonywania prac budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, wymaga zgodnie z SIWZ, bez stacji uzdatniania wody.

Pytanie nr 66

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który ma możliwość uzupełniania odczynników i próbek w dowolnym czasie podczas pracy aparatu, ale w przypadku uzupełniania odczynników w trakcie pracy należy wprowadzić aparat w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje ok. 20 minut? Ilość miejsc odczynnikowych w oferowanym analizatorze umożliwi umieszczenie na pokładzie aparatu około 60 zestawów odczynników fotometrycznych, w tym także więcej niż jednego zestawu danego odczynnika. Ta właściwość karuzeli odczynnikowej oraz duża liczba oznaczeń w jednym opakowaniu odczynnika powodują, że konieczność wymiany odczynników w czasie pracy może zdarzać się niezwykle

rzadko. Zamawiający w parametrach granicznych wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość umieszczania na pokładzie 30 zestawów odczynnikowych, wymaga także zaoferowania odczynników do 30 analitów oznaczanych fotometrycznie, a tym samym konieczność uzupełniania odczynników w czasie pracy aparatu będzie niezwykle rzadka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 2 z oferowanych odczynników (Lipaza, Mleczany) przed wstawieniem na pokład analizatora wymagały jedynie połączenia odczynnika płynnego z liofilizowanym bez konieczności odmierzania części składowych? Zwracamy uwagę, iż liczba wyspecyfikowanych przez Zamawiającego badań dla tych parametrów wynosi odpowiednio: dla Lipazy- ok. 44 badania/ miesiąc, dla Mleczanów- ok. 9 badań/ miesiąc. W związku z tym przygotowanie odczynnika będzie konieczne średnio co ok. 3 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Prosimy o podanie informacji, jakie oznaczenia biochemiczne (oprócz białka w moczu) wykonywane będą w moczu? Prosimy o podanie harmonogramu kontroli dla badań w moczu i PMR.

Odpowiedź:

W moczu oznaczane będą białko i glukoza. Kontrola białka w moczu/PMR codziennie na jednym poziomie. Zamawiający dopuszcza kontrolę tylko na poziomie P.

Pytanie nr 70

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga elektrod w pełni bezobsługowych i wymienianych niezależnie od siebie.

Pytanie nr 71

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Czy do podanej liczby oznaczeń należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę?

Odpowiedź:

Podana liczba badań zawiera testy kalibracyjne i wewnętrznej kontroli jakości badań.

Pytanie nr 72

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora z inną liczbą lamp fotometru, a niżeli w instrukcjach obsługi analizatorów, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z

zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 73

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym nie ma potrzeby przygotowania automatycznego szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów, gdyż wszystkie kalibratory dostarczone są w stężeniach niezbędnych do bezpośredniego wykonania krzywych kalibracyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w parametrach, czyli innych niż określono w SIWZ, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 74

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie wymaga „Zastosowanie wstępnego, automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu) i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu”. Wstępne rozcieńczenie materiału wymagane było w analizatorach starszej generacji. Oferowany analizator bez konieczności wstępnego rozcieńczania próbki ma możliwość oznaczania stężenia analitów w moczu i w innym materiale. W przypadku przekroczenia liniowości danego testu, można zastosować dodatkowe rozcieńczenie lub zagęszczenie próbki, bez udziału operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w parametrach, czyli innych niż określono w SIWZ, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 75

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

W związku z ograniczeniami lokalowymi w laboratorium Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie analizatora w odległości minimalnej zapewniającej prawidłową cyrkulację powietrza mniejszą niż wymagana dla potrzeb instalacyjnych i serwisowych. Aparat jest mobilny, umieszczony na ruchomej podstawie i w czasie prac serwisowych będzie wysuwany stosownie do potrzeb serwisu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zapis nie dotyczy prac montażowych i serwisowych.

Pytanie nr 76

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez zapis „Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cali, klawiaturę i mysz USB” Zamawiający rozumie, iż części te mają stanowić składową oferowanego analizatora?

Odpowiedź:

Niezależnie od integralnego wyposażenia analizatora Zamawiający wymaga zintegrowania analizatora z wymienionym w specyfikacji stanowiskiem komputerowym (stacją roboczą): zewnętrzny komputer (Win10, 8G RAM, minimum 6 wejść USB), monitor 21 cali, klawiatura, mysz USB, zewnętrzna drukarka laserowa i zewnętrzny czytnik kodów.

Pytanie nr 77

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego monitora 19 calowego używanego w analizatorze biochemicznych czy wymaga zastosowania monitora alternatywnego 21 calowego?

Odpowiedź:

Niezależnie od integralnego wyposażenia analizatora Zamawiający wymaga monitora 21 cali, w stacji roboczej.

Pytanie nr 78

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Czy w przypadku badań wykonywanych rzadko badania kontrolne można ograniczyć i skalkulować ich wykonywanie każdego dnia wykonywania oznaczeń, czy też należy założyć, że będą wykonywane 365 dni w roku?

Odpowiedź:

Codziennie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII, Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie odczynnika do oznaczania glukozy w hemolizacie, czy oprócz odczynnika wymaga także zaoferowania płynu hemolizującego służącego do uzyskania hemolizatu.

Odpowiedź:

Należy zaoferować płyn hemolizujący (22.000 badań) jako materiał eksploatacyjny.

Pytanie nr 80

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Czy do podanej liczby oznaczeń należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę?

Odpowiedź:

Nie, podana liczba badań zawiera testy kalibracyjne i wewnętrznej kontroli jakości badań.

Pytanie nr 81

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Czy w przypadku odczynników immunochemicznych kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić podaną i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie i stabilność kalibracji poszczególnych analitów przechowywanych stale na pokładzie analizatora?

Odpowiedź:

Tak, kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić podaną i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie i stabilność kalibracji poszczególnych analitów przechowywanych stale na pokładzie analizatora.

Pytanie nr 82

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Prosimy o potwierdzenie, że „Wydajność analizatora minimum 80 analiz / godzinę” oznacza, że deklarowana przez producenta analizatora wydajność maksymalna analizatorów immunochemicznych zgodnie z zapisami w materiałach marketingowych nie powinna być mniejszą niż 80 oznaczeń na godzinę.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 83

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Prosimy o potwierdzenie spełnienia warunku granicznego „Jednorazowe końcówki w systemie pipetującym zabezpieczające przed błędem przeniesienia lub rozwiązanie równorzędne”, jeśli w oferowanym analizatorze zastosowane jest system mycia sond, gwarantujący zapobieganie istotnej kontaminacji bez konieczności użycia wymiennych końcówek jednorazowych? Oferowany analizator immunochemiczny posiada certyfikaty zarówno CE jak i FDA i ma możliwość wykonywania oznaczeń także szczególnie czułych na możliwość przeniesienia testów takich jak troponina wysokoczuła. Ponadto reakcja i odczyt jej przebiegu reakcji odbywa się w kuwecie jednorazowej. Natomiast analizatory stosujące jednorazowe końcówki dozujące mogą być potencjalnie narażone na kontaminację w sytuacji zastosowania kuwety przepływowej do odczytu przebiegu reakcji immunochemicznej, a taki wariant bez żadnych ograniczeń jest przez Zamawiającego dopuszczony do postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mycie sond pobierających.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 84

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania analizatora, w którym jeden z materiałów zużywalnych należy umieszczać w aparacie w trakcie pauzy? System analizatora, precyzyjnie określa liczbę badań, którą można wykonać, przy danej dostępności materiału zużywalnego, co daje możliwość zaplanowania jego wymiany. Próbkę, kalibratory i materiał kontrolny dostawia się w trakcie pracy analizatora. Ponadto analizator ma możliwość wymiany wszystkich odczynników w trakcie pracy aparatu, co jest ogromną zaletą oferowanego rozwiązania w porównaniu do jedynego rozwiązania dopuszczonego przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 85

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie do postępowania przetargowego analizatora immunochemicznego, którego odczynniki immunochemiczne wymagają okresowego przeprowadzenia wielopunktowej kalibracji. Zapis w ulotkach informujący o „krzywej kalibracyjnej zapisanej w kodzie kreskowym odczynnika i wczytywana automatycznie” nie zwalnia operatora z konieczności wykonania okresowej kalibracji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 86

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Czy Zamawiający wymaga, aby zapis „Odczynniki płynne, gotowe do użycia dotyczył zarówno odczynników podstawowych jak i wszystkich płynów systemowych?

Odpowiedź:

Zapis dotyczy odczynników podstawowych.

Pytanie nr 87

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony zapis „Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych w rotorze odczynnikowym w celu eliminacji parowania odczynników” , gdy odczynniki w zamkniętych pokrywą elastomerową pojemnikach wstawiane są

na pokład aparatu i otwierane są automatycznie poprzez przekłucie pokrywy elastomerowej sondą dozującą, a zamykane są automatycznie po wycofaniu sondy dozującej dzięki elastyczności pokrywy elastomerowej. Czynność ta powtarzana jest przy każdorazowym dozowaniu odczynnika, a operator nie musi ani otwierać ani zamykać odczynników, które dzięki powłoce elastomerowej są zabezpieczone przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pokrywę elastomerową.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania powyższego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 88

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Poprosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający dopuszcza zestawy odczynnikowe innych producentów (niż producent analizatora), jednak wymaga stosowania zaleceń ulotki odczynnikowej producenta odczynnika, co gwarantuje wymagany w SIWZ „kompletny i zwalidowany system analityczny”.

Pytanie nr 89

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Prosimy o potwierdzenie, że odczynnik do oznaczania troponiny, w którym materiałem badanym może być osocze z heparyną litową, a informacja o potencjalnych interferencjach zawarta w ulotce odczynnikowych mówi o braku zakłóceń zdefiniowanych jako przesunięcie stężenia o więcej niż $\pm 2SD$ przy dodanym stężeniu heparyny 28,8 U/mL spełnia wymagania Zamawiającego zdefiniowane jako „ Brak interferencji heparyny na wyniki oznaczania troponiny.”

Odpowiedź:

Tak, ww. odczynnik spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 90

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez zapis „Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cal, klawiaturę i mysz USB” Zamawiający rozumie, iż części te mają stanowić składową oferowanego analizatora?

Odpowiedź:

Niezależnie od integralnego wyposażenia analizatora Zamawiający wymaga zintegrowania analizatora z wymienionym w specyfikacji stanowiskiem komputerowym (stacją roboczą) : zewnętrzny komputer (Win10, 8G RAM, minimum 6 wejść USB), monitor 21 cali, klawiatura, mysz USB, zewnętrzna drukarka laserowa i zewnętrzny czytnik kodów.

Pytanie nr 91

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego monitora 17 calowego używanego w analizatorze immunochemicznym czy wymaga zastosowania monitora alternatywnego 21 calowego?

Odpowiedź:

Niezależnie od integralnego wyposażenia analizatora Zamawiający wymaga monitora 21 cali w stacji roboczej.

Pytanie nr 92

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

Prosimy o potwierdzenie, że zapis „ wykonywanie automatycznych rozcieńczeń dla oznaczeń” dotyczy zdolności technicznej analizatora do wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek a nie dotyczy automatycznego rozcieńczania wszystkich testów uwzględnionych w formularzu?

Odpowiedź:

Tak, dotyczy zdolności technicznej analizatora do wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek.

Pytanie nr 93

Dot. CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII,

Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego

W związku z wymogiem „Toponina wysokoczuła, zgodna z zaleceniami PTK do szybkiej diagnostyki zawału mięśnia sercowego” zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli, oferowany test do oznaczania troponiny jest testem wysokoczułym i posiada zwalidowany 1-godzinny algorytm wykluczania/potwierdzenia zawału mięśnia sercowego. Ostatnie zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zawału serca NSTEMII, z możliwością zastosowania szybkiego algorytmu 1-godzinnego pochodzą z roku 2015 i w zaleceniach tych wymienione są tylko testy, które w tym czasie były obecne na rynku i spełniały stawiane im wymagania. W ciągu kolejnych 5 lat powstały nowe generacje testów wysokoczułych z możliwością zastosowania algorytmu 1 godzinnego, o których w sposób oczywisty nie może mówić ww. dokument.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli, oferowany test do oznaczania troponiny jest testem wysokoczułym i posiada zwalidowany 1-godzinny algorytm wykluczania/potwierdzenia zawału mięśnia sercowego.

Pytanie nr 94

Dotyczy SIWZ. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcje użycia zostały dostarczone zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczytników a później były dostarczane po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w instrukcjach?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 95

Dotyczy SIWZ. Wymogi dotyczące przedmiotu najmu (analyzerów), pkt. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pierwsze szkolenie odbyło się po instalacji, uruchomieniu oraz skonfigurowaniu przedmiotu umowy i podłączeniu go do laboratoryjnego systemu informatycznego. Uzasadnienie: przeprowadzenie szkolenia w dniu instalacji i uruchomienia systemu do badań biochemicznych i immunochemicznych jest technicznie niemożliwe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 96

Dotyczy SIWZ. Wymagane warunki serwisu, gwarancji i przeglądów (dot. wszystkich analyzerów), pkt. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nieusunięcia usterki, o której mowa w pkt 6 w ciągu 48 godzin od zgłoszenia oraz utraty płynności wykonywanych badań, różnicę pomiędzy ceną badania zaoferowaną w ofercie a kosztem badania wykonywanym w laboratorium zewnętrznym pokryje Wykonawca” .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 97

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 5 pkt. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby materiały źródłowe dotyczące przedmiotu zamówienia zostały Zamawiającemu dostarczone na płycie CD lub w formie całodobowego dostępu on line?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów rozdz.3 pkt 2.5) SIWZ w sposób następujący:

Przed zmianą było:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, na własny koszt dostarczył materiały źródłowe oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim (np. katalogi, foldery, specyfikacje produktu/ulotki).

Po zmianie jest:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, na własny koszt dostarczył materiały źródłowe oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim (np. katalogi, foldery, specyfikacje produktu/ulotki).Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia w/w materiałów na płycie CD lub w formie całodobowego dostępu on line.

Jednocześnie Zamawiający wprowadził zmiany zapisów § 5 pkt. 6 wzoru umowy. Zmodyfikowany dodatek nr 5 do SIWZ (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 98

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 7 pkt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: (...) w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 99

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 13 pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: W przypadku niezachowania terminu zawartego w § 2 ust.2, Wynajmujący zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto dzierżawy sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 100

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 13 pkt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku niezachowania terminu zawartego w § 2 ust.13, Wynajmujący zapłaci kary umowne w wysokości 0,02% wartości brutto dzierżawy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 101

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 13 pkt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku niezachowania terminu zawartego w § 2 ust.16, Wynajmujący zapłaci kary umowne w wysokości 0,02% wartości brutto dzierżawy przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 102

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 13 pkt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku niezachowania terminu zawartego w § 2 ust.17, Wynajmujący zapłaci kary umowne w wysokości 0,02% wartości brutto dzierżawy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 103

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 13 pkt. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku uchybień terminów określonych w:

- a) w § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- b) w § 6 ust. 6, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- c) w § 6 ust. 8, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- d) w § 6 ust. 9, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,01% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- e) w § 8 ust. 1, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,01% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

f) w § 8 ust. 2, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,01% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 104

Dotyczy: Wzór umowy, dodatek nr 5 do SIWZ, § 15. Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:

- polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli asortymentu będącego przedmiotem nn umowy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących numerów katalogowych, kodów lub symboli asortymentu będącego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, że owa zmiana nie dotyczy zmiany asortymentu. Wyjątkiem jest zmiana dotycząca wprowadzenia zamiennika, na który zamawiający wyraził zgodę. Zasady wprowadzenia takich zmian określono w wzorze umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, że zmiana ceny może nastąpić tylko w sytuacjach wskazanych w § 15 wzoru umowy.

W związku z powyższym zamawiający dokonał modyfikacji dodatku nr 5 do siwz (wzoru umowy)

- polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenia do obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły dostawy zamienników, określił w §4 ust. 6 wzoru umowy (dodatek nr 5 do siwz): *„W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak np. zaprzestanie produkcji czy wycofanie produktu z obrotu, strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiedników- zamienników odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych. Ewentualna zmiana może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, może zostać pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zmiany będą wprowadzane w formie pisemnego aneksu do umowy. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto asortymentu, którego dotyczy odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określą jego wartość”.*

- polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w umowie, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje prawo dokonywania cesji na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W związku z powyższym zamawiający dokonał zmian w dodatku nr 5 do siwz (wzór umowy). Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do pisma.

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmian w wzorze umowy (dodatek nr 5 do siwz), poprzez dodanie ust. 12 w §15.

Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz stanowi załącznik do pisma.

- w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy do końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie to korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym dokonał zmian w wzorze umowy. Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 105

Dotyczy: Część nr 3 dodatek nr 2 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność fiolki na opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność fiolki na opakowaniu, Wykonawca winien odnotować ten fakt

(opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 106

Dotyczy: Część nr 3 dodatek nr 2 do SIWZ, parametry graniczne pkt 26

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość kontaktu z inżynierem serwisowym (zdalna pomoc w przypadku awarii) w dni wolne od pracy w godzinach od 9:00 do 14:00.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 107

Dotyczy: Część nr 3 dodatek nr 2 do SIWZ, wyposażenie pkt 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora posiadającego zintegrowany komputer oraz możliwość zaoferowania monitora o przekątnej 19 cali.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zintegrowania analizatora z wymienionym w specyfikacji stanowiskiem komputerowym (zewnętrzny komputer {Win10, 8G RAM, minimum 6 wejść USB}, monitor 21 cali, klawiatura, mysz USB, zewnętrzna drukarka laserowa i zewnętrzny czytnik kodów).

Pytanie nr 108

Dotyczy części nr 4

Ad. pkt 4 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym czas oznaczenia pełnego panelu wymaganych oznaczeń wynosi 95 sekund?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza analizator, w którym czas oznaczenia pełnego panelu wymaganych oznaczeń wynosi 95 sekund.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 109

Dotyczy części nr 4

Ad. pkt 5 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który wykonuje pełen panel wymaganych oznaczeń z objętości próbki 150 mikrolitrów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza analizator, który wykonuje pełen panel wymaganych oznaczeń z objętości próbki 150 mikrolitrów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 110

Dotyczy części nr 4

Ad. pkt 9 i 10 parametrów granicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator wyposażony w Inteligentny System Zarządzania Jakością (iQM), w którym kalibracja sensorów/elementów pomiarowych dla poszczególnych parametrów jest ustawiona fabrycznie i zapisana elektronicznie w czipie każdej kasyty odczynnikowo-sensorowej? Po instalacji kasyty przeprowadzana jest jednorazowa walidacja kasyty za pomocą dedykowanych roztworów w celu sprawdzenia integralności kasyty w tym m. in. sprawdzenia fabrycznej kalibracji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania analizatora o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Pytanie nr 111

Ad. pkt 15 parametrów granicznych:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby wszystkie kasyty niezbędne do wykonania wymaganych oznaczeń były przechowywane w temperaturze pokojowej i nie akceptuje przechowywania jakichkolwiek kaset w lodówce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza tego wymogu. Zamawiający wyraził zgodę na przechowywanie w lodówce kaset z sensorami oraz kaset z materiałem kontrolnym.

Pytanie nr 112

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§2 ust. 13, 15 i 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów poprzez dodanie zapisu: „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 113

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§5 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań *hematologicznych* wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie *www.....pl*? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy. Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym informuje, że dokonał zmian zapisów §5 ust. 3 wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) oraz dodatek nr 1 do siwz (formularz oferty) stanowi załącznik do pisma.

Zamawiający dokonał tym samym zamiany zapisów rozdz.3 pkt 2. 7) siwz w sposób następujący:

Przed zmianą było:

W produktach objętych terminem przydatności dostarczony wyrób musi posiadać minimum 6 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, chyba że w opisie parametrów technicznych dla poszczególnych części wskazany został inny termin.

Po zmianie jest:

W produktach objętych terminem przydatności dostarczony wyrób musi posiadać minimum 4 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, chyba że w opisie parametrów technicznych dla poszczególnych części wskazany został inny termin.

Pytanie nr 114

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§5 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zamiast ulotek w języku polskim zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, zawierał ww. informacje na opakowaniach

wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza tak oznakowane opakowania odczynników i materiałów eksploatacyjnych, w związku z czym dokonał zmian w §5 ust. 5 wzoru umowy.
Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 115

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§7 ust. 3:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonał zmian zapisów §7 ust. 3 wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 116

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu poprzez dodanie zapisu: „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 117

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§10 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił **30 dni** i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 118

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§12:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 119

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§13 ust. 2, 3, 4, 5, 6 lit. e) i f):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym dokonał zmian w wzorze umowy. Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 120

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

§15 ust. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany umowy w poniższej sytuacji:

„Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w zakresie zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym dokonał zmian w wzorze umowy. Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 121

Dotyczy Wzór Umowy, Dodatek nr 5 do SIWZ:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, z którym będzie zawarta umowa podpisze porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, wg własnego wzoru.

Wzór porozumienia stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 122

Dotyczy SIWZ, pkt. 6 Wymagane warunki serwisu, gwarancji i przeglądów (dot. wszystkich analizatorów):

Prosimy o zmianę zapisu na: „(...) *Możliwość zgłaszania awarii – 7 dni w tygodniu 24h/na dobę telefonicznie, potwierdzone faksem, drogą elektroniczną.*(...)”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów rozdz.3, pkt 6. 2) siwz w sposób następujący:

Było: Możliwość zgłaszania awarii – 7 dni w tygodniu 24h/na dobę telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną.

Po zmianie jest: Możliwość zgłaszania awarii – 7 dni w tygodniu 24h/na dobę telefonicznie, potwierdzone faksem, drogą elektroniczną.

Jednocześnie, Zamawiający dokonał zmiany zapisów § 2 ust. 9 wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 5 do siwz (wzór umowy) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 123

Dotyczy część nr 5.

Dot. Zał. nr 1, Analizator – parametry graniczne, II Wyposażenie, pkt. 1.: Czy należy rozumieć, że Wykonawca ma dostarczyć zestaw komputerowy wraz z monitorem, klawiaturą i myszą, który będzie służył jako stacja robocza do wpięcia analizatora i który powinien spełniać wymogi podane przez firmę wpinającą analizator do sieci informatycznej Szpitala?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga zintegrowania analizatora z wymienionym w specyfikacji stanowiskiem komputerowym (stacja robocza): zewnętrzny komputer (Win10, 8G RAM, minimum 6 wejść USB),

monitor 21 cali, klawiatura, mysz USB, zewnętrzna drukarka laserowa i zewnętrzny czytnik kodów.

Pytanie nr 124

Dotyczy część nr 5.

Czy w kalkulacji należy uwzględnić trwałość odczynnika po rekonstytucji na pokładzie analizatora i dostosować wielkość fiolki odczynnika do ilości wykonywanych testów przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, w kalkulacji należy uwzględnić trwałość odczynnika po rekonstytucji na pokładzie analizatora i dostosować wielkość fiolki odczynnika do ilości wykonywanych testów przez Zamawiającego.

Pytanie nr 125

Dotyczy część nr 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby kuwety były umieszczane (przesypywane) do pojemnika analizatora bezpośrednio z opakowania, bez konieczności układania każdej pojedynczej kuwety w wskazanym miejscu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby kuwety były umieszczane (przesypywane) do pojemnika analizatora bezpośrednio z opakowania, bez konieczności układania każdej pojedynczej kuwety w wskazanym miejscu.

Pytanie nr 126

Dotyczy część nr 5.

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis w parametrach granicznych analizatora: „Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych” oznacza, że Zamawiający wymaga, aby w kodzie kreskowym były zawarte informacje o nr LOT odczynnika, dacie jego ważności oraz to, że odczynniki są prekalibrowane, co wyklucza konieczność zakupu dodatkowych kalibratorów?

Odpowiedź:

Tak, zapis w parametrach granicznych analizatora: „Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych” oznacza, że Zamawiający wymaga, aby w kodzie kreskowym były zawarte informacje o nr LOT odczynnika, dacie jego ważności oraz to, że odczynniki są prekalibrowane, co wyklucza konieczność zakupu dodatkowych kalibratorów.

Pytanie nr 127

Dotyczy część nr 5.

Prosimy o doprecyzowanie, czy do podanej ilości badań są wliczone badania kontrolne?

Odpowiedź:

Tak, do podanej ilości badań są wliczone badania kontrolne.

Pytanie nr 128

Dotyczy część nr 5.

Prosimy o podanie nazwy firmy, która obsługuje system informatyczny ESKULAP, funkcjonujący w laboratorium Zamawiającego.

Odpowiedź:

System informatyczny ESKULAP, funkcjonujący w laboratorium Zamawiającego obsługuje firma KONSULTANT IT, ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków, w których wartości pH są ustalone w granicach 1 jednostki w zakresie od 5 do 9? Na wartość odczytu nie ma wpływu zmiana stężenia bufora moczu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pasków o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli, z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 02.07.2020 r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że załącznikami do pisma są:

- Formularz oferty (dodatek nr 1 do SIWZ)
- Wzór umowy (dodatek nr 5 do SIWZ),
- Wzór Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Koźmiarek

Wyjaśnienia zamieszczono na Platformie Zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> w dniu 02.07.2020 r.



