GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UL. POLNA 33, 60-535 POZNAŃ NIP: 781-16-21-484 REGON: 000288840 KRS: 0000002866

Poznań, dnia 21.03.2023r.

Oznaczenie sprawy: PN-32/23

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie
Część 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych bezpudrowych, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej powierzchni części chwytnej, polimeryzowana obusytronnie. Długość rękawicy minimum 280mm, grubość na palcu 0.19mm, poziom protein lateksu ≤30µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420 posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 1-3, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Pozbawione tiuramów, MBT potwierdzone wynikami z badania wykonanego przez niezależne laboratorium. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane poziomem AQL 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna papier / folia, koperta wewnętrzna papierowa. Nie składane na pół?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Część 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, lateksowych, pudrowanych. Kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Długość rękawicy min.280mm, grubość na palcu 0.19mm. Poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z normą EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 dla mi. 3 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony, potwierdzone raportem z badania wykonanym przez niezależna jednostkę. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane poziomem AQL 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Część 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych przebadanych wg normy EN 16523-1 dla min.15 substancji chemicznych oraz badanych wg normy ASTMD 6978 na przenikanie substancji cytostatycznych kontakt >240min. dla min. 10 substancji cytostatycznych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Część 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych w rozmiarach od S -XL?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Część 8
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
Pytania do wzoru umowy
1. Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 lit. a. b. i c. projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kary umownej do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a. i do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. b. i c. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).
2. Wnoszę o zmianę § 13 ust. 3 pkt 3.1 projektu umowy poprzez określenie że zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana w takim przypadku następować będzie automatycznie w chwili wejścia w życie właściwych przepisów. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.
3. Wnoszę o zmianę § 13 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Magdalena Katarzyna Ozorowska
Elektronicznie podpisany przez Magdalena Katarzyna Ozorowska
Data: 2023.03.21 10:50:25 +01'00'