



Znak: AE/ZP-27-33/23

Tarnów, 2023-05-17

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający w powyższym pakiecie dopuści matę wysoko chłonną w rolce SURGclean włoskiej firmy SURGIKA o następujących wymiarach:
 - rozmiar 90 cm szerokości, 50 m długości do przycięcia wg potrzeb,
 - wykonana z włókniny, absorpcja maty 4,3 l/m²,
 - górna powierzchnia przepuszczalna dla płynów, dolna powierzchnia antypoślizgowa, nieprzepuszczalna dla płynów,
 - możliwość repozycjonowania,
 - brzegi niestrzępiące, łatwa do usunięcia po użyciu?W przypadku zgody prosimy jednocześnie o możliwość przeliczenia odpowiedniej ilości metrów wg zapotrzebowania SWZ.
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 miał na myśli próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara? Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zalecany jest do wszystkich ułożeń płodu i zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.
- 3. Dotyczy punktu 22.8 SWZ - Projektowane postanowienia umowy** (Wykonawca zadał pytanie do pkt 22.7 SWZ natomiast treść pytania dotyczy pkt 22.8 SWZ). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt II w zakresie Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3, Pakietu Nr 4, Pakietu Nr 5, Pakietu Nr 6, Pakietu Nr 7, Pakietu Nr 8, Pakietu Nr 9 poz. 1-5, Pakietu Nr 10, Pakietu Nr 11 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie”?
- 4. Dotyczy punktu 22.13 a SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,3 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 12 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych”?
- 5. Dotyczy punktu 22.13 b SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,3 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości”?



6. **Dotyczy punktu 22.13 c SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b), poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji za zasadną (maksymalnie 6 dni kalendarzowych). Łączny wymiar kar, o których mowa pkt. 22.13 SWZ nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy”?
7. **Dotyczy punktu 22.20 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych”?
8. **Dotyczy punktu 22.25 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający gwarantuje wykorzystanie wartości umowy na poziomie nie mniejszym niż 80 % wartości brutto umowy. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu asortymentu o wartości mniejszej niż wskazana w zdaniu pierwszym, w sytuacji wystąpienia okoliczności nieależących po stronie Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć, w szczególności: w sytuacji znacznego zmniejszenia liczby pacjentów, zamknięcia oddziału np. z powodu COVID-19, bądź z innych ważnych przyczyn. W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia”?
9. **Dotyczy punktu 22.27 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?
10. **Dotyczy punktu 22.28 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?
11. **Dotyczy punktu 22 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?
12. **Dotyczy punktu 22 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Z uwagi na charakter i okres obowiązywania umowy prosimy o ujęcie w treści projektu klauzul waloryzacyjnych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone SWZ dla oferowanych w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** mat chłonnych antypoślizgowych na sale operacyjne.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza również zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** próżnościągów położniczych opisanych w pytaniu.

Ad 3-12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do **pkt 22 SWZ**

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta
Marcin Kuta