

COZL/DZP/MBK/3411/PN- 83/24

Lublin, dnia 26.07.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa zestawów do oznaczania wybranych parametrów autoimmunologicznych metodą ELISA kompatybilną z czytnikiem Synergy H1, metodą ELISPOT, immunofluorescencji pośredniej, immunoblotu wraz z dzierżawą analizatora testów immunoblot i urządzenia do odczytu płytki ELISPOT na 36 m-cy.”

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do diagnostyki metodą ELISA, w których ważność płytki po otwarciu wynosi 4 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie o dodatkowe wiersze, formularza cenowego i doliczenie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania, wymaganych przez Zamawiającego, badań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 test do diagnostyki Przeciwciał klasy IgG przeciwko co najmniej 23 różnym antygenom jądrowym (ANA) i cytoplazmatycznym? Test spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, dla wybranych parametrów, odbywał się raz w roku?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, dla wybranych parametrów, będzie się odbywał raz w roku.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie: setupclean, RPMI1640, PBS, Fast Read Slides oraz urządzenia cyfrowego niebędących wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści „urządzenie cyfrowe do odczytania wyniku ze studzienek testowych płytki ELISPOT” o następujących parametrach: „Regulowane przybliżenie od 10 do 200 razy” oraz „maksymalna rozdzielczości 1920 x 1080” spełniające wszystkie pozostałe wymagania opisane w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.