

COZL/DZP/MBK/3412/TP- 77/24

Lublin, dnia 25.06.2024r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał CMV, EBV, Toksoplazmozy, Boreliozy, HIV, Clostridium Difficile, Helicobacter pylori wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 mcy.”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Rozdział VI SWZ, przedmiotowe środki dowodowe – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty katalogów/ ulotek, folderów, ze względu na obszerność dokumentacji i wyrazi zgodę na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia stałego dostępu do dokumentów składanych w charakterze przedmiotowych środków dowodowych na stronie internetowej Wykonawcy, równocześnie wymaga oświadczenia złożonego z ofertą na podstawie ww. rozwiązania.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do badań z zakresu immunochemii, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do badań z zakresu immunochemii:

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu.

Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”

lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Formularz oferty, pkt. 7 a) oraz załącznik 3, §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

§4 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności 5-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Wnosimy również o modyfikację zapisu §4 ust. 4 na:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia z minimum 5-7 miesięcznym okresem ważności..”

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT po dostawie danej partii towaru. W/w zapłata nastąpi po uprzednim zweryfikowaniu zamówienia z dokumentem wydania na zewnątrz wystawionym przez Wykonawcę np. dokument WZ, protokół wydania, protokół zdawczo – odbiorczy lub inny dokument. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: pod warunkiem dołączenia do paczki z realizowanym zamówieniem dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (abiszczak@cozl.pl).

Pytanie Nr 6

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z fakturą, dokumentem WZ, protokołem wydania, protokołem zdawczo– odbiorczym lub innym dokumentem odbywać się będzie zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego składanym faxem lub mailowo w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca stosownie do brzmienia § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Umowy wnosi o rozszerzenie zapisu o możliwość realizacji zamówienia z jednoczesnym dołączaniem do zamówionego

asortymentu również innych dokumentów niż faktura VAT. Wykonawca do paczki z realizowanym zamówieniem każdorazowo dołącza dokument WZ lub specyfikację asortymentowo-cenową, natomiast fakturę VAT wystawioną w dniu realizacji zamówienia doręcza do siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na podany w § 3 ust. 2 adres email, co podyktowane jest tym iż magazyn Wykonawcy dołączający dokumenty magazynowe/ specyfikacje asortymentowo-cenowe ma inną lokalizację niż dział finansowo-księgowy odpowiedzialny m. in. za wystawianie i doręczanie FV. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylnie rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

§4 ust. 5 oraz tabela parametrów granicznych pkt. 20 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 21 dni roboczych od podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych 14 dni do 21 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8

§4 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Strony ustalają czas naprawy analizatora na 48 godzin od chwili poinformowania Wykonawcy o awarii, w przypadku nie usunięcia awarii w tym czasie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii wykonawca pokryje koszty wykonania oznaczeń na zewnątrz lub dostarczy na czas niesprawności przedmiotu dzierżawy analizator zastępczy o nie gorszych parametrach”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9

§4 ust. 13 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób:

„Strony ustalają czas naprawy analizatora na 24 godzin od chwili poinformowania Wykonawcy o awarii, w przypadku nie usunięcia awarii w tym czasie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii wykonawca pokryje koszty wykonania oznaczeń na zewnątrz lub dostarczy na czas niesprawności przedmiotu dzierżawy analizator zastępczy o nie gorszych parametrach”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10

§4 ust. 15 - Prosimy o doprecyzowanie, które parametry z wymienionych w załączniku nr 2 „Koszty ofertowy” mają być objęte kontrolą zewnętrznąlaboratoryjną.

Odpowiedź: Wszystkie parametry z załącznika – liczba oznaczeń w ciągu 36 m-cy.

Pytanie Nr 11

§4 ust. 16 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku przedłużającej się awarii Zamawiający dopuszcza wymianę aparatu na inny z zastrzeżeniem, że jest to ten sam model co w ofercie lub wstawienia na czas niesprawności aparatu zastępczego o nie gorszych parametrach”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12

§4 ust. 17 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie:

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
- instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania.
- do pierwszej dostawy i na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania, brak ważnego dokumentu lub nieokazanie go może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna za spełnienie wymagań w zakresie dostawy dokumentów udostępnienie ich w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www..... do samodzielnego pobrania”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwi obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie niniejszego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13

§5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowego działania analizatora przez okres dłuższy niż 7 dni i nie dostarczenia na czas naprawy analizatora zastępczego lub nie zapewnienia możliwości wykonywania badań w laboratorium zewnętrznym przy jednoczesnym pokryciu różnicy w ponoszonych kosztach wynikających z ceny wykonania zastępczego u podmiotu trzeciego oraz ceny wynikającej z umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 14

§6 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w przypadku 3 (trzy) krotnej zwłoki w dostawach w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy o co najmniej 3 dni robocze, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 15

§6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% kwoty o której mowa w § 3 ust.1 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 16

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli pomimo uprzedniego 3-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w powyższym trybie Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.