



Nr sprawy: 45/PNE/DOT/2023

Sosnowiec, dnia 01.09.2023r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa mebli i wyposażenia Bloku Neurochirurgicznego w ramach inwestycji „Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu ”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## ZESTAW 1

### Pytanie 1

Zamawiający wskazał wymaganie aby, producent posiadał Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, oraz złożył taki dokument do oferty. Wykonawca prosi o odstąpienie od ww. certyfikatu, ze względu na ograniczenie konkurencji względem wykonywanych mebli, jakość produkowanych mebli przez wykonawcę który nie posiada certyfikatu ISO 45001 nie odbiega od wykonawców którzy posiadają ww. certyfikat.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

### Pytanie 2

Zamawiający wymaga od Wykonawców wszystkich wymienionych w opisie atestów i certyfikatów wymaganych przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Jednakże na podstawie art. 30b ust. 3 i 4 ustawy Pzp "celem zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ustawodawca zobowiązał zamawiających do akceptowania certyfikatów wydanych przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność (do jednostki oceniającej zgodność wydającej żądany certyfikat). Zamawiający zobowiązany został również przez ustawodawcę do akceptacji odpowiednich środków dowodowych, innych niż te, o których mowa w ust. 1 i 3 komentowanego przepisu, w szczególności dokumentacji technicznej producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3 komentowanego przepisu, ani możliwość ich uzyskania w odpowiednim terminie". Oznacza to nie prawo, lecz obowiązek uznawania przez zamawiającego innych certyfikatów niż wydane przez konkretną jednostkę, a także innych środków dowodowych niż same certyfikaty na potwierdzenie spełnienia przez wykonawców wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami prawa akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (które w Polsce jest jedynym organem akredytacyjnym) jednostek przeprowadzających badania i wydających certyfikaty, czy atesty mebli biurowych nie jest obligatoryjna i większość producentów mebli nie korzysta z takich jednostek, gdyż wystarczającym potwierdzeniem spełnienia przez meble biurowe poszczególnych norm (czy innych wymogów np. w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa itp.) są certyfikaty, atesty, zaświadczenia lub sprawozdania z badań innych niezależnych jednostek badawczych.

Takie stanowisko jest w dyktrynie ugruntowane i potwierdza je szereg publikacji, w tym np. Komentarz do Prawa zamówień publicznych pod red. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej (rok 2018, wydanie 1, stan na 2018-10-16), w którym wskazuje się, że „w przypadku określenia przez zamawiającego jednostki oceniającej zgodność, która powinna być wystawcą certyfikatu – ustawodawca zobowiązuje zamawiającego do przyjęcia certyfikatu wydanego przez inną równoważną jednostkę oceniającą zgodność. Powyższe ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Na zasadach określonych w art. 30b ust. 4 Zam PubIU zgodność oferowanych ro-



bót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami lub cechami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia można też potwierdzić za pomocą certyfikatów wydawanych przez równoważne jednostki certyfikujące lub za pomocą innych dokumentów np. dokumentacji technicznej producenta.”

W związku z powyższym, w zakresie wymogu przedłożenia atestów wydanych przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie akceptował także certyfikaty i atesty, względnie inne dokumenty (np. sprawozdania z badań) wydane przez inne jednostki oceniające zgodność na podstawie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego z art. 30 ustawy Pzp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami art. 104-107 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 1129 ).

**Pytanie 3**

Czy zamawiający dopuści tolerancję +/- 10 % na wymiary dla mebli, krzeseł, foteli i siedzisk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

## ZESTAW 2

**Pytanie 1**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 2**

**Dotyczy Umowy:**

§5 ust 2 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji projektu umowy w zakresie terminu płatności faktur VAT, w którym określono powszechnie stosowany 60 dniowy termin płatności. Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany na termin do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. Zamawiający jako podmiot publicznych będący podmiotem leczniczym ma uprawnienie do określenia terminu płatności nie dłuższego niż 60 dni – co wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co oznacza, że termin ten może wynosić maksymalnie 60. W tym zakresie Zamawiający posiada również uprawnienie do określenia terminu krótszego zwłaszcza w sytuacji, gdy maksymalny termin jest nieuzasadniony merytorycznie i ekonomicznie. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia potwierdza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy. Tym samym, przenoszenie dokonywania płatności na tak odległe terminy – niespotykane w obrocie gospodarczym – jest niczym nieuzasadnione. Ponadto, rodzi to dla wykonawcy poważne konsekwencje w postaci konieczności uwzględnienia kosztów finansowania w granicach 4-5 % łącznej wartości. Co oczywiście przekłada się na wyższą cenę jaką zobowiązany będzie zapłacić zamawiający. W związku z powyższym, wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji poprzez określenie 30- dniowego terminu płatności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów §5 ust 2 projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie 3**



#### **Dotyczy Umowy:**

§8 ust 1 Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy jest dostarczenie licznych mebli oraz wyposażenia prosimy o naliczanie kar od wartości niedostarczonej części zamówienia. Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów §8 ust 1 projektowanych postanowień umownych.

#### **Pytanie 4**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy w przypadku blatów roboczych oraz biurek komputerowych, Zamawiający dopuści do zaoferowania blaty z płyty melaminowanej obustronnie o grubości 28 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, pozostałe parametry bez zmian.

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy w przypadku blatów roboczych oraz biurek komputerowych, Zamawiający dopuści do zaoferowania stopki regulacyjne w wykończeniu czarnym? Stopki regulacyjne nie są widoczne więc ich kolor nie ma walorów estetycznych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery mobilne o wymiarach 40x60x58 cm (+/- 3%)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery mobilne, którego wieniec górny wykonany jest z płyty o grubości min. 18 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery mobilne, którego szuflady posiadają wysuw 80%?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery mobilne, które posiadają świadectwo lub atest zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa opisanymi w normie PN-EN 14073- 2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa?

#### **Odpowiedź:**



Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Wymagane przez Zamawiającego potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm PN-EN 527- 2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-3:2004 odnoszą się do „Mebli biurowych – stoły robocze i biurka” więc w przypadku kontenerów nie mają zastosowania. Proszę zatem o rezygnację z w/w wymogu

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z wymogu zgodności z wymaganiami norm PN-EN 527- 2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-3:2004 w stosunku do kontenerów.

#### **Pytanie 11**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę typu chłodziarka służącą do przechowywania wycinków o wymiarach zewnętrznych (w/s/g): 82x60x61,5 cm (+/- 1 cm)? Pozostałe parametry bez zmian.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie.

#### **Pytanie 12**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część I Meble:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu histopatologicznego z wentylowaną powierzchnią o wymiarach 800 mm x 700 mm podzieloną na 2 równe części (400 mm x 700 mm) dla prędkości powierzchniowej 0,4 m/s?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie.

#### **Pytanie 13**

##### **Dotyczy Parametry Techniczne Część II Stal nierdzewna:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu histopatologicznego wyposażonego w zlewozmywak o wymiarach: 508 x 356 x 180mm?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Zatwierdził

**Podpisano w oryginale/**

p.o. Dyrektor

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

**Agnieszka Kozak**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5

im. Św. Barbary w Sosnowcu