

Dreżdenko, dnia 20 października 2023 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę myjki parowej do narzędzi chirurgicznych, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/24/2023

WYJAŚNIENIA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostawy urządzenia połączonej ze szkoleniem? Obsługa urządzenia jest intuicyjna, poza tym dysponujemy szczegółową instrukcją obsługi w języku polskim. Czy w związku z tym jest możliwość dostawy urządzenia kurierem?

Odp. do pytania 1

Jeżeli warunki gwarancji nie wymagają przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia, a instrukcja obsługi zawiera szczegółowy opis prawidłowego użytkowania, Wykonawca nie będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia osób obsługujących.

Nie stawia się wymagań w zakresie sposobu realizacji dostawy.

Wprowadza się zmianę w treści §3 ust. 1 projektu umowy – treść po zmianie: „Przedmiot umowy winien być dostarczony do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie wskazanym w §2. Dokładne terminy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest ustalać z Zamawiającym.

Pytanie nr 2

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że szukacie państwo myjnie która ma komorę myjącą o pojemności 3,5 litra (słownie: trzy i pół litra)

Odp. do pytania 2

Przedmiotem zamówienia jest myjka parowo-ciśnieniowa. Podana wielkość 3,5l dotyczy wielkości komory na wodę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. do pytania 3

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. do pytania 4

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie

Pytanie nr 5

Dotyczy Rozdział 5 pkt. 5.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy dla Myjki parowej?

Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw, urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

Odp. do pytania 5

W treści druku ofertowego Wykonawca zobowiązany jest wpisać oferowany termin dostawy. W pkt. 5.1 Zapytania ofertowego podany został pożądaný/ preferowany termin.

Pytanie nr 6

Dotyczy Rozdział 5 pkt. 5.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki parowej, która nie jest wyrobem medycznym, w przypadku gdy nie jest to wymagane?

Odp. do pytania 6

Wymaga się, aby oferowane urządzenie było klasyfikowane jako wyrób medyczny.

Pytanie nr 7

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§1 ust.2 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem umowy jest jedynie dostawa urządzenia bez jego montażu i możliwa jest wysyłka urządzenia do Zamawiającego.

Odp. do pytania 7

Zgodnie z projektem umowy oraz wprowadzonymi zmianami przedmiotem umowy dostawa urządzenia, bez montażu i szkoleń, pod warunkiem, że czynności te nie są wymagane dla ważności udzielanej gwarancji.

Pytanie nr 8

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§3 ust.1 Jeśli przedmiotem umowy jest dostawa, to prosimy o usunięcie z zapisu: „zainstalowany i uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego”.

Odp. do pytania 8

Odpowiedź jak do pytania 1.

Pytanie nr 9

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§3 ust. 4 pkt. f) Wnosimy o usunięcie zapisu. Warunki prawidłowego użytkowania i Instrukcja obsługi to ten sam dokument.

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany. Nie stanowi niezgodności z umową dostarczenie ww. zakresu merytorycznego w jednym dokumencie.

Pytanie nr 10

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§3 ust. 6 Wnosimy o usunięcie zapisu. Urządzenie jest objęte gwarancją zgodnie z . Urządzenie jest objęte gwarancją zgodnie z §4.

Odp. do pytania 10

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 11

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§4 ust. f) Prosimy o zmianę zapisu tak aby zgłoszenia serwisowe były każdorazowo składane za pomocą poczty e-mail na wskazany adres. Komunikacja tą drogą usprawnia proces realizacji oraz zostawia łatwy do zweryfikowania ślad w historii korespondencji.

Odp. do pytania 11

Wprowadza się zmianę w treści §4 ust. f wzoru umowy - treść po zmianie: „Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach pocztą elektroniczną lub przez dedykowany helpdesk.”

Pytanie nr 12

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§4 ust. h) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odp. do pytania 12

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

W ww. zapisach umowy jest alternatywa „lub w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym”.

Pytanie nr 13

dodatek nr 5 do Zaprośzenia / wzór umowy

§4 ust. i) Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady (lub wymianę wadliwego elementu) w zamian za wymiany towaru na wolny od wad. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym i terminowym.

Odp. do pytania 13

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 14

dodatek nr 5 do Zaprośzenia / wzór umowy

§4 ust. 2 Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta. Serwis urządzenia powinien być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

Odp. do pytania 14

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zapisy są zabezpieczeniem sytuacji, kiedy jedyny autoryzowany serwis nie realizuje napraw gwarancyjnych.

Pytanie nr 15

dodatek nr 5 do Zaprośzenia / wzór umowy

§4 ust. 3 Prosimy o usunięcie zapisu. Roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiający może dochodzić w okresie trwania gwarancji.

Odp. do pytania 15

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 16

dodatek nr 5 do Zaprośzenia / wzór umowy

§4 ust. 5 Prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od tego zapisu, jako autoryzowany przedstawiciel Wykonawca sam udziela gwarancji, w okresie której wypełnia wszystkie zobowiązania gwarancyjne na własny koszt. Producent nie będzie stroną umowy, dlatego dokument gwarancyjny dotyczy Wykonawcy umowy. Jako autoryzowany serwis nie otrzymujemy od producenta kart gwarancyjnych, a warunki współpracy stanowią tajemnicę umowy.

Odp. do pytania 16

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zapis jest zabezpieczeniem sytuacji, kiedy Wykonawca w okresie gwarancji zakończy działalność gospodarczą. Zamawiający bez stosownych dokumentów nie ma możliwości realizować praw wynikających z gwarancji.

Pytanie nr 17

dodatek nr 5 do Zaprośzenia / wzór umowy

§4 ust. 6 Prosimy o dodanie do zapisu formuły: „jeżeli dotyczy”.

Odp. do pytania 17

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

W ww. zapisach umowy jest warunek: „jeżeli producent wprowadzi zmiany”.

Pytanie nr 18

dodatek nr 5 do Zaprośzenia / wzór umowy

§4 ust. 10 Prosimy o usunięcie części zapisu: „W przypadku wymiany jakiegokolwiek podzespołu lub całego przedmiotu umowy na nowo, okres gwarancji biegnie na nowo.” Wskazane postępowanie jest nieadekwatne, a interes Zamawiającego jest uwzględniony przez przedłużanie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy.

Odp. do pytania 18

Wprowadza się zmianę w §4 ust. 10 projektu umowy – treść po zmianie:

„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy. W przypadku wymiany jakiegokolwiek podzespołu lub całego przedmiotu umowy na nowo, okres gwarancji biegnie na nowo odpowiednio dla wymienionego podzespołu lub wymienionego całego urządzenia będącego przedmiotem umowy”.

Pytanie nr 19

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§9 ust. 1 pkt. a – d Prosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,1% na 0,05%. Obecne kary umowne są wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odp. do pytania 19

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 20

dodatek nr 5 do Zaproszenia / wzór umowy

§9 ust. 2 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę

Odp. do pytania 20

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności zbiornika na wodę 3,5 litra i ciśnieniu roboczym 0-4 bar z płynną regulacją ciśnienia?

Odp. do pytania 21

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji sprężonego powietrza?

Odp. do pytania 22

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.