



Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego **na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń i pieluchomajtek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinnie**. Nr sprawy: **ZPN/02/24**

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Pakiet 1, poz. 1-5,13 Czy zamawiający wydzieli poz.1-5,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

2. Pakiet 1, poz. 6-12 Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g? Czy zamawiający wydzieli poz.6-12 do osobnego pakietu na kompresy włókninowe, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

3. Pakiet 1, poz. 6-8,10-12 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują .

4. Pakiet 2, poz. 1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

5. Pakiet 14, poz. 2 Czy zamawiający dopuści furażerkę wiązaną na troki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

6. Pakiet 14, poz. 4 Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
o Mankiet 5 cm
o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
Czy zamawiający dopuści gramaturę 20 g/m² lub min.30 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

7. Pakiet 14, poz. 5 Czy zamawiający dopuści mankiet bawełniany?
Czy zamawiający dopuści szerokość mankietu min. 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję .

8. Pakiet 14, poz. 6 Czy zamawiający dopuści wymiary 210 x 80 cm +/- 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję .

9. Pakiet 4, poz. 1 Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m². Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję .

10. Pakiet 4, poz. 1 Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane w saszetkach o wymiarach 5 x 4,9 cm. Gaziki o wymiarze 3,3 x 3 cm złożony i 6,5 x 3 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m². Wyrób medyczny klasy I. Każdy gazik pakowany w osobną saszetkę, pakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk gazików.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

11. Pakiet 14, poz. 4
1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga fartuchów ŚOI.

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego:

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że powyższe fartuchy używać będzie personel medyczny.

12. Pakiet 14, poz. 5

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że powyższe fartuchy używać będzie personel medyczny.

13. Pakiet nr 2- poz. Nr 27 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki przeznaczonej do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonej do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonej w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

14. Pakiet nr 2 poz. nr 33 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej jałowej 20N z nitką RTG, pakowanej a' 2 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym. Rozmiar serwety zgodny z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

15. Pakiet nr 5 Poz. nr 9– Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego zgodnego z SWZ, jednakże pakowanego a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

16. Pakiet nr 5 Poz. nr 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego żelu, który w związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania pakowany jest w tubki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

17. Pytanie 1 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. Lub o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. Lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

18. Pakiet nr 11 poz. 1,2,3,4,5- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

19. Pakiet nr 11 poz. 1,2,3,4,5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję

20. Pakiet nr 11 poz. 1- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze S o chłonności 1770g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję

21. Pakiet nr 11 poz. 1,2,3,4,5- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

22. Pakiet nr 11 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze M o chłonności 2417g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję

23. Pakiet nr 11 poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze L o chłonności 2772g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję

24. Pakiet nr 11 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze XL o chłonności 2772g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

25. Pakiet nr 11 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

26. Pakiet nr 11 poz. 5 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek w rozmiarze XXL o chłonności 2650g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

27. Pakiet nr 11 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze XXL o zakresie obwodu 163 - 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

28. Pakiet nr 11 poz. 6,7,8 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

29. Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 2 Czy Zamawiający w sterylnym zestawie do cięcia cesarskiego dopuści dren łączący do ssaka PVC 25 CH 3,0 m F/F?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

30. Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 3 Czy Zamawiający w sterylnym zestawie do chirurgii dużej dopuści dren łączący do ssaka PVC 27 CH 3,5 m + aspiracja Yankauer 22 CH okrągła?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

31. Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 4:

1. Czy Zamawiający w sterylnym zestawie do chirurgii małej dopuści torebkę papierową o wymiarze 10x17x5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

2. Czy Zamawiający w sterylnym zestawie do chirurgii małej dopuści torebkę papierową o wymiarze 11 x 19 x 4,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

32. Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o następującym składzie:

1. Kocyk dziecięcy 100x100cm, biały - 4szt.

2. Kocyk noworodkowy różowo - niebieski - 1szt.

3. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17N,16W, biały) - 20szt.

4. Zacisk do pępownicy, biały - 1szt.

5. Osłona na stół narzędziowy 100x150cm, wzmocniona na całej powierzchni. Serweta wykonana z lamiantu dwuwarstwowego: folia PE 55 mikronów / włóknina polipropylenowa 30g/m2. Łączna

- gramatura serwety min. 81,7 g/m². Odporność serwety na rozerwanie na sucho dla obu stref min. 177 kPa, odporność na rozerwanie na mokro dla obu stref min. 163 kPa. - 1szt.
6. Torebka papierowa 10x17,5cm - 1szt.
7. Strzykawka 10ml, 2 - częściowa - 1szt.
8. Miska nerkowata 800ml, przezroczysta - 1szt.
9. Igła 18G, 40mm, różowa - 1szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

33. Zadanie 1, poz. 15-17 Czy Zamawiający wymaga, aby opaska gipsowa szybkowiążąca była nawinięta na plastikowy perforowany tubus, który pozwala na jej bardzo szybkie namoczenie wodą, jak i potem szybkie odsączenie jej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

34. Zadanie 1, poz. 21 Czy Zamawiający wymaga chłonnego podkładu, którego wierzchnia warstwa włókninowa nie posiada przeszyc, które powodują jego przeciekanie i ma minimalną chłonność wg ISO 11948-1 2000 g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak powyższej.

35. Zadanie 1, poz. 23 Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych 34 x 9cm wykonanych z pulpy celulozowej uformowanej w regularny pokład, owinięty włókniną wewnętrzną oraz zewnętrzną otuliną włókninową. Pomiedzy włókniną wewnętrzną a pokładem celulozy wprowadzona jest folia polietylenowa zabezpieczająca przed przeciekaniem i nadających się do sterylizacji parą wodną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

36. Zadanie 11, poz. 5 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek XXL posiadających obwód w pasie pacjenta 160-210 cm i chłonność wg. ISO 11948-1 - 3200 g oraz 2 ściągacze taliowe i 2 niezależne indykatory wilgotności (tuszowy i pasek klejowy) i oddychające na całej powierzchni ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak powyższej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

37. Zadanie 11, poz. 8 Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego (tzw. oddychającego), posiadające zapięcia do wielokrotnego zapinania i rozpinania oraz atest PZH o zakresie 5-9 kg i op.A'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

38. Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują

39. Pakiet 1, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli jak powyżej.

40. Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m²?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli powyższe.

41. Pakiet 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

42. Pakiet 1, pozycja 15-17 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferując.

43. Pakiet 1, pozycja 19-20 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferując

44. Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

45. Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1326g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

46. Pakiet 1, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

47. Pakiet 1, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści piankę zgodną z opisem SWZ ale w opakowaniu aluminiowym o pojemności **300 ml** (z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferując.

48. Pakiet 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek o składzie: 80% włókna naturalne, 20% poliester?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

49. Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferując.

50. Pakiet 2, pozycja 11-12 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferując.

51. Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferując.

52. Pakiet 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferując.

53. Pakiet 2, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

54. Pakiet 2, pozycja 19-24 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

55. Pakiet 2, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

56. Pakiet 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pak. a' 100 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

57. Pakiet 2, pozycja 27- Czy Zamawiający dopuści piankę zgodną z opisem SWZ ale w opakowaniu aluminiowym o pojemności 300 ml (z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

58. Pakiet 2, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

59. Pakiet 2, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opatrunek pakowany a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

60. Pakiet 2, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylny, pakowany a' 1szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

61. Pakiet 3, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści folię z nieprzylepnymi aplikatorami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

62. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię o pakowaną a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

63. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię o pakowaną a'40 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

64. Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści gaziki podwójnie złożone, 4-warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

65. Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za gazik pakowany a' 100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

66. Pytanie 1: Czy Zamawiający zrezygnuje z dostaw w trybie awaryjnym do 24 h dla pakietu 10, gdzie są wyroby medyczne, a nie leki ratujące życie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

67. Pytanie 2: Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w kolumnie E (ilość wg j.m.) zgłasza zapotrzebowanie na opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że kolumna E to ilość opakowań.

68. Dotyczy **Pakiet nr 14, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki wykonany z włókniny 25 g/m2, wiązany na troki, niejałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

69. Dotyczy **Pakiet nr 14, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

70. Dotyczy **Pakiet nr 14, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny z rękawami zakończonymi elastyczną gumką? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

71. Pakiet 6 poz. 1.- Czy Zamawiający dopuści rozmiar 70 x 50 x 1mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

72. Pakiet 6 poz. 2.- Czy Zamawiający dopuści rozmiar 70 x 50 x 10mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

73. **Zapytanie Nr 1 - dotyczy pakietu 16**

1. Czy zamawiający dopuści do postępowania wyrób medyczny klasy IIB na bazie kwasu podchlornawego 50ppm (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych oraz zanieczyszczonych, a także oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Roztwór może być stosowany na wrażliwe tkanki takie jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości, a także w uchu, jamie ustnej, na rany chirurgiczne (sródoperacyjne i pooperacyjne) oraz przetoki. Nietoksyczny, nie drażniący tkanek; wspomaga fizjologiczny proces gojenia ran. Niwelujący nieprzyjemny zapach z ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. Wielkość opakowania 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

2. Czy zamawiający dopuści do postępowania wyrób medyczny klasy IIB na bazie kwasu podchlornawego 50ppm (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych oraz zanieczyszczonych, a także oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Roztwór może być stosowany na wrażliwe tkanki takie jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości, a także w uchu, jamie ustnej, na rany chirurgiczne

(sródoperacyjne i pooperacyjne) oraz przetoki. Nietoksyczny, nie drażniący tkanek; wspomaga fizjologiczny proces gojenia ran. Niwelujący nieprzyjemny zapach z ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. Wielkość opakowania 1000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania zmian w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuję.

74. **Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 do odrębnego i dopuści? Poz.23** Podkład ginekologiczny z możliwością poddawania procesowi sterylizacji 34cm x 9cm. Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej. Zgodnie z art.16 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
- 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
 - 2) przejrzysty;
 - 3) proporcjonalny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Z poważaniem,
/podpis na oryginale/